

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA Část 11 – Vozík pro artroskopické nástroje					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/44/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	1649/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000044
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10186.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/316434				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66696-2023:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	HASH – 1UtGBIVZ				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, 333 01 Stod			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Tomáš Brýna				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Richard Volín			E-MAIL:	richard.volin@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o zrušení

zadávacího řízení na **Část 11 – Vozík pro artroskopické nástroje** veřejné zakázky „**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA**“, neboť v zadávacím řízení je jediný účastník a nebylo odesláno rozhodnutí o výběru dodavatele.

Odůvodnění:

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 27. 1. 2023. Po skončení lhůty pro podání nabídek dne 6. 3. 2023 byla doručena jediná nabídka dodavatele KLARO, spol. s r.o., IČO: 61460478, se sídlem Ke Hřišti 187, 289 11 Pečky, Velké Chvalovice.

V nabídce ve vyplněné technické specifikaci a na Produktovém listu dodavatel KLARO, spol. s r.o. označil, že **nesplňuje** velikost košů 2xM, 6xL a nesplňuje rozměry šířka 560 mm, hloubka 830 mm, výška 1360 mm (nabízí šířka 560 mm, hloubka **570 mm**, výška 1310 mm). Požadavky byly stanoveny v řádcích 40 a 41 Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace.

Zadavatel s přihlédnutím k zásadě přiměřenosti rozhodl o zrušení zadávacího řízení na Část 10 VZ podle § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ, neboť v zadávacím řízení je jediný účastník a nebylo odesláno rozhodnutí o výběru dodavatele. Zohledněno bylo nesplnění požadavků v technické specifikaci.

Poučení:

Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

Ve Stodu dne

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

místopředseda představenstva
Stodská nemocnice, a.s.

za zadavatele

Mgr. Daniel Hajšman

člen představenstva
Stodská nemocnice, a.s.

za zadavatele