

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ TECHNIKA

### Část 2 – Kolposkop standardní

|                             |                                                                                                                                                                       |                  |            |                     |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------------|
| SPISOVÁ ZNAČKA:             | CN/94/CN/22                                                                                                                                                           | ČÍSLO JEDNACÍ:   | 3071/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000306               |
| ODKAZ E-ZAK:                | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9531.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9531.html</a>                                                         |                  |            |                     |                            |
| ODKAZ VVZ:                  | <a href="https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275708">https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275708</a>                               |                  |            |                     |                            |
| ODKAZ TED:                  | <a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288448-2022:TEXT:EN:HTML&amp;src=0">https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288448-2022:TEXT:EN:HTML&amp;src=0</a> |                  |            |                     |                            |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ 0013 (1qGF99VZ)                                                                                                                                                    |                  |            |                     |                            |
| <b>ZADAVATEL:</b>           | <b>Domažlická nemocnice, a.s.</b>                                                                                                                                     |                  |            |                     |                            |
| <b>SÍDL:</b>                | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice                                                                                                                     |                  |            | <b>IČO:</b>         | 26361078                   |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva,<br>MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva<br>Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva        |                  |            |                     |                            |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | <b>Martin Karásek, vedoucí technického oddělení</b>                                                                                                                   |                  |            |                     |                            |
| <b>ADMINISTRÁTOR:</b>       | <b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>                                                                                                       |                  |            |                     |                            |
| <b>SÍDL:</b>                | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň                                                                                                                                       |                  |            | <b>IČO:</b>         | 72046635                   |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka                                                                                                                                      |                  |            |                     |                            |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | <b>Mgr. Dominika Komašková, právnička</b>                                                                                                                             |                  |            | <b>E-MAIL:</b>      | dominika.komaskova@cnpk.cz |
| <b>DRUH VZ:</b>             | dodávky                                                                                                                                                               | <b>REŽIM VZ:</b> | nadlimitní | <b>DRUH ŘÍZENÍ:</b> | otevřené                   |
| <b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>    | IROP 2014 – 2020, REACT-EU:<br>Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení<br>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329       |                  |            |                     |                            |

Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce je vyhotovena na základě § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ).

### 1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gynekologicko-porodnické techniky pro zadavatele.

### 2. ÚČASTNÍCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána 1 elektronická nabídka.

| Označení nabídky     | Účastník                                                                                | Datum a čas podání nabídky  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| E1<br>(elektronická) | <b>MIKRO, spol. s r.o.</b><br>IČO: 41604326<br>Sídlo: Lísky 1022/94, Komín, 624 00 Brno | 24. 06. 2022<br>16:31 hodin |

### 3. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Zadavatel rozhodl dne 03. 03. 2023 o vyloučení dodavatele **MIKRO, spol. s r.o., IČO: 41604326**, se sídlem Lísky 1022/94, Komín, 624 00 Brno, ze zadávacího řízení, protože jím předložené údaje nesplňují zadávací podmínky.

V příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace byl stanoven parametr:

*- zabudovaná high resolution kamera přímo **uvnitř kolposkopu** a možnost výstupu do PC i na externí monitor*

Zadavatel vyzval dodavatele k objasnění jiných parametrů vyplývajících z technické specifikace. Dodavatel v rámci své odpovědi objasnil i výše uvedený parametr a doplnil k němu:

*- ANO, ale integrovaná vně na fototubusu*

Uvedené řešení nesplňuje zadávací podmínky a zadavatel považuje výše uvedenou úpravu parametru v rámci objasnění za materiální změnu nabídky, která je nepřipustná.

Zadavatel na základě těchto důvodů rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

### 4. VYBRANÝ DODAVATEL

Zadávací řízení bylo zrušeno.

### 5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Smlouva nebyla uzavřena, jelikož zadávací řízení bylo zrušeno.

### 6. PODDODAVATELÉ

Zadávací řízení bylo zrušeno.

### 7. OSOBY SE STŘETEM ZÁJMŮ

Nebyly zjištěny osoby se střetem zájmů.

### 8. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele MIKRO, spol. s r.o., IČO: 41604326, se sídlem Lísky 1022/94, Komín, 624 00 Brno dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S ohledem na to, že údaj předložený dodavatelem v technické specifikaci nesplnil zadávací podmínky, byl ze zadávacího řízení vyloučen. Po jeho vyloučení již nebyl v zadávacím řízení žádný účastník.

## **9. INFORMACE O NÁMITKÁCH**

V rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

V Domažlicích

---

za zadavatele

---

za zadavatele