

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA

Část 1 - Operační stoly
Část 3 - Chirurgický ultrazvukový generátor pro současné řezání a koagulaci
Část 4 - Akumulátorová vrtačka
Část 6 - Pojízdny stojan laparoskopické věže
Část 7 - Přídavný monitor na COS
Část 8 - Sterilizační kontejnery na nástroje

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/99/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	2876/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000281
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9504.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/278937				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332537-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 004 (1qGCyTVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M., místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička	E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce je vyhotovena na základě § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ).

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka operační techniky pro zadavatele.

2. ÚČASTNÍCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Část 1:

Ve lhůtě pro podání nabídek bylo podáno 8 elektronických nabídek.

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	Mediset-Chironax s.r.o. Sídlo: Lidická tř. 566/82, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice IČO: 48200417	15. 07. 2022 09:33 hodin
E2 (elektronická)	Hypokramed s.r.o. Sídlo: Čistovická 95/13, Řepy, 163 00 Praha 6 IČO: 49616528	15. 07. 2022 11:51 hodin
E3 (elektronická)	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Sídlo: Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6 IČO: 25099019	15. 07. 2022 13:27: hodin
E4 (elektronická)	Getinge Czech Republic, s.r.o. Sídlo: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 IČO: 03053601	15. 07. 2022 15:37 hodin
E5 (elektronická)	Mediset-Chironax s.r.o. Sídlo: Lidická tř. 566/82, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice IČO: 48200417	02. 08. 2022 11:17 hodin
E6 (elektronická)	Hypokramed s.r.o. Sídlo: Čistovická 95/13, Řepy, 163 00 Praha 6 IČO: 49616528	08. 08. 2022 13:19 hodin
E7 (elektronická)	Getinge Czech Republic, s.r.o. Sídlo: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 IČO: 03053601	16. 08. 2022 09:54 hodin
E8 (elektronická)	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Sídlo: Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6 IČO: 25099019	16. 08. 2022 14:45 hodin

Nabídky E1, E2, E3 a E4 byly před uplynutím lhůty pro podání nabídek zneplatněny.

Část 3:

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána 1 elektronická nabídka.

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu IČO: 27068641 Sídlo: Praha - Praha 6, Evropská 176, PSČ 16041	27. 07. 2022 10:50 hodin

Část 4:

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána 1 elektronická nabídka.

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	Johnson & Johnson, s.r.o. IČO: 41193075 Sídlo: Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00 Praha 5	17. 08. 2022 11:18 hodin

Část 6:

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána 1 elektronická nabídka.

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	Hoyer Praha s.r.o. IČO: 60491582 Sídlo: Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024	15. 07. 2022 12:32 hodin

Část 7:

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána 1 elektronická nabídka.

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	Hoyer Praha s.r.o. IČO: 60491582 Sídlo: Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024	15. 07. 2022 12:34 hodin

Část 8:

Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 3 elektronické nabídky.

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	LaparoTech Instruments s.r.o. IČO: 25622846 Sídlo: Školní 1534, Stará Boleslav, 250 02 Brandýs nad Labem	04. 07. 2022 19:23 hodin
E2 (elektronická)	LaparoTech Instruments s.r.o. IČO: 25622846 Sídlo: Školní 1534, Stará Boleslav, 250 02 Brandýs nad Labem	25. 07. 2022 11:51 hodin
E3 (elektronická)	Fénix Brno, spol. s r.o. IČO: 44961863 Sídlo: Vackova 1803/79, Královo Pole, 612 00 Brno	09. 08. 2022 18:35 hodin

Nabídka E1, byla před uplynutím lhůty pro podání nabídek zneplatněna.

3. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Část 1: Žádný účastník nebyl vyloučen.

Část 3: Žádný účastník nebyl vyloučen.

Část 4: Žádný účastník nebyl vyloučen.

Část 6: Žádný účastník nebyl vyloučen.

Část 7: Žádný účastník nebyl vyloučen.

Část 8: Zadavatel dne 06. 03. 2023 rozhodl o **vyloučení dodavatele LaparoTech Instruments s.r.o.**, ze zadávacího řízení, protože údaje předložené v nabídce nesplňovaly zadávací podmínky. Jednalo se zejména o následující parametry:

Zadavatel v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technické specifikaci požadoval, aby nabízené plnění odpovídalo jednomu ze dvou specifikovaných systémů sterilizačních kontejnerů, přičemž oba z nich zahrnovaly „mikrobiální bariéru“. Nabídka vyloučeného dodavatele však obsahuje pouze kontejnery s ventilem. Přestože se uchazeč na první straně dokumentu „3. Technické listy Nemocnice Domažlice a.s. Část 8 - Sterilizační kontejnery na nástroje.pdf“ zmiňuje o mikrobiální bariéře, jde dle přiložených obrázků jednoznačně o systém ventilový, který mikrobiální bariérou není.

Zadavatel dále požadoval možnost použití protokolových štítků libovolného výrobce, tak aby nebyl odkázán na konkrétního dodavatele štítků. Nabízené plnění však tento požadavek nesplňuje, jelikož design a mechanický koncept prostoru pro uchycení štítků odpovídá pouze jednomu konkrétnímu rozměru. Není je tedy možno zajistit protokolové štítky, od libovolného výrobce.

Zejména na základě výše uvedeného zadavatel shledal, že nabízené plnění nesplňuje zadávací podmínky.

4. VYBRANÝ DODAVATEL

Část 1:

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele **Hypokramed s.r.o.**, IČO: 49616528 se sídlem Čistovická 95/13, Řepy, 163 00 Praha 6, který obdržel při hodnocení nejvyšší počet bodů ze všech účastníků. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídek, která zahrnovala dílčí kritéria a) nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH (váha 80 %), b) délka záruční doby (váha 10 %) a c) nabídková cena v Kč bez DPH za 1 PBTk za 1ks po dobu pozáručního servisu (váha 10 %). Dodavatel současně splnil podmínky účasti, prokázal kvalifikaci a jeho nabídka byla úplná.

Část 3:

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele **Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu**, IČO: 27068641 se sídlem Praha - Praha 6, Evropská 176, PSČ 16041, který splnil všechny požadavky zadavatele včetně prokázání kvalifikace. Hodnocení nebylo provedeno, protože byla podána jedna nabídka.

Část 4:

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele **Johnson & Johnson, s.r.o.**, IČO: 41193075 se sídlem Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 158 00 Praha 5, který splnil všechny požadavky zadavatele včetně prokázání kvalifikace. Hodnocení nebylo provedeno, protože byla podána jedna nabídka.

Část 6:

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele **Hoyer Praha s.r.o.**, IČO: 60491582 se sídlem Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024, který splnil všechny požadavky zadavatele včetně prokázání kvalifikace. Hodnocení nebylo provedeno, protože byla podána jedna nabídka.

Část 7:

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele **Hoyer Praha s.r.o.**, IČO: 60491582 se sídlem Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024, který splnil všechny požadavky zadavatele včetně prokázání kvalifikace. Hodnocení nebylo provedeno, protože byla podána jedna nabídka.

Část 8:

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele **Fénix Brno, spol. s r.o.**, IČO: 44961863, se sídlem Vackova 1803/79, Královo Pole, 612 00 Brno, jehož nabídka zůstala v zadávacím řízení po vyloučení dodavatele prvního v pořadí jako jediná. Dodavatel zároveň splnil podmínky účasti a jeho nabídka vyhověla požadavkům zadavatele.

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Část 1:

Zadavatel uzavřel dne 26. 03. 2023 smlouvu s dodavatelem **Hypokramed s.r.o.**, ve které byla sjednána cena ve výši 8 650 600,- Kč bez DPH (10 467 226,- Kč vč. DPH).

Část 3:

Zadavatel uzavřel dne 26. 03. 2023 smlouvu s dodavatelem **Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu**, ve které byla sjednána cena ve výši 669 771,65 Kč bez DPH (846 723,70 Kč vč. DPH).

Část 4:

Zadavatel uzavřel dne 26. 03. 2023 smlouvu s dodavatelem **Johnson & Johnson, s.r.o.**, ve které byla sjednána cena ve výši 379 166,40 Kč bez DPH (458 791,36 Kč vč. DPH).

Část 6:

Zadavatel uzavřel dne 26. 03. 2023 smlouvu s dodavatelem **Hoyer Praha s.r.o.**, ve které byla sjednána cena ve výši 374 112,- Kč bez DPH (452 675,52 Kč vč. DPH).

Část 7:

Zadavatel uzavřel dne 26. 03. 2023 smlouvu s dodavatelem **Hoyer Praha s.r.o.**, ve které byla sjednána cena ve výši 147 221,- Kč bez DPH (178 137,41 Kč vč. DPH).

Část 8:

Zadavatel uzavřel dne 24. 04. 2023 smlouvu s dodavatelem **Fénix Brno, spol. s r.o.**, ve které byla sjednána cena ve výši 1 377 002,90 Kč bez DPH (1 666 173,51 Kč vč. DPH).

6. PODDODAVATELÉ

Část 1: Dodavatel v nabídce uvedl, že provede zakázku samostatně bez využití poddodavatelů.

Část 3: Dodavatel v nabídce uvedl, že provede zakázku samostatně bez využití poddodavatelů.

Část 4: Dodavatel v nabídce uvedl, že provede zakázku samostatně bez využití poddodavatelů.

Část 6: Dodavatel v nabídce uvedl, že provede zakázku samostatně bez využití poddodavatelů.

Část 7: Dodavatel v nabídce uvedl, že provede zakázku samostatně bez využití poddodavatelů.

Část 8: Dodavatel v nabídce uvedl, že provede zakázku samostatně bez využití poddodavatelů.

7. OSOBY SE STŘETEM ZÁJMŮ

U žádné části veřejné zakázky nebyly zjištěny osoby se střetem zájmů.

8. INFORMACE O NÁMITKÁCH

Část 1:

V rámci zadávacího řízení podal námitky 1 účastník zadávacího řízení. Zadavatel tyto námitky vypořádal srozumitelně a odpověděl na všechny body námitek.

Námitky směřovaly proti Rozhodnutí o výběru dodavatele. Stěžovatel namítal nesplnění technických požadavků zadavatele a zjevnou chybu při hodnocení nabídek. Stěžovatel se domáhal zrušení Rozhodnutí o výběru dodavatele a provedení nového hodnocení. Zadavatel posoudil jednotlivé body námitek, přičemž shledal, že nejsou důvodné a **odmítl** je ve všech bodech.

Část 3:

V rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

Část 4:

V rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

Část 6:

V rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

Část 7:

V rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

Část 8:

V rámci zadávacího řízení podal námitky 1 účastník zadávacího řízení. Zadavatel tyto námitky vypořádal srozumitelně a odpověděl na všechny body námitek.

Námitky směřovaly proti Rozhodnutí o vyloučení dodavatele, které bylo stěžovateli oznámeno dne 07. 03. 2023. Stěžovatel napadal důvody vyloučení a domáhal se zrušení Rozhodnutí o vyloučení dodavatele s následným zrušením Rozhodnutí o výběru druhého účastníka v pořadí. Dále se stěžovatel domáhal nového oznámení o výběru. Zadavatel posoudil jednotlivé body námitek, přičemž shledal, že nejsou důvodné a **odmítl** je ve všech bodech.

V Domažlicích

za Zadavatele

za Zadavatele