

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
DOMAŽLICKÁ NEMOCNICE, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ II					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/142/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4026/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000436
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10578.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/ca7931de-0f46-454f-b934-a2fdd5b9263c				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368445-2023:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0002, 1XZsqEVZ (Hash VZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Viliam Malár				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0016982				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 23. 6. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části 2 – Čidlo na monitoring teplot (systém pro monitoring teplot) předmětné veřejné zakázky od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

touto cestou bychom rádi požádali o objasnění:

Dotaz č. 1:

Ukládání dat má probíhat na lokální server, nebo do cloudového úložiště?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že ukládání dat bude probíhat do cloudového úložiště.

Dotaz č. 2:

Monitorované zařízení mimo ty transportní jsou v jedné budově, nebo na různých adresách?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že monitoring bude probíhat v jedné budově, na jednom podlaží, v rámci jednoho oddělení.

Dotaz č. 3

Lze získat plán objektu se zakreslením monitorovaných míst?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o **Přílohu č. 6 ZD – Plán objektu se zakreslením monitorovaných míst pro část 2 VZ**, která je rovněž přílohou tohoto Vysvětlení ZD č. 1.

Vysvětlivka k plánu s označením monitorovaných míst: potvrzená čísla místností – dle TS místnosti 1-11 (místnost s monitoringem vlhkosti je označena poznámkou); tečky – lednice 1-7; tečky s poznámkami – mrazáky 1-3.

Upozornění:

Vzhledem k podstatnému doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **31. 7. 2023 do 10:00 hodin**.

Přílohy:

Příloha Vysvětlení ZD č. 1 – Příloha č. 6 ZD – Plán objektu se zakreslením monitorovaných míst pro část 2 VZ

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace