



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE – OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ Část 9 – Videokolonoskop, videogastroskop, terapeutický videogastroskop, umělá inteligence, videoendoskopická sestava

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/154/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4207/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000162
ODKAZ E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010304">https://ezak.cnpk.cz/vz00010304</a>				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0031 (1UtHD4VZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Kronďák	E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

#### Dotaz č. 1:

Zadavatel u videokolonoskopu požaduje pracovní kanál s vnitřním průměrem min. 3,8 mm. Bude zadavatel akceptovat videokolonoskop s pracovním kanálem o vnitřním průměru 3,7 mm při splnění všech ostatních technických parametrů? Rozdíl 0,1 mm je z medicínského hlediska bezvýznamný.

#### Dotaz č.2:

Zadavatel požaduje u terapeutického videogastroskopu pracovní kanál s vnitřním průměrem min. 3,8 mm a zevním průměrem tubusu maximálně 10,8 mm. Bude zadavatel akceptovat terapeutický videogastroskop s pracovním kanálem o vnitřním průměru 3,7 mm a zevním průměrem tubusu 10,9 mm při splnění všech ostatních technických parametrů? Rozdíly 0,1 mm jsou z medicínského hlediska bezvýznamné.

#### Odpověď zadavatele:

Zadavatel v Technické specifikaci uvádí: “U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10%.”

Obě dodavatelem navrhovaná řešení se do zadavatelem povolené odchylky vejdu.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace