



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE – OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Část 14 – Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/154/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4207/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000184
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010327				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0031 (1UtHD4VZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze ZD Příloha č. 2 - Technická specifikace_ZP3.xlsx uvádí následující požadavek pro položku Vlastní flexibilní pevná sonda s ergonomickou rukojetí: 2x LED jako světelný zdroj

Mohl by zadavatel akceptovat nabídku, která bude obsahovat dodávku flexibilních sond obsahujících 2x LED jako světelný zdroj svedený do jednoho bodu?

Řešení obsahující 2x LED jako světelný zdroj svedený do jednoho bodu nabízí uživateli následující benefity:

- Rovnoměrnější rozptyl světla a tím i absence vytváření stínů.
- Vyšší svítivost převyšující stanované standarty v bronchoskopii, tuto svítivost lze kdykoli na vyžádání deklarovat.

Výše uvedené benefity jsme schopni v případě potřeby po domluvě prezentovat.

Zároveň by povolení dodávky obsahující toto řešení umožnilo zadavateli získat případnou výhodnější nabídku rozšířením okruhu potencionálních dodavatelů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na osvětlení **2 LED** - to umožňuje lepší kvalitu osvětlení a tím výsledného obrazu, který je méně kreslený a více reálný.

V případě, že je LED osvětlení soustředěno pouze do 1 bodu, může pak snáze dojít k zahřátí a případnému poškození sliznice.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace