



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE – OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ Část 9 – Videokolonoskop, videogastroskop, terapeutický videogastroskop, umělá inteligence, videoendoskopická sestava

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/154/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4504/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000162
ODKAZ E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010304">https://ezak.cnpk.cz/vz00010304</a>				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0031 (1UtHD4VZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Kronďák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

#### Dotaz č. 1:

Ve specifikaci celé sestavy (LCD monitor, videokolonoskop, videogastroskop a terapeutický videogastroskop) je vždy požadavek na HD a HDTV (dle technologických definic se jedná o rozlišení 1280x720 nebo 1920x1080 v provedení progresivní nebo prokládané). Tudiž požadavek na vysoké rozlišení u procesoru je zcela mimo uvažovaný technologický rámec celku. Z pohledu řádného hospodáře je vždy žádoucí efektivita provozu i plánovaných investic, mimo jiné zajištěním dostatečně širě možných uchazečů o dodávku technologií plnící požadovaný medicínální účel.

Bude zadavatel akceptovat sestavu plně vyhovující plánovanému medicínálnímu účelu s videoprocesorem osazeným SDI a DVI výstupy s plnou podporou FullHD rozlišení, tedy rozlišení drtivě většiny poptávaných komponent?“

#### Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na uveřejněné technické specifikaci. Nebude tedy akceptovat nabízené řešení.

**Lhůta pro podání nabídek se z důvodu prodloužení s odpovědí prodlužuje do 2. 8. 2023 do 10:00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor  
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace