



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE – OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

#### Část 5 – EKG - Klasické

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/154/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4507/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000084
ODKAZ E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010226">https://ezak.cnpk.cz/vz00010226</a>				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0031 (1UtHD4VZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

#### Dotaz č. 1:

Zadavatel ve Veřejné zakázce: Část 2 - Automatický externí defibrilátor (AED) pro lůžkové oddělení uvádí v technické specifikaci: AED musí snímat EKG křivku za pomoci defibrilačních elektrod a také pomocí 3svodového EKG kabelu (přístroj má obě varianty) a uživatel mezi nimi může libovolně volit.

Bude zadavatel akceptovat variantu snímání EKG křivky buď z 2 svodového EKG nebo z jednorázových samolepících elektrod, tak jak je běžné u AED, hlavně z důvodu jednoduchosti a rychlosti manipulace pro obsluhu AED?

#### Odpověď zadavatele:

Toto řešení zadavatel akceptovat nebude.

#### Dotaz č. 2:

Zadavatel ve veřejné zakázce: Část 2 - Automatický externí defibrilátor (AED) pro lůžkové oddělení uvádí v technické specifikaci: součástí dodávky musí být 2ks náhradních baterií, v případě nabíjecích baterií musí být součástí dodávky i nabíječka.

Zadavatel nspecifikuje požadovanou životnost baterie. Domnívá se uchazeč správně, že bude zadavatel požadovat, tak jak je standardem životnost baterie minimálně 6 let?

Vzhledem k požadavku bude zadavatel požadovat 2 kusy AED defibrilátoru každý s jednou baterií s životností 6 let?

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel požaduje baterie se standardní životností minimálně 6 let.

V případě nabízeného řešení s interovanou baterií, bude součástí přístroje také nabíječka.

V případě nabízeného řešení s vyjímatelnými bateriemi, 2ks baterií ke každému přístroji + nabíječka.

**Lhůta pro podání nabídek se z důvodu prodlení s odpovědí prodlužuje do 2. 8. 2023 do 10:00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace