

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika III – 2. vyhlášení					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/169/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4691/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000519
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10661.html				
ODKAZ VVZ:	https://vz.nipez.cz/vyhledat-formular/16cb1b4d-1813-464f-a1a8-d219fbf6a3aa				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454239-2023:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0038 (1ZK6NiVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Tomáš Brýna				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 31. 7. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k částem 2 a 3 předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz:

Vážení,

na základě § 98 zákona č. 134/2016, zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen: ZZVZ) a v návaznosti na vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem **VZ - „Zdravotnické přístroje pro Stodskou**

nemocnici, a.s. - Ostatní technika III - 2. vyhlášení“ vyhlášenou zadavatelem: **Stodská nemocnice, a.s.**, se sídlem Hradecká 600, Stod, 333 01, vyhlášenou dne: 24. 7. 2023, si Vás dovoluujeme zdvořile požádat o Vysvětlení zadávací dokumentace, konkrétně Vás žádáme o odpověď na následující dotaz.

1) Zadavatel uvádí v příloze ZD č.:3 – Kupní smlouva, v bodě 8.2 mimo jiné požadavek: „ *Prodávající současně zaškolí určené zaměstnance Kupujícího tak, aby byli následně schopni samostatně proškolovat pracovníky Kupujícího k obsluze zařízení.(...)*“

Uchazeč samozřejmě provede proškolení personálu, ale bohužel není oprávněn k řetězení školení, respektive není oprávněn vydat doklad personálu zadavatele, který by ho opravňoval k zaškolení. Interní pravidla společnosti založená na kvalitě a bezpečnosti neumožňují, aby k provádění zaškolení byla vyškolená osoba, která není zaměstnancem společnosti. Dodavatel je schopen provést opakovaně bezplatné zaškolení personálu na výzvu zadavatele.

Může zadavatel upravit s ohledem na výše uvedené text smlouvy tak, aby neobsahoval požadavek na řetězení školení, s tím, že místo toho bude možné požadovat opakované bezplatné zaškolení na výzvu zadavatele?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavateli postačí proškolení personálu k obsluze přístroje. Zadavatel v souvislosti s touto změnu upravil čl. 8.2 návrhu kupní smlouvy **pro část 3 a 4 VZ**, který nyní zní:

*„8.2. Po předání přístroje provede Proávající úvodní základní zaškolení Kupujícího k obsluze přístroje v potřebném rozsahu, a to nejpozději do skončení technického testování ve čl. 6.3. Smlouvy. Následně Proávající zajistí po předchozí žádosti Kupujícího další školení pro pověřené zaměstnance Kupujícího v potřebném rozsahu. ~~Prodávající současně zaškolí určené zaměstnance Kupujícího tak, aby byli následně schopni samostatně proškolovat pracovníky Kupujícího k obsluze zařízení.~~ Po provedení zaškolení (instruktáže) Proávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci. Kupující může o provedení **opakovaného bezplatného** školení požádat nejpozději do konce záruční doby přístroje.“*

Přílohy: Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 – Příloha č. 3 ZD – Návrh kupní smlouvy

Upozornění:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu k podání nabídek k části 2 – Sada na frézování dlouhých kostí a k části 3 – Sada nástrojů na extrakci šroubů 3.5 - 7.3 mm do 1. 9. 2023 do 10:00 hodin** z důvodu úpravy zadávací dokumentace (smluvních podmínek).

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace