

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
DOMAŽLICKÁ NEMOCNICE, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ II					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/142/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4775/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000436
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10578.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/ca7931de-0f46-454f-b934-a2fdd5b9263c				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368445-2023:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0002, 1XZsqEVZ (Hash VZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Viliam Malár				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0016982				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 1. 8. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části 2 – Čidlo na monitoring teplot (systém pro monitoring teplot) předmětné veřejné zakázky od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den,

Je u jednotek pro transport vzorků možné místo offline monitorování nabídnout i online dohled?

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že požaduje jako základní požadavek offline dohled. Online dohled je možný, musí však být k dispozici i záznam průběhu teplot v zařízení bez online připojení.

U transportních jednotek zadavatel požaduje monitoring pouze na dobu transportu transfuzních přípravků, krví a spotřebního materiálu.

Upozornění:

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace, které by mohlo rozšířit okruh dodavatelů, zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek pro Část 2 – Čidlo na monitoring teplot (systém pro monitoring teplot) do **4. 9. 2023 do 10:00 hodin**.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace