



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE - INTENZIVNÍ, ENDOSKOPICKÁ,
TRANSPORTNÍ, OPERAČNÍ, STERILIZAČNÍ A OSTATNÍ TECHNIKA**

Část 21 - Laparoskopické síto

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/117/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4381/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000259
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10402.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/92431241-5104-4633-8e8f-87e20ecdafa4				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342602-2023:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0021 (1W73jWVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, Rokycany, 337 22	IČO:	26360900		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva Ing. Michal Filař - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	MUDr. Hana Perková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková			E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem části 21 veřejné zakázky je dodávka 2 ks laparoskopického síta. Součástí předmětu plnění VZ je také doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy v souladu se ZD a jejími přílohami a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.

Předpokládaná hodnota části 21 činí 1 341 696,00 Kč bez DPH.

2. POVĚŘENÉ OSOBY

K otevírání, formálnímu posouzení a hodnocení nabídek zadavatel pověřil dne 13. 6. 2023 následující osoby:

1. **Mgr. Renata Janoušková**, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
2. **Mgr. Richard Volín**, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
3. **Jan Krondák**, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

K odbornému posouzení a hodnocení nabídek zadavatel pověřil dne 13. 6. 2023 následující osoby:



1. **Ing. Michal Filař**, Rokycanská nemocnice, a.s.
2. **MUDr. Hana Perková, MBA**, Rokycanská nemocnice, a.s.
3. **MUDr. Lukáš Teslík**, Rokycanská nemocnice, a.s.

3. SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny 3 elektronické nabídky.

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	MGVIVA a.s. Sídlo: Křenova 438/3, Veleslavín, Praha 6 PSČ 162 00 IČO: 17321611	04.07.2023 13:41:03
E2 (elektronická)	Grandyx s.r.o. Sídlo: Sarajevská 68/16, Vinohrady, Praha 2 PSČ 120 00 IČO: 24240494	10.07.2023 09:45:45

4. PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 10. 7. 2023. Po uplynutí této lhůty byly otevřeny elektronické nabídky. Jednání proběhlo korespondenční formou, když pověřené osoby komunikovaly prostřednictvím e-mailu a dálkového úložiště. Pověřené osoby provedly hodnocení a sestavily pořadí účastníků v souladu s hodnotícími kritérii. Pověřené osoby zkontrolovaly splnění podmínek účasti u dodavatele s nejvyšším počtem bodů.

V nabídce E2 dodavatele byly zjištěny následující rozpory a nejasnosti:

Zadavatel zjistil po kontrole nabídky E2, že nabídková cena za celkový počet zboží ve výši 152 494,21Kč bez DPH je mimořádně nízká oproti předpokládané hodnotě Části 18 veřejné zakázky, která činí 458 460,00 Kč bez DPH. Dodavatelem nabízená cena se jeví jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Požadavek zadavatele:

Dodavatel zdůvodní mimořádně nízkou nabídkovou cenu následovně:

- Popíše způsob stanovení nabídkové ceny za dodávku zboží a sdělí důvod, proč je mimořádně nízká vzhledem k předpokládané hodnotě části veřejné zakázky,
- Potvrdí, že nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele a neobsahuje nekvalitní materiály či konstrukce s nadměrným opotřebením,
- Potvrdí, že při plnění této části veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
- Potvrdí, že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Dodavatel může mimořádně nízkou nabídkovou cenu odůvodnit zejména prostřednictvím ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod nebo originalitou dodávek



nebo služeb. Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny by mělo vycházet z objektivních příčin, které vedly dodavatele ke stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

Zadavatel odeslal žádost o zdůvodnění MNNC dne 6. 9. 2023 prostřednictvím Elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel stanovil lhůtu pro doručení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení této žádosti.

Dne 7. 9. 2023 2023 zaslal dodavatel zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Dále kontrolou věcných požadavků a technických parametrů nabízeného zboží pověřené osoby zjistily následující rozpory:

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD Technická specifikace část 2 uvádí požadavky:

- 1) pochva (pouzdro) trokaru hladká \varnothing 5,5 mm, hlava trokaru s kohoutem, neřezací, dlouhá 100 mm, resterilizovatelná, s magnetickou kovovou kuličku bez klasických těsnění a nutnosti výměn
- 2) pochva (pouzdro) trokaru šroubovice \varnothing 10 mm, hlava trokaru s kohoutem, neřezací, dlouhá 100 mm, resterilizovatelná, s magnetickou kovovou kuličku bez klasických těsnění a nutnosti výměn
- 3) sonda pr.3,5mm, graduovaná, NL 310 mm (pátradlo)
- 4) plastová překlápávací redukce na trokary, 10 mm -> 5 mm (balení 5 ks)

Dodavatelem nabízené parametry zboží:

Ad 1) MultiPort Multifunkční trokarový systém \varnothing 5,5 mm, Prac.délka 103 mm, bílý kovový trokarový návlek hladký

nabídnut multifunkční model s metalickou záklopkou, která plní obdobnou funkci jako magnetická kulička, vyobrazení v příloze. Jedná se o resterilovatelnou záklopkou, pevně uchycenou a není třeba výměn.

- nabízené zboží nespĺňuje požadavek zadavatele

Ad 2) MultiPort Multifunkční trokarový systém \varnothing 11mm, prac. délka 105mm, modrá kovová trokarová objímka, šroubovice

nabídnut multifunkční model s metalickou záklopkou, která plní obdobnou funkci jako magnetická kulička, vyobrazení v příloze. Jedná se o resterilovatelnou záklopkou, pevně uchycenou a není třeba výměn

- nabízené zboží nespĺňuje požadavek zadavatele

Ad 3) Palpační sonda \varnothing 5mm, graduovaná s malým držákem, délka 330mm. nabídnut model pr. 5, aby neunikal vzduch trocarem a zároveň je delší.

- nabízené zboží nespĺňuje požadavek zadavatele, překročení možné tolerance

Ad 4) Redukce se silikonovým páskem \varnothing 11-5,5mm, červená, překlápávací

- nabízené zboží nespĺňuje požadavek zadavatele,

Pověřené osoby doporučily zadavateli, aby rozhodnul o vyloučení účastníka s \S 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), jelikož nabízené zboží nespĺňuje požadavky zadavatele a zadávacích podmínek.



Pověřené osoby provedly detailní posouzení nabídky E 1 účastníka druhého v pořadí, kontrolu splnění věcných požadavků a podmínek účasti.

Pověřené osoby shledaly, že jsou splněny veškeré podmínky zadávacích podmínek a ZZVZ a na základě zjištěných skutečností doporučily zadavateli, aby rozhodl o výběru tohoto dodavatele.

5. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Nabídka	Účastník	Kritérium a) body	Kritérium b) body	Celkový počet bodů	Pořadí
E2 (elektronická)	Grandyx s.r.o. Sídlo: Sarajevská 68/16, Vinohrady, Praha 2 PSČ 120 00 IČO: 24240494	519 998,00 Kč bez DPH = 90 b	24 měsíců = 4 b	94	vyločen

6. POPIS ZPŮSOBU HODNOCENÍ

Hodnotícím kritériem byla **ekonomická výhodnost**, která zahrnovala tato dílčí hodnotící kritéria:

- celková nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH – váha 90 %
- délka záruční doby – váha 10 %

V dílčím kritériu a)

Nejnižší nabídková cena za přístroj bez DPH se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 90. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 90 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu a)}$$

V dílčím kritériu b)

Nabízená délka záruční doby v měsících se vydělí číslem 60 (jako maximální délkou pro účely hodnocení) a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu. Nabídne-li dodavatel záruku delší než 60 měsíců, bude dosazena hodnota 60 měsíců.

Vzorec:

$$\frac{\text{Hodnocená záruka v měsících}}{60} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu b)}$$

Vybrána bude nabídka dodavatele, která dosáhne nejvyššího počtu bodů po součtu všech dílčích kritérií v dané části VZ.

7. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky

Nabídka	Účastník	Kritérium a) body	Kritérium b) body	Celkový počet bodů	Pořadí
E1 (elektronická)	MGVIVA a.s. Sídlo: Křenova 438/3, Veleslavín, Praha 6 PSČ 162 00 IČO: 17321611	1 340 000,00 Kč bez DPH = 34,93 b	24 měsíců = 4 b	38,93 b	1



8. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

NABÍDKA	DODAVATEL	
E1 (elektronická)	MGVIVA a.s. Sídlo: Křenova 438/3, Veleslavín, Praha 6 PSČ 162 00 IČO: 17321611	
<i>Nabídka byla doručena ve lhůtě</i>	<i>Nabídka je autentická, s datovou zprávou nebylo před otevřením manipulováno</i>	<i>Nabídka je úplná, splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona vč. prokázání kvalifikace</i>
ANO	ANO	ANO
ZÁVĚR: Dodavatel splnil podmínky účasti, nabídková cena <u>nebyla</u> mimořádně nízká, jeho nabídka je úplná a odpovídá požadavkům zadavatele a zákona.		
SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI VYBRANÝ DODAVATEL PROKAZOVAL KVALIFIKACI:		
<ul style="list-style-type: none">- Prohlášení o kvalifikaci – elektronický originál Vyhotoveno: 3. 7. 2023 Podepsal: Nikola Urbánková - na základě plné moci Zadavatel ověřil údaje uvedené v Prohlášení ve veřejně dostupných rejstřících. K prokázání splnění základní způsobilosti předložil účastník: <ul style="list-style-type: none">- odkaz na výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů společnosti MGVIVA a.s. https://skd.nipez.cz/ISVZ/Ciselniky/Seznam.aspx?type=1&vt=1&data=ZmNOYXpdlVwbG55JTNkbWd2aXZhJT12		
ÚDAJE ROZHODNÉ PRO PROKÁZÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI A TECHNICKÉ KVALIFIKACE:		
<ul style="list-style-type: none">- Čestné prohlášení o kvalifikaci ze dne 3. 7. 2023 – elektronický originál Vyhotoveno: 3. 7. 2023 Podepsal: Nikola Urbánková - na základě plné moci K prokázání splnění profesní způsobilosti předložil účastník: <ul style="list-style-type: none">- odkaz na výpis z obchodního rejstříku společnosti MGVIVA a.s. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1164120&typ=PLATNY- odkaz na výpis z registru RZPRO společnosti MGVIVA a.s. https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/Osoba/Detail/135052- Prohlášení o registraci v Registru zdravotnických prostředků, vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv, pod identifikačním číslem 080282 Vyhotoveno: 3. 7. 2023 Podepsal: Nikola Urbánková - na základě plné moci <ul style="list-style-type: none">- Čestné prohlášení o kvalifikaci - proškolený technik – elektronický dokument Vyhotoveno: 3. 7. 2023 Podepsal: Nikola Urbánková - na základě plné moci		



- Prohlášení o poddodavatelích - dodavatel provede veřejnou zakázku samostatně bez poddodavatelů.

Vyhotoveno: 3. 7. 2023

Podpsal: Nikola Urbánková - na základě plné moci

DALŠÍ INFORMACE:

Další doložené doklady:

- Laparoskopické síto – Technický list
- Návod - Přehled technických údajů
- PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
- OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
- Plná moc
- Krycí list - vyplněný
- Technická specifikace – vyplněná
- Návrh kupní smlouvy – vyplněný
- Prohlášení k OVZ

9. DOPORUČENÍ

Pověřené osoby doporučují zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele **MGVIVA a.s.**, IČO: 17321611, se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, Praha 6 PSČ 162 00, který podal nabídku, předložil nabídkovou cenu, splnil podmínky účasti a jeho nabídka vyhověla požadavkům zadavatele.

V Plzni

Zprávu o hodnocení nabídek zpracoval administrátor – Mgr. Renata Janoušková. Pověřené osoby zprávu o hodnocení nabídek odsouhlasily písemně.

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace