



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 26. 9. 2023

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA 4

Část 1 – Dezinfektor na endoskopy

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/187/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	5924/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000664
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10805.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/86f718cc-fe30-478a-af77-30a62426c3b1				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525228-2023:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0025 (1Z0xp2VZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Václav Jakl, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková, odborná referentka			E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 19. 9. 2023 byla prostřednictvím E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z potencionálních dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V příloze ZD č. 2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Jednoduché přenastavení na jiný druh chemie – PAA vs GA a opačně.



Námi nabízený automatický dezinfektor flexibilních endoskopů využívá chemikálie na bázi PAA (kys. peroctové) s neutrálním pH (šetrné k endoskopům). Od přípravků na bázi glutaraldehydů se díky toxicitě pro obsluhující personál a enviromentální prostředí celosvětově ustupuje.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení splňující medicínální účel?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že trvá na svých požadavcích uvedených v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2:

V příloze ZD č. 2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Rozměry: max. š/h/v 750/690/1643 mm.

Námi nabízený automatický dezinfektor flexibilních endoskopů má rozměry 1240/790/1570 mm včetně 19“ monitoru.

Bude zadavatel akceptovat obdobné řešení splňující medicínální účel?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že nabízená varianta není v tomto případě možná, jelikož nabízený dezinfektor o udávaných rozměrech se nevejde do omezeného prostoru stávajícího pracoviště – z toho důvodu byly v technické specifikaci udány rozměry max. š/h/v 750/690/1643 mm. Zadavatel tímto sděluje, že trvá na svých požadavcích uvedených v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 3:

V příloze ZD č. 2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Ovládání v českém jazyce

Námi nabízený dezinfektor flexibilních endoskopů disponuje velkým 19“ monitorem a ovládacími tlačítky na dezinfektoru s piktogramy, pro snadnou obsluhu.

Bude zadavatel akceptovat toto technicky obdobné řešení, které splňuje medicínální účel a nabízí podstatně příjemnější používání pro obsluhu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 4:

V příloze ZD č. 2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Plnění čelní stranou

Námi nabízený plně automatický dezinfektor (reprocesor) flexibilních endoskopů má velké prosklené asynchronní mycí a dezinfekční komory s vrchním plněním, které umožňují obsluze snadnou manipulaci při ukládání endoskopů.

Bude zadavatel akceptovat toto technicky obdobné řešení, které splňuje medicínální účel a nabízí podstatně příjemnější používání pro obsluhu?



Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že trvá na svých požadavcích uvedených v zadávacích podmínkách z důvodu omezeného prostoru stávajícího pracoviště (viz odpověď k dotazu č. 2).

Dotaz č. 5:

V příloze ZD č. 2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Provedení z nerezové oceli

Námi nabízený reprocesor flexibilních endoskopů je vyroben ze speciálního armádního polymeru s antibakteriálním nástřikem pro snadnou údržbu a dlouhou životnost.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 6:

V příloze ZD č. 2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Integrovaná čtečka čárových kódů u každé komory samostatně.

Námi nabízený dezinfektor flexibilních endoskopů obsahuje jednu integrovanou čtečku čárových kódů pro obě asynchronní komory.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 7:

V příloze ZD č. 2 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Směšovač teplé a studené vody.

Česká legislativa – Vyhláška 306 Sb./2012, Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, konkrétně kap. III. VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE, DVOUSTUPŇOVÁ DEZINFEKCE neumožňuje připojení dezinfektoru (reprocesoru) endoskopů na teplou vodu. Teplá voda není považována za pitnou.

Bude zadavatel akceptovat řešení bez směšovače teplé a studené vody?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že bude akceptovat nabízené řešení.

Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatický dezinfektor flexibilních endoskopů, naopak u dezinfektoru je kladen důraz na vysoký stupeň dezinfekce a sterilizace flexibilních endoskopů, uživatelsky nenáročné ovládání, minimalizaci času cyklu mytí a vysoký stupeň dezinfekce (reprocesu) endoskopů s tiskem validovaného protokolu z tiskárny a možností archivace dat o každém proběhnutém cyklu.

Bude zadavatel akceptovat toto technické řešení splňující medicínální účel?



Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že bude akceptovat nabízené řešení v případě dodržení podmínek stanovených (upřesněných) výše uvedenými odpověďmi na jednotlivé dotazy.

Upozornění:

Vzhledem k upřesnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek v této části VZ do **31. 10. 2023 do 10:00 hodin**

V Plzni 26. 9. 2023

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace