



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE A.S. – OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ II Část 4 – EKG – KLASICKÉ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/194/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	6004/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000615
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010759				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0032 (21Hd8IVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Kronďák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze č.2 ZD – Technická specifikace_OV2 požaduje:

„export do stávajícího systému SEMA EKG“

Účastník nabízí EKG přístroj, který disponuje způsoby ukládání a exportu dat EKG ve formě pdf, XML, softwaru od přímo od výrobce a konektivitou Wi-Fi, USB a LAN (RJ45), čtečka čárových kódů.

Data je možné též volitelně nahrávat pomocí XML nebo PDF prostřednictvím protokolu FTP.

Bude zadavatel akceptovat přístroj, který je vybaven zmíněnou konektivitou pro export/import dat a je schopen volitelně nahrávat data pomocí XML, PDF prostřednictvím protokolu FTP??

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na požadavku exportu do stávajícího systému SEMA EKG.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 5. 10. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace