



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE – OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ (VZMR)

Část 2 – Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/198/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	6101/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000614
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010755				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Kronďák	E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze ZD Příloha č.2 - *Technická specifikace_KoBr.xlsx* uvádí následující požadavek pro položku *Vlastní flexibilní pevná sonda s ergonomickou rukojetí:*

2x LED jako světelný zdroj

Mohl by zadavatel akceptovat nabídku, která bude obsahovat dodávku flexibilních sond obsahujících 2x LED jako světelný zdroj svedený do jednoho bodu?

Řešení obsahující 2x LED jako světelný zdroj svedený do jednoho bodu nabízí uživateli následující benefity:

- Rovnoměrnější rozptyl světla a tím i absence vytváření stínů.
- Vyšší svítivost převyšující stanované standardy v bronchoskopii, tuto svítivost lze kdykoli na vyžádání deklarovat.

Výše uvedené benefity jsme schopni v případě potřeby po domluvě prezentovat.

Zároveň by povolení dodávky obsahující toto řešení umožnilo zadavateli získat případnou výhodnější nabídku rozšířením okruhu potencionálních dodavatelů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na uveřejněné technické specifikaci a nebude akceptovat navrhované řešení.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 6. 10. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace