

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK
Část 1 – Biologická a základní imunologie
Část 3 – Hematologie – krevní obraz

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------|--|---------------------|-----------------|
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/184/CN/23 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 74/24/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P23V00000837 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10979.html | | | | |
| ODKAZ VVZ: | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/d21cfbc2-427d-4af6-afe9-d9101bccb951 | | | | |
| ODKAZ TED: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:753530-2023:TEXT:CS:HTML | | | | |
| ZADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. | | | | |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, Klatovy, 339 01 | IČO: | 26360527 | | |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva | | | | |
| POVĚŘENÁ OSOBA: | Mgr. Daniela Smolová | | | | |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | | | | |
| SÍDLO: | Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 | | |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka | | | | |
| POVĚŘENÁ OSOBA: | Mgr. Bc. Michaela Bervidová | E-MAIL: | richard.volin@cnpk.cz | | |
| DRUH VZ: | Dodávky | REŽIM VZ: | Nadlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | Otevřené řízení |
| FINANCOVÁNO Z EU: | - | | | | |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedeným částem veřejné zakázky.

Dne 2. 1. 2024 byly doručeny dotazy od dodavatelů k Části 1 a Části 3, na které zadavatel tímto odpovídá.

Část 1 – Biologická a základní imunologie

Dotaz č. 1: “ Může zadavatel potvrdit, že předpokládaný počet reportovaných testů za 12 měsíců v příloze zadávací dokumentace s názvem Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 – Příloha č. 3 ZD - Spektrum reportovaných testů – úprava 22. 12. 2023 zahrnuje rovněž testy určené pro screening dárců.“

Odpoověď zadavatele: Zadavatel potvrzuje, že uvedená Příloha zahrnuje rovněž testy určené pro screening dárců.

Dotaz č. 2: “Zadavatel v příloze zadávací dokumentace s názvem Příloha č. 2 - Technická specifikace_FIN požaduje pro laboratoř v Rokycanské nemocnici:

- celkovou kapacitu biochemického modulu bez ISE min. 600 metod/hod
- celkovou kapacitu imunomodulu min. 120 metod/h

Bude zadavatel akceptovat analyzátořy s výkonem stejným, jak bylo požadováno v PTK, tedy:

- celkovou kapacitou biochemického modulu bez ISE min. 400 metod/hod
- celkovou kapacitou imunomodulu min. 100 metod/h.“

Odpořěď zadavatele: Zadavatel trvá na požadavku dle Přílohy č. 2 - Technická specifikace FIN pro laboratoř v Rokycanské nemocnici.

Část 3 – Hematologie – krevní obraz

Dotaz č. 1: “ V Zadávací dokumentaci v části 2.4 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY je mimo jiné uvedeno: „...a zároveň pokrývají požadované spektrum metod, a dodávka reagentů, které budou hrazeny skřze reportované testy z laboratoř, ...“

V Zadávací dokumentaci není výslovně uvedeno, že cena reportovaného testu má být i včetně kontrolních materiálů. V případě, že kontrolní materiál má být součástí ceny reportovaného testu, žádáme zadavatele o stanovení počtu provozních dnů laboratoř např. 365 dnů (nepřetržitý provoz), 250 dnů (pouze v pracovní dny) a počtu/četnosti kontrol pro každou hladinu. Četnost kontrol si ve většině případů stanovuje laboratoř svými interními předpisy.

Dotaz zní: Můžě zadavatel blíže specifikovat a doplnit do níže uvedených tabulek počet provozních dnů a četnost kontrol pro jednotlivá pracoviště?

Provádění kontrol s četností:

1D=1x denně | 1T=1x týdně tj. 4x měsíčně | 2T=2x týdně, tj. 8x měsíčně | 3T=3x týdně, tj. 12x měsíčně | 4T=4x týdně, tj. 16x měsíčně | 1M=1x měsíčně | 2M=2x měsíčně | 2R=2x ročně.

Hlavní analyzátoř KN – počet provozních dnů: „doplň zadavatel“

| Kontrolní materiál | KO (KO+Diff) | | | Retikulocyty (RET) | | | Tělní tekutiny (BF) | | |
|--------------------|--------------|-----|--------|--------------------|-----|--------|---------------------|-----|--------|
| | HIGH | LOW | NORMAL | HIGH | LOW | NORMAL | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | | | | | | | | | |

Záložní analyzátoř KN – počet provozních dnů: „doplň zadavatel“

| Kontrolní materiál | KO (KO+Diff) | | |
|--------------------|--------------|-----|--------|
| | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | | | |

Hlavní analyzátor DN – počet provozních dnů: „doplň zadavatel“

| Kontrolní materiál | KO (KO+Diff) | | | Retikulocyty (RET) | | |
|--------------------|--------------|-----|--------|--------------------|-----|--------|
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | | | | | | |

Záložní analyzátor DN – počet provozních dnů: „doplň zadavatel“

| Kontrolní materiál | KO | | |
|--------------------|------|-----|--------|
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | | | |

Hlavní analyzátor HN – počet provozních dnů: „doplň zadavatel“

| Kontrolní materiál | KO+Diff | | |
|--------------------|---------|-----|--------|
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | | | |

Hlavní analyzátor SN – počet provozních dnů: „doplň zadavatel“

| Kontrolní materiál | KO (KO+Diff) | | |
|--------------------|--------------|-----|--------|
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | | | |

Záložní analyzátor SN – počet provozních dnů: „doplň zadavatel“

| Kontrolní materiál | KO | | |
|--------------------|------|-----|--------|
| Hladina | HIGH | LOW | NORMAL |
| Četnost | | | |

Odpověď zadavatele: Cena reportovaného testu musí být kalkulována včetně kontrolních a kalibračních materiálů.

Na pracovišti Klatovské nemocnice, Domažlické nemocnice a Stodské nemocnice se pravidelně provádí měření kontrolního materiálu 1 x denně, 7 x v týdnu na dvou hladinách, které se pravidelně střídají. V Klatovské nemocnici to platí i pro záložní analyzátor. V ostatních nemocnicích je záložní analyzátor při provozu hlavního analyzátoru mimo provoz. Na pracovišti Horažďovické nemocnice se provádí měření kontrolního materiálu 1 x denně, 5 x v týdnu na dvou hladinách, není-li dle provozní situace potřeba jinak.

Uvedené tabulky v rámci Dotazu č. 1 se týkají detailních individuálních parametrů. Jejich zodpovězení není podmínkou zpracování řádné nabídky a stanovení nabídkové ceny. Zadavatel je přesvědčen, že zpracoval zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Institut vysvětlení zadávací dokumentace není určen k vyjednávání o zadávacích, smluvních a technických podmínkách. V případě výběru dodavatele s ním budou před uzavřením rámcové dohody řešeny detailní záležitosti plnění.

Upozornění:

V **Části 3 – Hematologie – krevní obraz** zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 22. 1. 2024 do 10:00 hodin.**

V ostatních částech veřejné zakázky se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni dne 5. 1. 2024

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace