

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK					
Část 1 – Biologická a základní imunologie					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/184/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	394/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000837
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10979.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/d21cfbc2-427d-4af6-afe9-d9101bccb951				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:753530-2023:TEXT:CS:HTML				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Smolová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpříčná 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová				
E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	-				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené části veřejné zakázky.

Dne 17. 1. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Dobrý den,

chtěli bychom Vás požádat o zodpovězení našeho dotazu:

Dotaz č. 1: Zadavatel má požadavek ovládacího SW v češtině v závazné specifikaci i mezi kvalitativními hodnocenými parametry (zde je navíc požadavek na češtinu u varovných hlášení). Umožní zadavatel účast uchazeči s ovládacím SW v AJ s tím, že detailní online nápověda je v češtině a to včetně varovných hlášení?

Odpověď zadavatele: Zadavatel umožní účast uchazeči, který nabídne přístroj s ovládacím SW v AJ, pouze pokud online nápověda vč. varovných hlášení bude v ČJ. Nebude-li v případě ovládacího SW v AJ nápověda a varovné hlášení v ČJ, bude takové plnění považováno za nesplnění závazných požadavků technické specifikace.

Dotaz č. 2:

Přidělí zadavatel body v hodnocené části za takto fungující SW varovných hlášení v češtině?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepřidělí body za kvalitativní parametr „Ovládací software v češtině, včetně varovných hlášení“, bude-li dodavatelem nabídnut ovládací SW v AJ s nápovědou a varovnými hlášeními v ČJ. Zadavatel přidělí body za tento kvalitativní parametr, pouze pokud bude nabídnut ovládací SW a zároveň varovná hlášení v ČJ.

Upozornění:

Zadavatel v souvislosti s tímto Vysvětlením ZD **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek pro Část 1 – Biologická a základní imunologie do **29. 2. 2024 do 10:00 hodin**. V ostatních částech VZ se lhůta k podání nabídek nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace