

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO LABORATOŘE NEMOCNIC PK					
Část 1 – Biologická a základní imunologie					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/184/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	468/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000837
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10979.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/d21cfbc2-427d-4af6-afe9-d9101bccb951				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:753530-2023:TEXT:CS:HTML				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Smolová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová				
E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	-				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené části veřejné zakázky.

Dne 22. 1. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz:

Na základě vysvětlení veřejné zakázky č. 3 ze dne 11. 1. 2024 se uchazeč ptá, zda rozumí správně odpovědi týkající se požadavku „kompatibilita reagensů v rámci nabídnutých přístrojů“ tak, že se jedná o originální balení reagensů pro biochemická a imunochemická vyšetření včetně kalibrátorů, kontrol a spotřebního materiálu? Kompatibilitou reagensů je míněna vzájemná zastupitelnost reagensů, kalibrátorů, kontrol a spotřebního materiálu jak na biochemických, tak i na imunochemických analyzátoch v rámci všech pěti nemocnic, čímž bude dodržena podmínka vzájemné zastupitelnosti v rámci této zakázky. Tento požadavek předpokládá stejné principy metod, avšak lišit se mohou velikosti balení, bude-li dodržena podmínka zastupitelné použitelnosti.

Odpověď zadavatele:

„Kompatibilitou reagensů v rámci nabídnutých přístrojů“ se rozumí vzájemná zaměnitelnost (zastupitelnost) originálního balení reagensů, včetně kalibrátorů, kontrola a spotřebního materiálu. Požadavek předpokládá stejné principy metod pro část biochemickou, tak imunochemickou.

Příklad 1: reagensie A je objednána pro stanovení metody XY pro nemocnici DN, stejnou reagensii A lze použít (vložit originální balení do přístroje a provést na něm analýzu) pro stanovení metody XY v nemocnici SN, RN, KN,HN

Příklad 2: reagensie B o velikosti balení 100 ml je objednána pro stanovení metody TR pro nemocnici DN, stejnou reagensii B lze použít (vložit originální balení do přístroje a provést na něm analýzu) pro stanovení metody TR v nemocnici SN, RN, KN,HN, i když standardně používají velikost balení reagensie B 200 ml.

Příklad 3: spotřební roztok CLEAN% se používá k údržbě přístroje v nemocnici DN, stejný spotřební roztok CLEAN% lze použít v k údržbě přístroje v nemocnici SN, RN, KN, HN.

Příklad 4: kalibrátor CAL© se používá ke kalibraci metody XY v nemocnici DN, stejný kalibrátor CAL© lze použít pro kalibraci metody XY v nemocnici SN, RN, KN,HN

Upozornění:

Zadavatel v souvislosti s tímto Vysvětlením ZD **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek pro Část 1 – Biologická a základní imunologie do **1. 3. 2024 do 10:00 hodin**. V ostatních částech VZ se lhůta k podání nabídek nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace