

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE	
ZADAVATEL:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLEM:	Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň
IČ; DIČ:	72046635; CZ72046635
ZASTUPUJÍCÍ:	Ing. Jiří Heran, ředitel
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
„Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2013-15“	

V rámci veřejné zakázky „Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2013-15“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na základě Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace odeslané dne 21.6.2013 a uveřejněné následující den na profilu zadavatele na konkrétní adrese VZ (<https://ezak.cnpk.cz/vz00001754>)

**ROZHODUJI dle § 76 odst. 6 ZVZ
na základě doporučení hodnotící komise
O VYLOUČENÍ následujícího uchazeče**

č.	Název	Sídlo	IČ
L3	Medica Handicap s.r.o.	Kašperské Hory, Smetanova 421, PSČ 341 92	29124379

Z DALŠÍ ÚČASTI VE VÝŠE UVEDENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

pro 1. část - Dvoudílné stříkačky

Odůvodnění vyloučení:

Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách pro 1. část - Dvoudílné stříkačky

Při posouzení nabídek dle §76 shledala hodnotící komise (dále jen „HK“), že uchazeč v nabídce nerespektoval následující požadavky:

- zadávací dokumentace body 2.2 mimo jiné říká:
„Zboží, se kterým se uchazeč přihlásí do VZ, musí splňovat následující podmínky:
 - 1. a 2. část
 - zdravotní nezávadnost
 - sterilní provedení
 - **HLADKÝ, BEZPROBLÉMOVÝ CHOD PÍSTU**
 - minimální zbytkový objem
 - bezpečná zarážka pístu
 - dobře čitelná, vysoce stálá stupnice
 - vynikající těsnost
 - snadná oddělitelnost jednotlivých kusů
 - snadné vyjmutí z obalu
 - u inzulinových stříkaček musí mít jehla kvalitní ostří pro minimální bolestivost při vpichu
 - u inzulinových stříkaček musí být dobře čitelná, vysoce stálá stupnice graduovaná po jednotlivých jednotkách.“
- zadávací dokumentace bod 2.6 dále mimo jiné říká:
„Zadavatel požaduje předložení vzorků pro potřeby posouzení nabídek. Specifikace a rozsah vzorků požadovaných zadavatelem je uveden níže. Je třeba předložit přesně požadované vzorky dle popisu. **Vzorky budou použity k posouzení nabídek.**“

Část VZ	Položka	Počet	Min. rozměry
1. část - Dvoudílné stříkačky	Dvoudílná injekční stříkačka jednorázová	2	2 ml
	Dvoudílná injekční stříkačka jednorázová	2	5 ml
	Dvoudílná injekční stříkačka jednorázová	2	10 ml
	Dvoudílná injekční stříkačka jednorázová	2	20 ml

HK posuzovala nabídky dle předložené katalogu s popisem nabízeného zboží a také testování předložených vzorků. Při testování vzorku HK shledala, že chod pístu u vzorků dvoudílných stříkaček **není** hladký, bezproblémový. Dochází k velmi obtížné manipulaci při natahování pístu jednou rukou, což je v praktickém chodu zdravotnického zařízení stěžejní záležitost.

Na základě výše uvedených nedostatků shledala HK, že nabídka uchazeče **nesplnila všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách pro 1. část - Dvoudílné stříkačky**, vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posuzování dle § 76 odst. 1 ZVZ a doporučila zadavateli vyloučit uchazeče z další účasti v zadávacím řízení pro 1. část - Dvoudílné stříkačky dle § 76 odst. 6 ZVZ.

Závěr

Zadavatel na základě doporučení HK **rozhodl dle § 76 odst. 6 ZVZ o vyloučení uchazeče Medica Handicap s.r.o. z další účasti v zadávacím řízení pro 1. část - Dvoudílné stříkačky.**

V Plzni dne 17. 7. 2013


Ing. Jiří Heran
ředitel
Centrální nákup, příspěvková organizace

Centrální nákup, ①
příspěvková organizace
Vojprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635