



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### NÁZEV ZAKÁZKY

### Modernizace vozového parku - přístroje

### Část 5 – Přístroje pro mechanickou nepřímou srdeční masáž

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/97/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	2901/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000265
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11318.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11318.html</a>				
ODKAZ VVZ:	<a href="https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/76754b7d-46e2-47d0-b051-0c78b6851413">https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/76754b7d-46e2-47d0-b051-0c78b6851413</a>				
ODKAZ TED:	<a href="https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/340524-2024">https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/340524-2024</a>				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Ing. Petr Stehlík				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Mgr. Dominika Komašková				
<b>DRUH VZ:</b>	Dodávky	<b>REŽIM VZ:</b>	Nadlimitní	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	otevřené
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	Program: Integrovaný regionální operační program Priorita: Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva Název akce (projektu): Modernizace vozového parku ZZSPK Identifikační číslo akce IS ZED: Z170201001617 Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0003580				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 26. 06. 2024 byla k Části 5 - Přístroje pro mechanickou nepřímou srdeční masáž, doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Znění dotazu:

*Dobrý den,*

*zadavatel v Příloha č. 2 - Technická specifikace.doc požaduje váhu kompletního systému pro nepřímou srdeční masáž max 8 kg.*

*Chtěl bych touto cestou požádat o změnu technického parametru na váhu kompletního systému pro nepřímou srdeční masáž na max 9kg.*

*Naše pokročilé zařízení má z důvodu*

*Díky displeji má zdravotník lepší přehled o nastavených parametrech.*



Zadavatel anonymizoval část údajů v žádosti, které odkazují ke konkrétnímu dodavateli, názvu či přístroji.

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech, a to z důvodu vysoké důležitosti zachování kompatibility přístroje v rámci spolupráce s Leteckou záchrannou službou, Fakultní nemocnicí a jednotlivými posádkami RV a RZP ZZS PK, kdy nedochází k výměně zádové desky, ale pouze přístroje, z důvodu minimalizace přerušování kompresí hrudníku.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

**Mgr. Dominika Komašková**  
administrátor  
Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele