

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

Modernizace vozového parku – přístroje (2. vyhlášení) Část 5 – Přístroje pro mechanickou nepřímou srdeční masáž

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/160/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	3908/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000471
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11513.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň			IČO:	45333009
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Petr Stehlík				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	Program: Integrovaný regionální operační program Priorita: Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva Název akce (projektu): Modernizace vozového parku ZZSPK Identifikační číslo akce IS ZED: Z170201001617 Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_013/0003580				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 9. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

zadavatel v Příloha č. 2 - Technická specifikace.doc požaduje váhu kompletního systému pro nepřímou srdeční masáž max 8 kg

Chtěl bych touto cestou požádat o změnu technického parametru na váhu kompletního systému pro nepřímou srdeční masáž na max 9kg.

Naše pokročilé zařízení má z důvodu nainstalovaných dvou baterií váhu 8,90kg. Duální konstrukce na usazení 2ks baterií mají obrovskou medicínskou výhodu. Další výhodou je 3,5" dotykový displej 320 x 240 pixelů. Díky displeji má zdravotník lepší přehled o nastavených parametrech.

1. 90 minut provozu
2. 1ks baterie lze vyměnit během provozu. Nemůže nastat zastavení přístroje při nepřímé srdeční masáži.

V příloze posílám technické srovnání systému [REDAKCE] pro nepřímou srdeční masáž a našeho nabízeného systému [REDAKCE].

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že trvá na technických parametrech stanovených Přílohou č. 2 ZD – Technická specifikace. Požadavky zadavatele zůstávají beze změny.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele