

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝZVA Č. 1 - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM - OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE

KATEGORIE 5 – SÁDRY, PODKLADOVÝ MATERIÁL POD SÁDRY A VATA

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/68/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	183/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000559
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11598.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, PSČ 339 01	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva Ing. Michal Filař – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jiří Zedník				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	VZ v rámci DNS
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s bodem 8.1 Vysvětlení zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídek, vysvětlení k výše uvedené výzvě v rámci dynamickému nákupnímu systému.

Dne 15. 1. 2025 byla prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace potenciálního dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

bude zadavatel akceptovat v části 5:

- položka sádrové obinadlo rozměr 6 cm x3m (požadavek je 6cm x2m)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že trvá na svých požadavcích a rozměrech uvedených v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

bude zadavatel akceptovat v části 5:

- položka syntetická vata rozměr 6 cm x3m (požadavek je 5cm x3m)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že trvá na svých požadavcích a rozměrech uvedených v zadávacích podmínkách.

Nabízené rozměry ve výše uvedených položkách v délce 3m jsou ze strany zadavatele neakceptovatelné, a to z důvodů:

- 1) při namáčení sádrového obinadla jej bude třeba déle namáčet, aby se důkladně promočilo a tím by došlo k vyplavení sádry z povrchu. Obvazový materiál tím není schopen plně zastávat svoji funkci a je nepoužitelný.
- 2) Navíc obinadlo 2 m se snáze uchopuje a lépe se tvaruje potřebná sádrová fixace hlavně v oblasti horních končetin - prsty a sádrová fixace a to nejen u dětí. Nabízený rozměr v délce 3 m je i v tomto případě pro zadavatele neakceptovatelný z důvodu problematické manipulace s podkladovou vatou, z důvodu nutnosti vytvoření podkladu před přiložením a natvarování sádrové fixace na zraněných částech – prsty ruky, děti. Zmiňovaná syntetická podkladová vata musí sloužit hlavně jako prevence vzniku dekubitů = jatrogenní poškození pacienta.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadavatel **neproděluje lhůtu pro podání nabídek.**

V Plzni

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele