

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

C-RAMENO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/192/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	951/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000590
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11627.html				
ODKAZ VVZ:	...				
ODKAZ TED:	...				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Romana Haladová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Miksan				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	Ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 11. 3. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 2 Výzvy Zadávací dokumentace – Technické specifikace C-RAMENO požaduje:

Digitální plochý detektor

- rozměry aktivní plochy detektoru 25 x 25 cm (tolerance rozměru +/-10%)

Na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru RTG C-ramen si dovoluujeme upozornit, že standardní velikosti plochých detektorů běžně dostupné na trhu jsou 6" x 6" (15,24 cm), 9" x 9" (22,86 cm) a 12" x 12" (30,48 cm). Zároveň není obvyklé, aby technická specifikace omezovala rozměr detektoru jak minimální, tak maximální hranicí.

Vzhledem k tomu, že dle našich dostupných informací požadovaný rozměr 25 x 25 cm splňuje pouze jediný dodavatel, žádáme o upřesnění, zda bude akceptováno C-rameno s detektorem o rozměrech s minimální aktivní plochou 29,6 x 29,6 cm?

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 1 upřesňujeme, že nebude akceptováno i C - rameno s detektorem o rozměrech s minimální aktivní plochou 29,6 x 29,6 cm.

Pro snazší přístup, zejména při ortopedických výkonech, potřebujeme skutečně max. plochu detektoru 25x25 cm +/- 10%, jak bylo uvedeno v zadání.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v Příloze č. 2 Výzvy Zadávací dokumentace – Technické specifikace C-RAMENO požaduje:

Rentgenka a kolimátor:

- iris clona a obdélníkové clony s možností rotace

Rádi bychom upozornili na požadavek na irisovou clonu. Zadavatel požaduje moderní C-rameno se čtvercovým plochým detektorem, zároveň však specifikuje irisovou clonu, která podle našeho odborného názoru v tomto případě postrádá klinický význam. Irisová clona byla využívána primárně v době RTG zesilovačů obrazu a její přínos pro současné technologie plochých detektorů je irelevantní.

Žádáme proto o vyjasnění, zda bude zadavatel akceptovat C-rameno s moderními čtvercovými clonami s možností rotace, které lépe odpovídají současné klinické praxi.

Odpověď zadavatele:

K dotazu č. 2 samozřejmě také budeme akceptovat C- rameno s moderními čtvercovými clonami s možností rotace. Souhlasíme s připomínkou k požadované iris cloně.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Jan Miksan

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele