

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

C-RAMENO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/192/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	1013/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000590
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11627.html				
ODKAZ VVZ:	...				
ODKAZ TED:	...				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Romana Haladová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Miksan				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	Ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 3. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Vznášíme na zadavatele dotaz, zda bude akceptovat i detektory s menší plochou a v rozměrech, které se standardně dodávají, tedy typicky s rozměry 6" x 6" (15,24 cm) nebo 9" x 9" (22,86 cm).

Odpověď zadavatele:

Menší rozměry 6" x 6" (15,24 cm), 9" x 9" (22,86 cm) **nejsme schopni akceptovat**, jelikož jeden takový již v nemocnici máme.

Další požadavky k C-Ramenu jsou, aby nabízený typ přístroje měl již **dlouhodobou instalaci v ČR**, tj. více let na více místech. A dále, aby **součástí nabízeného typu přístroje byl propojovací kabel** (mezi C-Ramenem a monitorovací stanicí), který **preferujeme před bezdrátovým řešením**, z důvodu kvality připojení (její rychlosti a spolehlivosti).

Zároveň zadavatel upravuje předchozí odpověď na žádost o vysvětlení ZD č. 1, z důvodu předejití diskriminace dodavatelů, kdy souhlasíme i s akceptací C-Ramena s detektorem o rozměrech s min. aktivní plochou 29,6 x 29,6 cm.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Jan Miksan

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele