

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO KN					
Část 2 – Speciální imunologie III					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/156/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	1050/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000643
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11680.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Romana Haladová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová, Mgr. Richard Volín				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	-				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 3. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel tímto odpovídá. Zadavatel vynechal v dotazu části, které by mohly individualizovat tazatele.

Dotaz k Části 2 – Speciální imunologie III: „Naše společnost (...) se stále pyšní vlastním výzkumem a vývojem v oblasti laboratorní diagnostiky. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti ELISA diagnostiky, a to nejen v rámci testů, ale také s přístrojovým vybavením. Konkrétně pro tuto VZ bychom mohli nabídnout automatický ELISA analyzátor (...) a ELISA soupravy v tradičním 96-jamkovém formátu a/nebo ve formátu (MONO TEST).

Velice rádi bychom se zapojili do výběrového řízení a nabídli uvedené řešení. Bohužel, aktuální parametry veřejné zakázky jsou do značné míry selektivní a naší účast neumožňují. Proto bychom Vás rádi požádali o jejich přehodnocení.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel soutěží CLIA technologii pro infekční sérologii, jelikož je to v současné době jedna z nejcitlivějších technik stanovení. Rádi bychom měli CLIA analyzátor i z důvodu toho, že se v naší nemocnici nachází kostní ambulance, imunologicko-alergologická ambulance a imunologická laboratoř a byli tak připraveni pro případnou spolupráci s těmito odděleními.

Soutěží se analyzátor, jež bude plně automatický a bude splňovat minimální riziko kontaminací, ať už jsou to jednorázové zkumavky, kyvety, ve kterých reakce probíhá, tak pipetory, které jsou zvláště pro reagenty a zvláště pro vzorky. Pokud toto není dodrženo, je nutné doložit dokumenty, které potvrzují, že riziko možných kontaminací je srovnatelné s používáním jednorázových materiálů.

Je nutné, aby byl systém plně automatizován vzhledem k častému nedostatečnému počtu personálu.

Výsledky klinická pracoviště dostávají průběžně během celého dne, a proto je zásadní, aby bylo možné vzorky vkládat do testovacího systému průběžně po vzorku během celého dne tak, aby současně mohlo probíhat měření dalších minimálně 9 metod.

Zásadní je také parametr minimálního počtu instalací v ČR, a to v minimálním počtu tři instalace (požadavek v čl. 3. ZD a v technické kvalifikaci v Příloze č. 6 ZD – seznam významných referenčních zakázek pro Část 2 VZ).

Všichni dodavatelé, kdo splňují tato kritéria, se mohou účastnit zadávacího řízení veřejné zakázky a podat nabídku. Pokud budou splněny všechny technické požadavky (zejména stanovené v Příloze č. 2 ZD), lze do soutěže začlenit a akceptovat i ELISA technologii.

Upozornění:

Zadavatel v Části 2 - Speciální imunologie III **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku **do 21. 4. 2025 do 10:00 hodin**. V ostatních částech veřejné zakázky se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni dne 19. 3. 2025

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace