

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2					
NÁZEV ZAKÁZKY					
REPORTOVANÉ TESTY A VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ PRO KN Část 1 Analyzátor na automatické zpracování a vyhodnocení imunoblotů včetně dodávky diagnostických souprav Část 2 – Speciální imunologie III					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/156/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	1084/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000643
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11680.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/f1d4d97a-bf65-49da-b6ea-134d7bc804ec				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/154697-2025				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Romana Haladová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová, Mgr. Richard Volín				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	-				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 18. 3. 2025 a 19. 3. 2025 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz k Části 1 – Analyzátor na automatické zpracování a vyhodnocení imunoblotů včetně dodávky diagnostických souprav (18. 3. 2025):

„Dotaz č. 1: Prosíme o upřesnění v počtu vyšetření u Chlamydia trachomatis IgA, IgG a taktéž u Chlamydia psittaci IgA, IgG. Tyto typy vyšetření bývají mnohem méně žádané, než je tomu u pneumoniae. Chceme se tedy ujistit, zda předpoklad počtů vyšetření, viz tabulka níže, je správný.

Chlamydia pneumoniae IgA	240
Chlamydia pneumoniae IgG	240
Chlamydia trachomatis IgA	240

Chlamydia trachomatis IgG	240
Chlamydia psittaci IgA	200
Chlamydia psittaci IgG	200

“

Dotaz k Části 1 – Analyzátor na automatické zpracování a vyhodnocení imunoblotů včetně dodávky diagnostických souprav (18. 3. 2025):

„Dotaz č. 2: Naše soupravy mají na jednom proužku všechny typy antigenů pro stanovení Chlamydia pneumoniae, trachomatis i psittaci. Dle Vašeho požadavku v ZD máme nacenit všechny typy Chlamydií samostatně. Prosíme o upřesnění, jakým způsobem bude probíhat vyúčtování CPRR ceny. Budete nám posílat pro následné vyúčtování počet provedených testů nebo počty všech vyšetření dle požadavků od lékařů zvlášť pro pneumoniae, trachomatis a psittaci?“

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1 a Dotaz č. 2: Na základě dotazu došlo k aktualizaci předpokládaných počtů vyšetření. Původní tabulka v zadávacích podmínkách odpovídá cca roku 2022. Vzhledem ke změně postupu testování po skončení zadávacího řízení dojde s vysokou pravděpodobností i ke změně počtu testovaných vzorků, které budou muset projít přes metodu imunoblott. Zadavatel proto aktualizuje čísla v tabulce (Příloha č. 3 ZD). Pokud dodavatel bude mít všechny typy vyšetření (Chlamydia spp.- Ch. pneumoniae, trachomatis a psittaci) na jednom proužku, bude účtováno stanovení tak, jako bychom dělali všechna tři vyšetření.

Nové aktuální znění části tabulky s vyšetřeními (Příloha č. 3 ZD – pro Část 1 VZ):

Chlamydia pneumoniae IgA	300
Chlamydia pneumoniae IgG	300
Chlamydia trachomatis IgA	100
Chlamydia trachomatis IgG	100
Chlamydia psittaci IgA	50
Chlamydia psittaci IgG	50

Z důvodu přehlednosti vydává zadavatel aktuální znění tabulky v **Příloze č. 3 ZD – Spektrum reportovaných testů** pro Část 1 a Část 2 VZ.

Dotaz k Části 2 – Speciální imunologie III (18. 3. 2025):

„Dotaz č. 1: Prosíme o upřesnění v počtu vyšetření u Chlamydia trachomatis IgA, IgG, IgM. Tyto typy vyšetření bývají mnohem méně žádané, než je tomu u pneumoniae. Chceme se tedy ujistit, zda předpoklad počtů vyšetření, viz tabulka níže, je správný.“

Chlamydia pneumoniae IgA	720
Chlamydia pneumoniae IgM	720
Chlamydia pneumoniae IgG	720
Chlamydia trachomatis IgA	720
Chlamydia trachomatis IgM	720
Chlamydia trachomatis IgG	720

“

Dotaz k Části 2 – Speciální imunologie III (18. 3. 2025):

„Dotaz č. 2: Potřebovali bychom objasnit, jestli celková nabídková cena za celou dobu plnění (tj. 5 let), má zahrnout i kvalitativní ukazatele (tj. CMV IgG, IgM a CMV avidita). Nebo kvalitativní ukazatele máme nacenit zvlášť a v krycím listě tak má být součet všech parametrů z přílohy č.3 ZD kromě kvalitativních?“

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1 a Dotaz č. 2: Dodavatel má pravdu v tom, že tato vyšetření jsou opravdu méně žádaná. Po zkontrolování prováděných vyšetření v roce 2024 předkládá zadavatel aktuální čísla. Zadavatel proto aktualizuje čísla v tabulce (Příloha č. 3 ZD).

Co se týče kvalitativních požadavků, ohledně CMV IgM, IgG a CMV avidita, budou zahrnuty do celkové nabídky ceny za celou dobu plnění (tj. 5 let) a budou naceněny zvlášť v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Nové aktuální znění části tabulky s vyšetřeními (Příloha č. 3 ZD – pro Část 2 VZ):

Chlamydia pneumoniae IgA	720
Chlamydia pneumoniae IgM	720
Chlamydia pneumoniae IgG	720
Chlamydia trachomatis IgA	300
Chlamydia trachomatis IgM	300
Chlamydia trachomatis IgG	300

Z důvodu přehlednosti vydává zadavatel aktuální znění tabulky v Příloze č. 3 ZD – Spektrum reportovaných testů pro Část 1 a Část 2 VZ.

Dotaz k Části 2 – Speciální imunologie III (19. 3. 2025):

„Dotaz č. 3: Potencionální uchazeč o část 2 VZ by mohl nabídnout zápůjčku analyzátoru pokrývající kompletní spektrum požadovaných metod včetně nadstandardních testovacích metod, ale s výjimkou jedné základní požadované metody “Mycoplasma pneumoniae IgA”. Přitom počet prováděných vyšetření touto metodou je nižší než celkový počet vyšetření nadstandardních testovacích metod. Zvážil by zadavatel přesunutí metody “Mycoplasma pneumoniae IgA” ze základních metod do nadstandardních testovacích metod, aby tak rozšířil možný počet uchazečů o VZ, a tím podpořil hospodářskou soutěž?“

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 3: V současné době zadavatel již provádí stanovení IgA, IgM i IgG protilátek u M. pneumoniae metodou imunoblott. Kvantitativní stanovení tedy zadavatel požaduje ve stejných parametrech. Protilátky třídy IgA mají význam při reinfekcích a při infekcích, kdy nedochází k tvorbě IgM protilátek. Sérologická diagnostika těchto infekcí není vždy jednoduchá, a proto je vhodné mít k dispozici všechny tři třídy protilátek, abychom mohli výsledek, co možná nejvěrohodněji, interpretovat. Zadavatel trvá na zadání.

Upozornění:

Zadavatel **prodlužuje** v **Části 1 - Analyzátor na automatické zpracování a vyhodnocení imunoblotů včetně dodávky diagnostických souprav** lhůtu pro podání nabídek **do 14. 4. 2025 do 10:00 hodin**. V ostatních částech veřejné zakázky se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni dne 21. 3. 2025

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace