

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

NÁZEV ZAKÁZKY

C-RAMENO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/192/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	1186/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000590
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11627.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/abd6e890-7836-4ce1-aeb1-08d9de82ea8a				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/191064-2025				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Romana Haladová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Miksan				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	Ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 27. 3. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V dané věci jsme v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 obdrželi na náš dotaz ze dne 11. 3. 2025 odpověď: „K dotazu č. 1 upřesňujeme, že nebude akceptováno i C – rameno s detektorem o rozměrech s minimální aktivní plochou 29,6 x 29,6 cm.“

Následně jsme v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 obdrželi na náš dotaz ze dne 14. 3. 2025 odpověď: „Zároveň zadavatel upravuje předchozí odpověď na žádost o vysvětlení ZD č. 1, z důvodu předejití diskriminace dodavatelů, kdy souhlasíme i s akceptací C-ramena s detektorem o rozměrech s min. aktivní plochou 29,6 x 29,6 cm.“

Nyní se zadavatel k této otázce v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 na žádost jiného tazatele vyjádřil tak, že: „Za protichůdné informace ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 13. 3. 2025 a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 19. 3. 2025 se omlouváme a uvádíme, že platí informace uvedené ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Původní požadavek na rozměr aktivní plochy detektoru 25 cm x 25 cm s tolerancí +/- 10 % je platný.“

Zadavatel v rámci své odpovědi uvedl, že Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 bylo vytvořeno na základě mylné interpretace tolerance rozměru aktivní plochy detektoru. Spíše však zdá, že se zadavatel nechal zmást zavádějícím dotazem tazatele, který zcela ignoroval rozdíl mezi rozměrem detektoru a rozměrem aktivní plochy detektoru.

Je třeba si uvědomit, že rozměr detektoru je vždy větší než rozměr aktivní plochy detektoru, neboť při okrajích detektoru je vždycky určitý pruh široký v řádu několika jednotek až desítek milimetrů, který není aktivní plochou detektoru. V rámci našeho dotazu ze dne 11. 3. 2025 (na který navazovalo VZD č. 1) jsme zmiňovali detektor s aktivní plochou 29,6 cm x 29,6 cm, přičemž rozměry tohoto detektoru jsou 12" x 12", což odpovídá rozměru 30,48 cm x 30,48 cm. Z toho je patrné, že na každé straně detektoru je okraj jistě široký, který není aktivní plochou detektoru. Totéž samozřejmě platí i pro detektory o rozměrech 6" x 6" nebo 9" x 9".

Pokud tedy nyní jiný tazatel uvedl, že detektor o rozměrech 9" x 9" spadá do tolerance uvedené zadavatelem, není tomu tak. Jedná se totiž o rozměr detektoru jako takového, jehož aktivní plocha je však menší a stanovené toleranci neodpovídá.

Znovu bychom rádi zdůraznili, že podle našich informací splňuje požadovaný rozměr aktivní plochy detektoru 25 x 25 cm pouze jeden typ detektoru, a to ten, který je součástí přístroje PHILIPS ZENITION 70. Tento detektor má rozměry aktivní plochy 26 x 26 cm a patří mezi starší modely.

Pokud by zadávací řízení takto cílilo pouze na jednoho možného dodavatele, aniž by byl požadavek na takto specifický a neobvyklý parametr náležitě odůvodněn, mohlo by se dle našeho názoru jednat o postup odporující ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ, který stanoví, že zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Vzhledem k výše uvedenému a s vědomím toho, že menší detektory zadavatel nechce, tedy znovu vznášíme tento dotaz:

Bude zadavatel akceptovat běžně dodávané detektory o rozměrech 12" x 12" s aktivní plochou 29,6 cm x 29,6 cm?

Odpověď zadavatele:

Pro specifikaci velikosti detektoru zvolil zadavatel velikost aktivní plochy, protože **tento parametr je běžně udáván každým výrobcem a je proto při posouzení nabídky jednoznačně ověřitelný.**

Rozměry krytu detektoru se logicky předpokládají větší o několik milimetrů, ale ty zadavatel z výše uvedeného důvodu nespecifikuje.

Zadavatel nesouhlasí s tvrzením tazatele, že v případě požadavku aktivní plochy detektoru 25 cm x 25 cm +/- 10 % se jedná o specifický a neobvyklý parametr, protože C-rameno se středním formátem detektoru zadavatel používá a pro dané ortopedické aplikace se tento formát detektoru zadavateli osvědčil.

Detektor s aktivní plochou 29,6 x 29,6 cm již **překračuje zadavatelem stanovenou toleranci** a je pro dané klinické použití **již příliš velký**. Takto velká aktivní plocha by u předpokládaných projekcí (resp. FOV) zbytečně navyšovala dávku ozáření pacienta, **což je nežádoucí.**

Zadavatel míní, že není účelné vstupovat do diskuze o možné velikosti rámečku, protože to skoro žádný výrobce neuvádí, **ale je jisté, že existuje řada výrobců detektorů**, kteří dodávají rozměr aktivní plochy cca 10" x 10" (25,4 cm x 25,4 cm).

Mezi výrobce detektorů s aktivní plochou cca 10" x 10" patří například:

- Castellini
- DEXIS
- MyRay
- NewTom
- Prexion
- Ray

Domníváme se, že na tento dotaz již bylo několikrát odpovězeno.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Jan Miksan

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele