

VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝZVA č. 1

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM - RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Kategorie č. 1 - Vyšetřovací rukavice

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/52/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	1486/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO DNS:	P25V00000195
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11908.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, PSČ 339 01	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva Ing. Michal Filař – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jiří Zedník				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Adéla Kratochvílová, odborná referentka				
E-MAIL:	adela.kratochvilova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	VZ v rámci DNS

Zadavatel poskytuje v souladu s bodem 8.1 Výzvy k podání nabídek, vysvětlení k výše uvedené výzvě v rámci dynamického nákupního systému.

Dne 7. 4. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení Výzvy k podání nabídky od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

zadavatel požaduje, aby poptávané vyšetřovací rukavice plnily Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích.

Vzhledem k tomu, že zadavatel neuvádí, jakou kategorii rizika mají vyšetřovací rukavice coby osobní ochranný prostředek plnit, tak se chceme ujistit, že zadavatel z důvodu řádné ochrany vlastního zdravotnického personálu má na mysli kategorii III – vysoké riziko. Je to tak?

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předpokládá, že dodavatel jako odborník v oblasti distribuce zdravotnických prostředků, zejména operačních rukavic nabídne zadavateli zboží odpovídající kvality. Zadavatel své požadavky na předmět plnění této veřejné zakázky uvádí v Příloze č. 1 - Technické specifikaci, kde je dodavatel povinen doplnit cenu a požadované informace, včetně rizikové třídy nabízeného zboží. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodávky vyšetřovacích rukavic do zdravotnických zařízení zadavatele, považuje se za samozřejmé, z důvodu řádné ochrany vlastního zdravotnického personálu, že zadavatel požaduje zdravotnické prostředky odpovídající třídy (kategorie). Zadavatel vyžaduje i soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR), a to nejen s nařízením o osobních ochranných prostředcích (OOP).

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Adéla Kratochvílová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace