

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

NÁZEV ZAKÁZKY

RTG PŘÍSTROJ SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÉHO KOMPLETU

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/15/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	1819/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000020
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11730.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/a48bc6da-391b-44ed-b693-7321fd2b5b05				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/141286-2025				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Haladová Romana				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Petra Matějková				
E-MAIL:	petra.matejkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel se rozhodl upravit část technické specifikace v Příloze č. 2a Zadávací dokumentace a umožnit alternativní řešení, a to následujícím způsobem:

Rentgenka na stropním teleskopickém závěsu:

- (desátá odrážka): **tepelná kapacita anody ≥ 800 kWh**

Zadavatel považuje výše uvedený požadavek (poptávané technické řešení) za obecně uživatelsky a provozně výhodnější, nicméně se rozhodl připustit také alternativní splnění, pokud tepelná kapacita anody vyhovuje ostatním požadavkům technické specifikace a provozním potřebám zadavatele.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **3. 6. 2025 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Bc. Petra Matějková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele