

ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Dodávky periferních žilních kanyl pro ZZS PK 2025	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 1/2025 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek periferních žilních kanyl včetně jejich přímého závozu na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK. Dodávky budou uskutečňovány formou dílčích objednávek.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové dohody (dále také „RD“) na dobu určitou, a sice 2 roky.

Předpokládané objemy za **2 roky** jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy.

1.1 Termín a místo plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek uvedených v RD po dobu 2 let.

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

1.2 Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota za 2 roky činí **1 613 105,- Kč bez DPH**

2 SEZNAM OSLOVENÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel	IČO	Osloven
Promedica Praha Group, a.s.	25099019	EZAK + email
MEDISTYL-PHARMA a.s.	61855782	EZAK + email
B. Braun Medical s.r.o.	48586285	EZAK + email

3 SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

č.	Název	IČO	Doručeno
E1	DEVĚTSIL JST s.r.o.	25216791	21.05.2025 08:09:03
E2	Perfect Distribution a.s.	47675934	21.05.2025 10:28:08
E3	B. Braun Medical s.r.o.	48586285	21.05.2025 12:31:22
E4	Distrimed s.r.o.	27370046	21.05.2025 16:47:08

4 VYŘAZENÉ NABÍDKY, VYLOUČENÍ DODAVATELÉ

Č.	Název	IČO	Doručeno
E4	Distrimed s.r.o.	27370046	21.05.2025 16:47:08

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele dne 27. 5. 2025, č.j. ZZSPK/4129/25. Text rozhodnutí je uveden níže.

4.1 Vyloučení dodavatele E4

V rámci výše uvedené veřejné zakázky **rozhodují o vyloučení** následujícího dodavatele

Název:	Distrimed s.r.o.
IČO:	27370046

Odůvodnění rozhodnutí:

Hodnotitelé pověřeni posouzením a hodnocením nabídek shledali v nabídce tohoto dodavatele následující:

- Nabízená kanyla G14 má rozměry **2,1 x 45** mm a průtok **305** ml/min., přičemž požadované parametry byly stanoveny takto: rozměry **2,2 x 50** mm, průtok min. **343** ml/min.
- Nabízená kanyla G18 má rozměry 1,3 x **45** mm a průtok **95** ml/min., přičemž požadované parametry byly stanoveny takto: rozměry 1,3 x **33** mm, průtok min. **103** ml/min.
- Nabízená kanyla G20 má rozměry 1,1 x **32** mm, přičemž požadované parametry byly stanoveny takto: rozměry 1,1 x **33** mm.

Hodnotitelé dospěli k závěru, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Z výše uvedených důvodů hodnotitelé vyřadili nabídku z hodnocení a doporučili zadavateli vyloučit dodavatele z účasti v řízení.

Zadavatel se s těmito závěry ztotožnil a rozhodl o vyloučení dodavatele.

Poučení:

Podání námitek ve veřejné zakázce malého rozsahu není přípustné.

5 ZPŮSOB HODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)		Váha
A	<i>Celková nabídková cena</i>	60%
B	<i>Užitné a funkční vlastnosti</i>	40%

5.1 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno osobami k tomu určenými zadavatelem.

5.1.1 Celková nabídková cena (A)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za stanovené období.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$A = \frac{\text{nejvýhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \times 60\%$$

5.1.2 Užité a funkční vlastnosti (B)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – **Ostrost jehly** - hodnocení průniku jehly kůží a žilní stěnou,

b2 – **Bezpečnostní klip** - hodnocení spolehlivosti aktivace bezpečnostního klipu.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Znamky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	Průnik jehly kůží a žilní stěnou snadný, rychlý a téměř bezbolestný, velmi kvalitní ostří, úspěšnost průniku do žíly na první pokus, velmi dobrá odolnost kanyly vůči deformaci, zalamování
	2	Průnik jehly kůží a žilní stěnou obtížnější, úspěšnost průniku do žíly na první pokus, velmi dobrá odolnost kanyly vůči deformaci, zalamování
	3	Průnik jehly kůží a žilní stěnou obtížný, úspěšnost průniku do žíly na první pokus, nevyhovující odolnost kanyly vůči deformaci, zalomení
	4	Horší výsledky než u stupně 3
b2	1	Spolehlivý pasivní bezpečnostní mechanismus zajišťující automatickou aktivaci bezpečnostního klipu bezprostředně při vyjímání zaváděcí jehly.
	2	Méně spolehlivý pasivní bezpečnostní mechanismus zajišťující automatickou aktivaci bezpečnostního klipu bezprostředně při vyjímání zaváděcí jehly.
	3	Nevyhovující pasivní bezpečnostní mechanismus zajišťující automatickou aktivaci bezpečnostního klipu bezprostředně při vyjímání zaváděcí jehly.
	4	Horší výsledky než u stupně 3

Součtem průměrných známek uvedených subkritérií b1 a b2 bude souhrnná průměrná známka konkrétního dodavatele v tomto DHK („B_h“) podle následujícího vzorce.

$$B_h = b1 + b2$$

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr souhrnné průměrné známky konkrétního dodavatele k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejlepší souhrnná průměrná známka v rámci této VZ. Nejlepší souhrnná průměrná známka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce.

$$B = \frac{B_{nej}}{B_h} \times 100 \times 40\%$$

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

B_{nej} ... nejlepší souhrnná průměrná známka v rámci DHK „B“

B_h ... hodnocená souhrnná průměrná známka v rámci DHK „B“

5.2 Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

$$H = A + B$$

5.3 Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- 1) velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),
- 2) celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),
- 3) lepší průměrná známka subkritéria b1 (lepší (nižší) známka bude upřednostněna).

6 VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK

6.1 Celková nabídková cena

Uvedeno níže v tabulce celkového hodnocení.

6.2 Užitné a funkční vlastnosti

Parametr		nabídka		
		E1	E2	E3
b1	Ø známka	1	1	1
b2	Ø známka	1	1	1
souhrnná Ø známka		2	2	2

6.3 Celkové hodnocení

č.	Hodnotící kritérium				Vážené hodnocení	Pořadí
	A		B			
	Hodnota	Body	Hodnota	Body		
E1	1 688 399,00	100,00	2,00	100,00	100,00	1
E2	1 749 485,00	96,51	2,00	100,00	97,91	3
E3	1 726 379,50	97,80	2,00	100,00	98,68	2

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)

A Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

B Užitné a funkční vlastnosti

Váha

60%

40%

7 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele dne 27. 5. 2025, č.j. ZZSPK/4130/25. Text rozhodnutí je uveden níže.

7.1 Výběr dodavatele

V rámci výše uvedené veřejné zakázky **rozhodují o výběru** následujícího dodavatele

Název:	DEVĚTSIL JST s.r.o.
IČO:	25216791

Celková nabídková cena		1 688 399,-	Kč bez DPH
Užitné a funkční vlastnosti	Ostrost jehly	1	(Ø známka)
	Bezpečnostní klip	1	(Ø známka)

Seznam hodnocených nabídek:

Č.	Název	IČO	Doručeno
E1	DEVĚTSIL JST s.r.o.	25216791	21.05.2025 08:09:03
E2	Perfect Distribution a.s.	47675934	21.05.2025 10:28:08
E3	B. Braun Medical s.r.o.	48586285	21.05.2025 12:31:22

Výsledek hodnocení nabídek:

č.	Hodnotící kritérium				Vážené hodnocení	Pořadí
	A		B			
	Hodnota	Body	Hodnota	Body		
E1	1 688 399,00	100,00	2,00	100,00	100,00	1
E2	1 749 485,00	96,51	2,00	100,00	97,91	3
E3	1 726 379,50	97,80	2,00	100,00	98,68	2

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)

Váha

A Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

60%

B Užitné a funkční vlastnosti

40%

Odůvodnění rozhodnutí:

Uvedený dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele a jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Hodnotitelé doporučili zadavateli, aby nabídku dodavatele vybral jako nejvhodnější a zadavatel se s tímto doporučením ztotožnil.

Poučení:

Podání námitek ve veřejné zakázce malého rozsahu není přípustné.

8 UZAVŘENÍ SMLOUVY**8.1 Cena sjednaná ve smlouvě**

Ve smlouvě byly sjednány jednotkové ceny (viz tabulka níže). Maximální možný finanční objem, který objednatel může za dobu účinnosti této smlouvy vyčerpat, činí **1.999.999,- Kč bez DPH**.

Rozměr v G	barva	Ceny v Kč za ks			
		bez DPH	sazba DPH	částka DPH	včetně DPH
14	oranžová	21,18	12%	2,54	23,72
18	zelená	17,65	12%	2,12	19,77
20	růžová	17,65	12%	2,12	19,77
22	modrá	17,65	12%	2,12	19,77
24	žlutá	17,65	12%	2,12	19,77

8.2 Datum uzavření smlouvy

Smlouva byla uzavřena dne 5.6.2025.

8.3 Datum uveřejnění smlouvy v registru smluv

Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 5.6.2025 pod následujícím odkazem:
<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33557748>.

9 DALŠÍ INFORMACE

9.1 Monitoring trhu

Tento institut nebyl využit.

9.2 Výběr nabídky umístěné další v pořadí

Tento institut nebyl využit.

9.3 Zveřejnění záznamu

Záznam o poptávkovém řízení je uveřejněn na profilu zadavatele v elektronickém nástroji EZAK v detailu VZ na výše uvedené URL adrese v části „Veřejné dokumenty“.

V Plzni

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského
kraje, příspěvková organizace