

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 A 2.

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝPŮJČKA ANALYZÁTORŮ ACIDOBÁZICKÁ ROVNOVÁHA_ABR + DODÁVKA REAGENCIÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/125/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	3532/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000306
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12019.html				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Romana Haladová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Matyáš Kubík				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 3. 9. 2025 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 2 Technické specifikace mj. zadavatel uvádí nepodkročitelný technický parametr: Maximální velikost reagenční kazety (cartrige) 150 testů na 1 kazetu.

Počet vyšetření (velikost) nabízených reagenčních kazet nemá vliv na kvalitu výsledku, přesnost analýzy vyšetření pro pacienta nebo jiné technické či analytické specifikace.

Naopak správně zvolený počet vyšetření reagenční kazety má významný vliv na cenu jednoho vyšetření. Vzhledem k tomu, že finanční výhodnost je hlavním kritériem zadavatele, bude zadavatel akceptovat libovolnou velikost senzorové kazety stejného druhu pro všechny vysoutěžené přístroje za předpokladu zachování všech ostatních požadavků uvedených v Příloze č. 2 a s ohledem na nejnižší možnou nabídkovou cenu?

Odpověď zadavatele:

Velikost reagenční kazety (cartrige) je limitována max. 150 testy proto, že přístroje budou rozdělené na oddělení, kde jsou různé počty a složení pacientů.

Kazety s vyšším počtem testů, by se za jejich expiraci na palubě (cca 28 dnů), nespotřebovaly.

Pokud dodavatel nabídne jinou velikost reagenčních kazet, např. 200 nebo 300 testů a nebude spotřebovaná, budou se reportovat jen počty, které jsou vykazovány na pojišťovnu a zbytek testů bude zlikvidován.

Cena za 1 reportovaný test by měla být stejná, i když dodavatel nabídne velikost reagenční kazety 100, 150, 200 nebo 300 testů.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci uvádí:

1) „Minimální spektrum metod: parametry acidobazické rovnováhy (pH, pO₂, pCO₂ - korigované na teplotu pacienta), hemoglobin a jeho deriváty (integrováný oxymetr pro stanovení saturace a derivátů hemoglobinu - sO₂, ctHb, FO₂Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil) elektrolyty (K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Cl⁻) metabolity (glukóza, laktát)“

Dotaz: Je pro zadavatele parametr FHbF nepodkročitelné minimum nebo bude akceptovat spektrum metod bez tohoto parametru?

Odpověď zadavatele:

Metoda Frakce fetálního hemoglobinu **FHbF** patří mezi deriváty hemoglobinu, tudíž byl zařazen do minimálních požadavků metod. Mohl by být důležitý pro porodnici, ale v současné době není plně využíván.

Zadavatel proto dospěl k závěru, že bude akceptovat spektrum metod **bez tohoto parametru.**

Na základě výše uvedeného se mění znění Přílohy č. 2 – Technická specifikace, která je dostupná v detailu VZ na E-ZAK v sekci „Zadávací dokumentace“.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 6. 10. 2025 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Mgr. Matyáš Kubík

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele