

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:

## **RTG přístroj skiaskopicko-skiagrafického kompletu – II. vyhlášení**

Zadavatel: **Klatovská nemocnice, a.s.**, Plzeňská 929, 339 01 Klatovy, IČO: 26360527

Administrátor: Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO: 72046635, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Veřejná zakázka: nadlimitní, dodávky, související stavební práce, otevřené řízení

Celková předpokládaná hodnota: 11 300 000,- Kč bez DPH; financováno ze zdrojů zadavatele

**Detail VZ v E-ZAK:** [https://ezak.cnpk.cz/contract\\_display\\_12145.html](https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12145.html) (zde se podávají elektronické nabídky)

**LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 30. 10. 2025 do 10:00 hodin**

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Richard Volín, administrátor, CNPK, e-mail: [richard.volin@cnpk.cz](mailto:richard.volin@cnpk.cz)

### 1. PŘEDMĚT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks RTG přístroje skiagraficko-skiaskopického kompletu. Součástí je doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístroje, zaškolení obsluhy a garance poskytnutí záručního servisu. Součástí dodávky budou také stavební úpravy související s umístěním přístroje. Další informace o plnění jsou v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace, v Příloze č. 3 ZD – Soupis prací s výkazem výměr, Příloze č. 4 ZD – Návrh kupní smlouvy a v Příloze č. 5 ZD – Návrh smlouvy o dílo.

Doba realizace stavebních úprav je do 90 dnů od předání staveniště. Přístroj bude dodán do 180 dnů od účinnosti kupní smlouvy.

CPV kódy: 33111000-1 Rentgenové přístroje; 33111800-9 Diagnostický rentgenový systém; 33111200-3 Rentgenové pracovní stanice; 33111400-5 Rentgenové skiaskopické přístroje; 33111100-2 Rentgenový stůl; 51411000-6 Instalace a montáž zobrazovacích zařízení; 79961340-3 Rentgenování; 45000000-7 Stavební práce; 45300000-0 Stavební montážní práce

### 2. KVALIFIKACE

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace prohlášením dle Nabídkového listu v Příloze č. 1 ZD.

### 3. ZPRACOVÁNÍ CENY

Dodavatel zpracuje **nabídkovou cenu** vyplněním bodu 2 Přílohy č. 1 ZD – **Nabídkového listu**. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Dodavatel vyplní cenu za dodávku, za provedení stavebních prací a celkovou cenu. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena za přístroj nesmí překročit částku 10 000 000,- Kč bez DPH, nabídková cena za stavební práce nepřekročí částku 1 300 000,- Kč bez DPH.

### 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE, SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Dodavatel stručně vyplní nabízené plnění v souladu s **Technickou specifikací** v Příloze č. 2 ZD, doplní k tomu výrobní listy, certifikáty nebo prohlášení o shodě. Dále bude oceněn **Soupis prací s výkazem výměr**, který tvoří Přílohu č. 3 ZD.

### 5. HODNOTICÍ KRITÉRIA

Hodnoticím kritériem je **ekonomická výhodnost nabídky**, která zahrnuje dílčí kritéria:

- Nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH (váha 60 %),
- Vybrané technické parametry (váha 40 %).

Vyhodnocení: Kritérium a) – Nejnižší cena (zahrnující cenu za přístroj a stavební práce) v Kč bez DPH bude vydělena hodnocenou cenou a výsledek vynásoben váhou 60, vznikne počet bodů v kritériu a). Kritérium b) – Zadavatel vyhodnotí technické parametry tak, že sečte všechny bodové hodnoty uvedené v příloze Technická specifikace (maximální možný počet získaných bodů je 45).

### **Sklopný stůl s rentgenkou a detektorem**

- Parametr „nejnižší nastavitelná výška stolu“:  $\leq 65$  cm = 0 bodů;  $\leq 55$  cm = 5 bodů;  $\leq 50$  cm = 10 bodů
- Parametr „možnost podélného posunu stolu nebo detektoru“:  $\geq 150$  cm = 0 bodů; „možnost podélného posunu stolu i detektoru“:  $\geq 150$  cm = 10 bodů
- Parametr „zatížitelnost stolu při zvedání a naklápění“: min. 200 – 250 kg = 0 bodů; 251 – 299 kg = 5 bodů;  $\geq 300$  kg = 10 bodů
- Parametr „motorizované nastavení ohniskové vzdálenosti v rozsahu“: min. 115 – 150 cm = 0 bodů;  $\geq 180$  cm = 5 bodů.

### **Rentgenka na stropním teleskopickém závěsu**

- Parametr „tepelná kapacita anody“: min. 300 – 600 kHU = 0 bodů; 601 – 800 kHU = 5 bodů;  $\geq 801$  kHU = 10 bodů.

Počet získaných bodů se vydělí nejvyšším dosaženým počtem bodů, potom se výsledek vynásobí váhou 40, čímž se získá počet bodů za kritérium b).

Výsledný počet bodů zahrnuje součet bodů za kritérium a) a kritérium b). Při rovnosti bodů je rozhodujícím kritériem nejvyšší celková nabídková cena v Kč bez DPH.

## **6. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Obchodní, platební, záruční a sankční podmínky jsou v Příloze č. 3 ZD – **Návrh kupní smlouvy** a v Příloze č. 4 ZD – **Návrh smlouvy o dílo**. V nabídce nemusí být návrhy smluv předloženy. Záruka na přístroj je min. 24 měsíců. Minimální záruční doba na stavební práce je 60 měsíců. Místem plnění je sídlo zadavatele. Návrhy smluv nemusí být v nabídce.

## **7. DALŠÍ POŽADAVKY, VÝHRADY A INFORMACE**

**Vyhrazená změna závazku: Nahrazení dodavatele:** Zadavatel si vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí dle § 100 odst. 2 ZZVZ, a to v případě, že bude ukončena smlouva (smlouvy) odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy (smluv) zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy (smluv), která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu (smlouvy). Tento postup lze využít opakovaně.

**Výhrada námitek:** Zadavatel si v souladu s § 242 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje a stanovuje, že námítka proti zadávacím podmínkám lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek.

**Nerozdělení VZ na části:** Plnění tvoří jeden funkční celek, není vhodné dělit zakázku na části. Vyčlenění stavebních prací do samostatné zakázky není vhodné.

**Odpovědné veřejné zadávání:** Zadavatel zohlednil **zásadu odpovědně veřejného zadávání:** v Příloze č. 1 ZD je požadováno, aby dodavatel zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Dále dodavatel zajistí dodržování pracovněprávních předpisů a mezinárodních úmluv.

**Prohlídka místa plnění:** Zadavatel umožňuje všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění v místě budoucího plnění. Zájemce o prohlídku kontaktuje zástupce zadavatele: Ondřej Bauer, email: [ondrej.bauer@klatovy.nemocnicepk.cz](mailto:ondrej.bauer@klatovy.nemocnicepk.cz), tel.: +420 771 277 818, v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty k podání nabídek a sjedná si individuální prohlídku. Prohlídka místa plnění se bude konat nejpozději 10 pracovních dnů před koncem lhůty k podání nabídek.

**Vysvětlení zadávací dokumentace:** Dodavatel může podat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejmeně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, která končí 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel do 3 pracovních dnů uveřejní odpověď v detailu VZ v E-ZAK v úvodu ZD v položce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“. Vysvětlení bude obsahovat dotaz bez identifikace dodavatele a odpověď. Zadavatel může uveřejnit vysvětlení i bez předchozí žádosti nebo odpovědět na pozdě doručený dotaz. Pokud budou změněny zadávací podmínky, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě podstatné změny, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, bude lhůta prodloužena o celou původní délku. Vysvětlení musí být uveřejněno nejmeně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, ledaže se jedná o pozdě podaný dotaz. Je-li zadavatel v prodlení s odpovědí, prodlouží lhůtu o příslušný počet dnů.

**Pojištění:** Nejpozději před uzavřením smlouvy (smluv) předloží vybraný dodavatel zadavateli certifikát/prohlášení/potvrzení pojistitele (v kopii), ze kterého bude jasně vyplývat splnění požadavků na pojištění. Zadavatel požaduje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti s limitem pojistného plnění ve výši min. 10 000 000 Kč. Nepředložení potvrzení pojistitele bude považováno za

neposkytnutí součinnosti. Požadavky na pojištění jsou v čl. 8.7. Návrhu kupní smlouvy. Odpovědnost za škodu se vztahuje jak ke kupní smlouvě, tak ke smlouvě o dílo.

Zadavatel nepožaduje jistotu a nestanovil zadávací lhůtu. Není stanovena mimořádně nízká nabídková cena.

Zadávací podmínky zpracovali zaměstnanci zadavatele a administrátora.

Další informace jsou uvedeny v Příloze č. 6 ZD – Zadavatelské podmínky.

## 8. STRUKTURA NABÍDKY

Dodavatel předloží nabídku v následujícím členění (dále v bodu 1. Nabídkového listu):

- vyplněný **Nabídkový list** – cena, prohlášení, kvalifikace, poddodavatelé, odpovědné veřejné zadávání, údaje do smlouvy (smluv)
- Technická specifikace – stručný **popis nabízeného přístroje** na základě Přílohy č. 2 ZD, vizualizace
- oceněný **Soupis prací s výkazem výměr** (Příloha č. 3 ZD)
- doklady (výrobní listy, certifikáty, prohlášení o shodě) související s plněním VZ
- případně další doklady nebo informace

Elektronická nabídka se podává prostřednictvím systému E-ZAK v detailu VZ výše.

## 9. PŘÍLOHY:

1. Nabídkový list; 2. Technická specifikace, 3. Soupis prací s výkazem výměr, 4. Návrh kupní smlouvy, 5. Návrh smlouvy o dílo, 6. Zadavatelské podmínky

V Klatovech

**Ing. Zdeněk Švanda**  
předseda představenstva  
Klatovská nemocnice, a.s.  
za zadavatele

**Ing. Ondřej Provalil, MBA**  
člen představenstva  
Klatovská nemocnice, a.s.  
za zadavatele