

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE					
NÁZEV ZAKÁZKY					
Dodávka rentgenového přístroje pro Stodskou nemocnici - RTG skiagrafický systém s přímou digitalizací					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/205/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	3808/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000634
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11671.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/3059863c-be8f-4eda-bd66-4bb612cafb86				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Tomáš Brýna, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Adéla Kratochvílová				
E-MAIL:	adela.kratochvilova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	-				

Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce je vyhotovena na základě § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ).

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka rentgenového přístroje pro Stodskou nemocnici - RTG skiagrafický systém s přímou digitalizací.

2. ÚČASTNÍCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 2 elektronické nabídky.

Nabídka	Dodavatel		Doba doručení	Kritérium a) Nabídková cena	Kritérium b) Délka záruky	Kritérium c) Cena v Kč bez DPH za 1 PBTK v pozáruční době
E1	Název:	EXRAY s.r.o.	16.04.2025 17:35:53	4 970 000,00 Kč	24 měsíců	110 000,00 Kč
	IČO:	01647580				
	Sídlo:	Rynholec 213, 271 01 Rynholec				

E2	Název:	Unigras trend s.r.o.	17.04.2025 09:34:37	4 650 000,00 Kč	36 měsíců	30 000,00 Kč
	IČO:	07315651				
	Sídlo:	Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha				

3. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Zadavatel rozhodl dne 06. 05. 2025 o vyloučení dodavatele **Unigras trend s.r.o.**, IČO: 07315651, se sídlem Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha, na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, protože údaje a doklady předložené v nabídce nesplňují zadávací podmínky.

Nabídka dodavatele nesplňovala technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, a to hned v několika zásadních bodech. Vyšetřovací stůl s motorizovanou elevací a plovoucí deskou neobsahoval vyměnitelný pevný rastr pro SID 110 cm s minimálně 80 L/cm, Vertigraf – stativ pro vertikální snímkování neumožňoval rotaci bucky s detektorem $\pm 45^\circ$ ve vertikální rovině a neobsahoval vyměnitelný pevný rastr pro SID 140 cm s hodnotou 80 L/cm, akviziční stanice pro akvizice nebyla schopna využití stávajícího detektoru S4343-AW z pojezdného RTG přístroje pro snímkování s dodávanou akviziční stanicí a neumožňoval použití dodávaných detektorů pro snímkování se stávajícím pojezdným RTG přístrojem GM85.

Zejména na základě výše uvedeného zadavatel shledal, že nabízené plnění zcela zjevně nesplňuje zadávací podmínky.

4. VYBRANÝ DODAVATEL

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele **EXRAY s.r.o.**, IČO: 01647580, se sídlem Rynholec 213, 271 01 Rynholec, který jako jediný splnil podmínky účasti a jeho nabídka vyhověla požadavkům zadavatele. Hodnocení nebylo provedeno, protože vyloučení ostatních zůstal jeden účastník.

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Zadavatel uzavřel dne 18. 08. 2025 smlouvu s dodavatelem **EXRAY s.r.o.**, IČO: 01647580, se sídlem Rynholec 213, 271 01 Rynholec, ve které byla sjednána cena ve výši **4.970.000,- Kč bez DPH** (6.013.700,- Kč vč. DPH).

6. PODDODAVATELÉ

Dodavatel při plnění veřejné zakázky využije tyto poddodavatele: **NORTH MED spol. s r.o.**, sídlo: Bělocerkevská 1176/12, 100 00 Praha Vršovice, IČO: 25457811. Poddodavatel bude zajišťovat instalaci a servis zdravotnického prostředku. Dodavatel neprokazoval výše uvedeným poddodavatelem žádnou část kvalifikace.

7. OSOBY SE STŘETEM ZÁJMŮ

Nebyly zjištěny osoby se střetem zájmů.

8. NEROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části, protože se jedná o jeden funkční celek a plnění může zajistit jeden dodavatel.