

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝZVA Č. 1 - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM - INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE

KATEGORIE 1 - STŘÍKAČKY INJEKČNÍ DVOUDÍLNÉ A TROJDÍLNÉ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/169/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4451/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000386
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12099.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, PSČ 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva Ing. Michal Filař – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	František Bubrle				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	VZ v rámci DNS
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s bodem 8.1 Vysvětlení zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídek, vysvětlení k výše uvedené výzvě v rámci dynamického nákupního systému.

Dne 4. 11. 2025 byl prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručen dotaz k zadávací dokumentaci potencionálního dodavatele, na který zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V návaznosti na odpověď zadavatele ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k dotazu z 21. 10. 2025, ve které bylo upřesněno, že požadovaná kompatibilita stříkaček se vztahuje na dávkovače Fresenius – Injectomat Agilia SP, Polymed – HP30, B. Braun – Perfusor Compact, Compact S a Perfusor Space, a Codan Meditech – Argus 600 a Argus 606, přičemž kompatibilita spočívá v tom, že stříkačka mechanicky a rozměrově zapadá do dávkovače a je jím správně elektronicky rozpoznána, si dovoluujeme upozornit, že v dokumentu „Příloha č. 1 – Technická specifikace_K1_23.10.25“ zůstalo uvedeno původní označení dávkovačů, které tomuto upřesnění neodpovídá.

Žádáme zadavatele o opravu uvedeného dokumentu tak, aby odpovídal upřesnění poskytnuté v odpovědi „vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“, a předešlo se tak případným nejasnostem při zpracování nabídky.

Zároveň si dovoluujeme požádat o upřesnění, zda zadavatel požaduje doložení požadované kompatibility stříkaček s výše uvedenými dávkovači prohlášením výrobce nebo distributora lineárního dávkovače, případně uvedením této skutečnosti v návodu k použití (IFU). Domníváme se, že takto stanovený způsob doložení by mohl přispět k jednoznačnému prokázání bezpečné a výrobcem ověřené kompatibility stříkaček s lineárními dávkovači.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že přikládá novou upravenou Přílohu č. 1 – Technická specifikace_K1_5.11.2025.

Dále zadavatel uvádí, že k doložení požadované kompatibility požaduje předložení:

- a) výňatku z návodu k použití v technické specifikaci uvedených lineárních dávkovačů **nebo**
- b) prohlášení výrobců uvedených lineárních dávkovačů o kompatibilitě nabízeného zboží s těmito dávkovači.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 11. 2025 do 10.00 hodin.**

V Plzni

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele