

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU					
NÁZEV ZAKÁZKY					
RTG PŘÍSTROJ SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÉHO KOMPLETU – II. VYHLÁŠENÍ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/157/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4589/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000434
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12145.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/6f55ae54-499f-4526-8701-5fa2273db8fd				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/629196-2025				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Haladová Romana				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Richard Volín				
E-MAIL:	richard.volin@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

Zadavatel v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o výběru

dodavatele **MEDIFINE a.s.**, IČO: 27718948, se sídlem Ohradní 1087/63, 140 00 Praha 4, kterému je tímto zadána výše uvedená veřejná zakázka.

Odůvodnění:

Ve lhůtě pro podání nabídek (do 30. 10. 2025 do 10 hodin) byly doručeny 2 elektronické nabídky. Hodnoticí kritérium ekonomické výhodnosti nabídky zahrnovalo dvě dílčí kritéria: a) celková nabídková cena v Kč bez DPH (váha 60 %), b) vybrané technické parametry (váha 40 %). Nejvyšší počet bodů získal při hodnocení dodavatel MEDIFINE a.s., který současně splnil podmínky účasti, jeho nabídka byla úplná a vyhověla požadavkům zadavatele. Na doporučení pověřených osob rozhodl zadavatel o výběru tohoto dodavatele a vybral jej k uzavření smluv.

Výsledné pořadí

Nabídka	Dodavatel	Kritérium a) Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Kritérium b) Vybrané technické parametry	Celkový počet bodů (a+b)	Pořadí
E1	MEDIFINE a.s.	9 044 125,60 Kč bez DPH (8255122,42 : 9044125,60) x 60 = 54,76 b.	Šklonný stůl s rentgenkou a detektorem - Parametr „nejnižší nastavitelná výška stolu“: ≤ 50 cm = 10 bodů - Parametr „možnost podélného posunu stolu nebo detektoru“: ≥ 150 cm = 0 bodů ; „možnost podélného posunu stolu i detektoru“: ≥ 150 cm = 10 bodů - Parametr „zatížitelnost stolu při zvedání a nakládání“: ≥ 300kg = 10 bodů - Parametr „motorizované nastavení ohniskové vzdálenosti v rozsahu“: min. 115 – 150 cm = 0 bodů Rentgenka na stropním teleskopickém závěsu - Parametr „tepelná kapacita anody“: ≥ 801 kHU = 10 bodů (40 : 40) x 40 = 40 b.	54,76 + 40 = 94,76 b.	1.
E2	SNT Plus s.r.o.	8 255 122,42 Kč bez DPH (8255122,42 : 8255122,42) x 60 = 60 b.	Šklonný stůl s rentgenkou a detektorem - Parametr „nejnižší nastavitelná výška stolu“: ≤ 65 cm = 0 bodů - Parametr „možnost podélného posunu stolu nebo detektoru“: ≥ 150 cm = 0 bodů - Parametr „zatížitelnost stolu při zvedání a nakládání“: 251 – 299 kg = 5 bodů - Parametr „motorizované nastavení ohniskové vzdálenosti v rozsahu“: ≥ 180 cm = 5 bodů Rentgenka na stropním teleskopickém závěsu - Parametr „tepelná kapacita anody“: min. 300 – 600 kHU = 0 bodů (10 : 40) x 40 = 10 b.	60 + 10 = 70 b.	2.

Další údaje obsahuje Zpráva o hodnocení nabídek.

Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

V Klatovech

Ing. Zdeněk Švanda
předseda představenstva
Klatovská nemocnice, a.s.

za zadavatele

Ing. Ondřej Provalil, MBA
člen představenstva
Klatovská nemocnice, a.s.

za zadavatele