

ZPRÁVA O HODNOCENÍ					
NÁZEV ZAKÁZKY					
RTG PŘÍSTROJ SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÉHO KOMPLETU – II. VYHLÁŠENÍ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/157/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4586/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000434
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12145.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/6f55ae54-499f-4526-8701-5fa2273db8fd				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/629196-2025				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Haladová Romana				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpřnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Richard Volín				
E-MAIL:	richard.volin@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks RTG přístroje skiagraficko-skiaskopického kompletu. Součástí je doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístroje, zaškolení obsluhy a poskytnutí záručního servisu. Součástí dodávky budou i stavební úpravy související s umístěním přístroje.

2. POVĚŘENÉ OSOBY

K otevírání, formálnímu posouzení a hodnocení nabídek zadavatel pověřil dne 22. 10. 2025 následující osoby:

1. **Mgr. Richard Volín**, administrátor, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
2. **Mgr. Lucie Křenová**, právnička, Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

K odbornému posouzení a hodnocení nabídek zadavatel pověřil dne 22. 10. 2025 následující osoby:

1. **Ondřej Bauer**, vedoucí technického oddělení, Klatovská nemocnice, a.s.
2. **Romana Haladová**, technické oddělení, Klatovská nemocnice, a.s.
3. **MUDr. Monika Strahlová**, primářka RDO, Klatovská nemocnice, a.s.
4. **Romana Vosyková**, vrchní radiologický asistent, Klatovská nemocnice, a.s.

3. SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

Ve lhůtě pro podání nabídek (do 30. 10. 2025 do 10:00 hodin) byly podány 2 elektronické nabídky.

Nabídka	Dodavatel	Sídlo, IČO	Doba doručení (den, čas)	Poznámka
E1	MEDIFINE a.s.	Ohradní 1087/63, 140 00 Praha 4 IČO: 27718948	29.10.2025 10:26:44 hod.	Cena za RTG: 7 745 000,- Kč bez DPH Cena za stavební úpravy: 1 299 125,60 Kč bez DPH Cena celkem: 9 044 125,60 Kč bez DPH Délka pozáručního servisu: 60 měsíců
E2	SNT Plus s.r.o.	Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 IČO: 25701576	29.10.2025 14:10:43 hod.	Cena za RTG: 7 060 000,- Kč bez DPH Cena za stavební úpravy: 1 195 122,42 Kč bez DPH Cena celkem: 8 255 122,42 Kč bez DPH Délka pozáručního servisu: 60 měsíců

4. PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Po skončení lhůty pro podání nabídek byly dne 30. 10. 2025 po 10 hod. otevřeny doručené elektronické nabídky. Jednání proběhlo korespondenční formou, když pověřené osoby komunikovaly prostřednictvím e-mailu. Pověřené osoby provedly posouzení a hodnocení nabídek. Dodavatel SNT Plus s.r.o. požádal dne 30. 10. 2025 o sdělení údajů z nabídek podle § 109 odst. 3 ZZVZ. Administrátor požadované údaje poté odeslal a uveřejnil v systému E-ZAK. Po hodnocení byla provedena detailní kontrola nabídky první v pořadí. Nabídka dodavatele MEDIFINE a.s. odpovídala požadavkům zadavatele. Pověřené osoby doporučily zadavateli rozhodnout o výběru dodavatele MEDIFINE a.s.

5. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍČI

Žádný účastník nebyl vyloučen.

6. POPIS ZPŮSOBU HODNOCENÍ

Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky, která zahrnovala následující dílčí kritéria:

- Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 60 %
- Vybrané technické parametry – váha 40 %

Vyhodnocení:

Kritérium a) – Nejnižší cena (zahrnující cenu za přístroj a stavební práce) v Kč bez DPH byla vydělena hodnocenou cenou a výsledek vynásoben váhou 60, vznikl počet bodů v kritériu a).

Kritérium b) – Zadavatel vyhodnotil technické parametry tak, že sečetl všechny bodové hodnoty uvedené v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace (maximální možný počet získaných bodů je 45).

Sklopný stůl s rentgenkou a detektorem

- Parametr „nejnižší nastavitelná výška stolu“: ≤ 65 cm = 0 bodů; ≤ 55 cm = 5 bodů; ≤ 50 cm = 10 bodů
- Parametr „možnost podélného posunu stolu nebo detektoru“: ≥ 150 cm = 0 bodů; „možnost podélného posunu stolu i detektoru“: ≥ 150 cm = 10 bodů
- Parametr „zatížitelnost stolu při zvedání a naklápění“: min. 200 – 250 kg = 0 bodů; 251 – 299 kg = 5 bodů; ≥ 300 kg = 10 bodů
- Parametr „motorizované nastavení ohniskové vzdálenosti v rozsahu“: min. 115 – 150 cm = 0 bodů; ≥ 180 cm = 5 bodů.

Rentgenka na stropním teleskopickém závěsu

- Parametr „tepelná kapacita anody“: min. 300 – 600 kHU = 0 bodů; 601 – 800 kHU = 5 bodů; ≥ 801 kHU = 10 bodů.

Počet získaných bodů se vydělil nejvyšším dosaženým počtem bodů, potom se výsledek vynásobil váhou 40, čímž se získal počet bodů za kritérium b).

Výsledný počet bodů zahrnuje součet bodů za kritérium a) a kritérium b).

VÝSLEDNÉ POŘADÍ

Nabídka	Dodavatel	Kritérium a) Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Kritérium b) Vybrané technické parametry	Celkový počet bodů (a+b)	Pořadí
E1	MEDIFINE a.s.	9 044 125,60 Kč bez DPH (8255122,42 : 9044125,60) x 60 = 54,76 b.	<u>Sklopný stůl s rentgenkou a detektorem</u> - Parametr „nejnižší nastavitelná výška stolu“: ≤ 50 cm = 10 bodů - Parametr „možnost podélného posunu stolu nebo detektoru“: ≥ 150 cm = 0 bodů; „možnost podélného posunu stolu i detektoru“: ≥ 150 cm = 10 bodů - Parametr „zatížitelnost stolu při zvedání a naklápění“: ≥ 300 kg = 10 bodů - Parametr „motorizované nastavení ohniskové vzdálenosti v rozsahu“: min. 115 – 150 cm = 0 bodů <u>Rentgenka na stropním teleskopickém závěsu</u> - Parametr „tepelná kapacita anody“: ≥ 801 kHU = 10 bodů (40 : 40) x 40 = 40 b.	54,76 + 40 = 94,76 b.	1.
E2	SNT Plus s.r.o.	8 255 122,42 Kč bez DPH (8255122,42 : 8255122,42) x 60 = 60 b.	<u>Sklopný stůl s rentgenkou a detektorem</u> - Parametr „nejnižší nastavitelná výška stolu“: ≤ 65 cm = 0 bodů - Parametr „možnost podélného posunu stolu nebo detektoru“: ≥ 150 cm = 0 bodů - Parametr „zatížitelnost stolu při zvedání a naklápění“: 251 – 299 kg = 5 bodů - Parametr „motorizované nastavení ohniskové vzdálenosti v rozsahu“: ≥ 180 cm = 5 bodů <u>Rentgenka na stropním teleskopickém závěsu</u> - Parametr „tepelná kapacita anody“: min. 300 – 600 kHU = 0 bodů (10 : 40) x 40 = 10 b.	60 + 10 = 70 b.	2.

7. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

NABÍDKA	DODAVATEL	
E1 (elektronická)	MEDIFINE a.s. , IČO: 27718948, se sídlem: Ohradní 1087/63, 140 00 Praha 4	
<i>Nabídka byla doručena ve lhůtě</i>	<i>S nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno</i>	<i>Nabídka je úplná, splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona vč. prokázání kvalifikace</i>
ANO	ANO nebylo	ANO
ZÁVĚR: Dodavatel splnil podmínky účasti, nabídková cena nebyla mimořádně nízká, jeho nabídka je úplná a odpovídá požadavkům zadavatele a zákona.		
SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI VYBRANÝ DODAVATEL PROKAZOVAL KVALIFIKACI: Nabídkový list – prohlášení, prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti, technické kvalifikace, Ing. Martin Chládek, člen představenstva, 29. 10. 2025		
ÚDAJE ROZHODNÉ PRO PROKÁZÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI A TECHNICKÉ KVALIFIKACE: Nabídkový list – prohlášení, prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti, technické kvalifikace, Ing. Martin Chládek, člen představenstva, 29. 10. 2025 - Profesní způsobilost: prohlášení, odkaz na SÚKL, živnostenské oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, „Provádění staveb, jejich změna a odstraňování“; potvrzení o registraci v Registru zdravotnických prostředků SÚKL č. 027617; - Technická kvalifikace - Seznam významných zakázek: 1) Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno (objednatel Vojenská nemocnice Brno, realizace 30.8.2022-30.11.2022, hodnota 12 293 750 Kč bez DPH, dodávka 1 ks skiagraficko-skiaskopického přístroje Luminos Lotus Max, instalace zařízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy); 2) RTG skiografie – Rekonstrukce RTG evidence a pobytových prostor pro personál (objednatel Úrazová nemocnice v Brně, realizace 4.10.2023-30.11.2023, hodnota 2 391 146,95 Kč bez DPH, z toho 1 749 181,95 Kč bez DPH stavební práce, rekonstrukce RTG evidence a pobytových prostor pro personál, úprava zázemí a vyšetřovny, dodávka nábytku, bourací práce).		
DALŠÍ INFORMACE: Dodavatel provede zakázku prostřednictvím poddodavatelů: - Siemens Healthcare, s.r.o., IČO: 04179960, se sídlem Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 (přístroj, instalace, instruktáž, servis), - BOMI interier, s.r.o., IČO: 27535177, se sídlem Jarníkova 1875/14, 148 00 Praha 11 (stavební úpravy) Poddodavatelé neprokazují kvalifikaci za dodavatele.		

8. DOPORUČENÍ

Pověřené osoby doporučují zadavateli, aby **rozhodl** o výběru dodavatele **MEDIFINE a.s.**, IČO: 27718948, se sídlem Ohradní 1087/63, 140 00 Praha 4, který v hodnocení obdržel nejvyšší počet bodů, splnil podmínky účasti a jeho nabídka vyhověla požadavkům zadavatele.

Zprávu o hodnocení nabídek zpracoval administrátor Mgr. Richard Volín.

V Klatovech a v Plzni

	<i>Jméno, příjmení</i>	<i>Funkce, organizace</i>	<i>Datum podpisu</i>	<i>Podpis</i>
1.	Ondřej Bauer	vedoucí technického oddělení, Klatovská nemocnice, a.s.	13.11.2025	
2.	Romana Haladová	technické oddělení, Klatovská nemocnice, a.s.	13.11.2025	
3.	MUDr. Monika Strahlová	primářka RDO, Klatovská nemocnice, a.s.	13.11.2025	
4.	Romana Vosyková	vrchní radiologický asistent, Klatovská nemocnice, a.s.	13.11.2025	
5.	Mgr. Richard Volín	administrátor, CNPK		