

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

### NÁZEV ZAKÁZKY

### VÝZVA Č. 2 - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM - OBVAZOVÝ MATERIÁL PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE

### KATEGORIE 10 – KOMPRESIVNÍ OBINADLA

|                             |   |                   |            |                        |                |
|-----------------------------|---|-------------------|------------|------------------------|----------------|
| SPISOVÁ<br>ZNAČKA:          | CN/35/CN/26   | ČÍSLO<br>JEDNACÍ: | 1624/26/CN | SYSTÉMOVÉ<br>ČÍSLO VZ: | P26V00000152   |
| ODKAZ - EZAK:               | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12447.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12447.html</a>   |                   |            |                        |                |
| ODKAZ VVZ:                  | -----   |                   |            |                        |                |
| ODKAZ TED:                  | -----   |                   |            |                        |                |
| <b>ZADAVATEL:</b>           | <b>Klatovská nemocnice, a.s.</b>  |                   |            |                        |                |
| <b>SÍDLO:</b>               | Plzeňská 929, Klatovy, PSČ 339 01   | <b>IČO:</b>       | 26360527   |                        |                |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva,<br>MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva,<br>Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva,<br>Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva<br>Ing. Michal Filař – člen představenstva |                   |            |                        |                |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | František Bubrle  |                   |            |                        |                |
| <b>ADMINISTRÁTOR:</b>       | <b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>   |                   |            |                        |                |
| <b>SÍDLO:</b>               | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň   | <b>IČO:</b>       | 72046635   |                        |                |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka  |                   |            |                        |                |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | Mgr. Renata Janoušková  |                   |            |                        |                |
| <b>E-MAIL:</b>              | <a href="mailto:renata.janouskova@cnpk.cz">renata.janouskova@cnpk.cz</a>  |                   |            |                        |                |
| <b>DRUH VZ:</b>             | Dodávky   | <b>REŽIM VZ:</b>  | Nadlimitní | <b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>    | VZ v rámci DNS |
| <b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>    | ne  |                   |            |                        |                |

Centrální zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s bodem 8.1 Vysvětlení zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídek, vysvětlení k výše uvedené výzvě v rámci dynamickému nákupnímu systému.

Dne 28. 4. 2026 a 29. 4. 2026 byly prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace potenciálních dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

#### **Dotaz č. 1:**

Prosím zadavatele o kontrolu velikosti není tam špatně uvedeno cm? Neměly by správně být m?  
Předem Vám děkujeme za kladné zvážení naší žádosti.

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel sděluje, že v první části Přílohy č. 2 (Elastická fixační obinadla) došlo k administrativní chybě a při uvedení požadovaných minimálních parametrů na předmět plnění nedopatřením není uveden rozměr šířky v cm.

Zadavatel požaduje:

- 1) Obinadlo fixační, 6cmx4m, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá
- 2) Obinadlo fixační, 8cmx4m, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá
- 3) Obinadlo fixační, 10cmx4m, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá
- 4) Obinadlo fixační, 12cmx4m, baleno volně, 17nití, podélně elastické (cca.90%), tkané okraje, barva bílá

Zadavatel spoléhá na zkušenosti dodavatelů, jako odborníků v oblasti dodávek zdravotnického spotřebního materiálu a předpokládá, že tato administrativní nepřesnost neovlivní správné ocenění a podání nabídky v předmětné kategorii.

#### **Dotaz č. 2:**

Část 1

Očekává zadavatel obinadlo nebo obvazový kompres? Specifikace 17 nití se týká kompresů, které nejsou pružné. Prosíme o upřesnění druhu požadovaného produktu, protože tyto parametry se vzájemně vylučují.

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel potvrzuje, že předmětem plnění v této kategorii jsou elastická fixační obinadla, nikoliv obvazové kompresy. V parametrech uvedených v Příloze č. 2 Výzvy – Technická specifikace došlo k administrativnímu pochybení při uvedení specifikace „17 nití“. Zadavatel uznává, že tento parametr je charakteristický pro nepružnou hydrofilní gázu a v kombinaci s požadavkem na elasticitu je technicky irelevantní. Zadavatel upravil své požadavky na předmět plnění v příslušné příloze Výzvy.

#### **Dotaz č. 3:**

Část 2

Připustí zadavatel obvaz obsahující min. 55 % bavlny a s roztažností min. 150 %?

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel tímto upřesňuje své požadavky na technické parametry zboží, a to tak, že požaduje podíl bavlny 60 % s tolerancí +/- 10 %. Nabídka dodavatele (min. 55 % bavlny) je tedy v souladu s tímto upřesněním. V otázce elasticity (roztažnosti) však zadavatel trvá na původně stanovených parametrech dle zadávací dokumentace.

#### **Dotaz č. 4:**

Část 3

Připustí zadavatel kohezivní obinadlo obsahující min. 35 % bavlny a s roztažností min. 60 %?

Část 3

Připustí zadavatel obinadlo o délce 4 m?

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel tímto upřesňuje své požadavky na technické parametry zboží, a to tak, že požaduje podíl bavlny 60 % s tolerancí +/- 10 %. Nabídka dodavatele (min. 35 % bavlny) není v souladu s tímto upřesněním.

Ohledně délky obinadla trvá zadavatel na svých požadavcích a rozměrech uvedených v zadávacích podmínkách a nepřipouští délku obinadla 4m.

Zadavatel přikládá novou Přílohu č. 2 Výzvy\_Technická specifikace\_K10\_ve znění Vysvětlení ZD č. 2.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 5. 2026 do 10.00 hodin.**

V Plzni

-----  
**Mgr. Renata Janoušková**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
v zastoupení zadavatele