

SPISOVÁ ZN.: CN/381/CN/13
ČÍSLO JEDN.: 10115/13/CN
VYŘÍZUJE: Mgr. Barbora Choulíková
TEL.: +420 377 224 260
MOB.: +420 775 731 351
E-MAIL: barbora.choulikova@cnpk.cz
DATUM: 20. 12. 2013

Uchazečům nadlimitní veřejné zakázky:
„Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“

Dodatečné informace č. 1

Stodská nemocnice, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1072, se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod, IČO: 26361086 (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723, se sídlem Vejpřnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČO: 72046635), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“, ev. č. VVZ: 370780.

I.

Zadavatel upřesňuje původní zadávací podmínky tak, jak je dále uvedeno. Poskytnutím níže uvedených dodatečných informací zadavatel nemění, ale pouze zpřesňuje zadávací podmínky. **Dodatečné informace v tomto článku jsou z vlastní vůle zadavatele.**

- 1) V Příloze č. 1 – Popis stávajícího skiagrafického přístroje určeného pro demontáž a likvidaci ZD je na str. 2 zveřejněn půdorys 1. NP, s vyznačením umístění stávajícího RTG přístroje v místnosti 1.56.

Zadavatel zveřejňuje aktualizovaný a upravený půdorys 1.NP. V současné době probíhají ve Stodské nemocnici, a.s., stavební práce, které upravují sousední místnosti 1.50, 1.51, 1.57, 1.56a, 1.56b a 1.56c. Zadavatel proto zveřejňuje upravený půdorys 1.NP ve stavu, ve kterém bude prostor místnosti 1.56 připraven pro instalaci skiagrafického zařízení.

II.

Zadavatel dále poskytuje všem zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“, a to na základě předchozí žádosti uchazeče podle ustanovení § 49 odst. 2 ZVZ. Zadavatel

upřesňuje původní zadávací podmínky tak, jak je dále uvedeno. Poskytnutím níže uvedených dodatečných informací zadavatel nemění, ale pouze zpřesňuje zadávací podmínky.

Dotaz č. 1:

Požadavek zadavatel uvedený v Příloze č. 2 – Technická specifikace, část 2.1.3 Vertigrafi s 2. detektorem: ***Motorizované i manuální výškové nastavení detektoru, rozsah minimálně 120 cm.***

Vyjádření a dotaz uchazeče:

Vzhledem k faktu, že v rámci veřejné zakázky není uveden požadavek na tzv. „autopositioning“ RTG přístroje, kdy je vertigrafi motoricky nastavován do jedné z předvolených poloh, předpokládáme, že požadavek na motorický posun vertigrafu je uveden v souvislosti s požadavkem na funkci „stitching“, tedy automatické spojení ortopedických snímků získaných krokových vertikálním posunem detektoru vůči pacientovi. Tímto není dotčen další požadovaný technický parametr – funkce pro automatické sledování pozice rentgenky a detektoru (tracking). **Je pro zadavatele akceptovatelné řešení, které umožní automatický motorizovaný vertikální posun detektoru ve vertigrafu při použití funkce „stitching“, přičemž pro standardní snímkování stojících pacientů u vertigrafu bude využíván manuální vertikální posun detektoru?**

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu zájemce sděluje, že **trvá na požadavku na motorizované výškové nastavení detektoru u vertigrafu.** Tento požadavek je uveden nejen v souvislosti s funkcí „stitching“ pro provádění snímků dlouhých struktur, ale i v souvislosti s funkcí „tracking“ pro automatické sledování pozice rentgenky a detektoru. Funkce „tracking“ je myšlena jak pro motorizované výškové nastavení rentgenky při manuálním nastavení detektoru, tak pro motorizované výškové nastavení detektoru vertigrafu při manuálním nastavení rentgenky.

Uvedený požadavek zadavatele nebyl takto jednoznačně specifikován v příloze č. 2 – Technická specifikace, proto lze toto vysvětlení považovat za úpravu zadávacích podmínek a zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (bližší viz čl. III Dodatečné informace).

Dotaz č. 2:

Požadavek zadavatele uvedený v Příloze č. 2 – Technické specifikace, část 2.3, Skiografický přístroj mobilní: **Velikost CR kazet: formát 35 mm x 35 mm, 34 mm x 30 mm.**

Vyjádření a dotaz uchazeče:

Uchazeč dle svých znalostí předpokládá, že se jedná o administrativní nedopatření a že správné znění uvedeného technického požadavku má být: **Velikost CR kazet: formát 35 mm x 35 mm, 24 mm x 30 mm, příp. 18 cm x 24 cm, 35 cm x 43 cm.**

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu zájemce sděluje, že v Příloze č. 2 – Technické specifikace, bod 2.3, Skiografický přístroj mobilní, v bodě 2 je uvedeno: „Velikost CR kazet: formát 35 mm x 35 mm, 34 mm x 30 mm“. **Zadavatel upozorňuje, že došlo k administrativnímu překlepu a místo rozměru v mm, má být uveden rozměr v cm.**

Zadavatel upřesňuje původní podmínky v Příloze č. 2 – Technické specifikace, čl. 2.3, Skiografický přístroj mobilní, v bodě 2 věta: „Velikost CR kazet: formát 35 mm x 35 mm, 34 mm x 30 mm“ tak, že konkrétně nahrazuje v Příloze č. 2 – Technické specifikace, čl. 2.3, Skiografický přístroj mobilní, v bodě 2 větou: **„Velikost CR kazet: formát 35 cm x 35 cm, 34 cm x 30 cm“.**

III.

V důsledku výše uvedených úprav zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 ZVZ, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 14 dnů.

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne **28. 01. 2014 v 09:00 hodin**. Uchazeč je povinen doručit nabídku nejpozději **do 28. 01. 2014 v 09:00 hodin**, a to do sídla Centrálního zadavatele (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) nebo elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na příslušném profilu veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2076.html, a to po předchozí registraci.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dle ust. § 71 odst. 4 ZVZ, v sídle Centrálního zadavatele (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) v zasedací místnosti č. 9, a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne **28. 01. 2014 v 09:00 hodin.**

Tyto změny budou zveřejněny neprodleně formou opravného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek na adrese: <http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs>.

V Plzni dne 20. 12. 2013

Centrální nákup, ©
příspěvková organizace
Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635



Mgr. Barbora Choulíková

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace

Příloha č. 1: Aktualizovaný a upravený půdorys 1.NP, jenž je součástí Přílohy č. 1 – Popis stávajícího skiagrafického přístroje určeného pro demontáž a likvidaci

Výřez pracoviště RTG
1.NP

M1:100



