

SPISOVÁ ZN.: CN/381/CN/13
ČÍSLO JEDN.: 10279/CN/13
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Chouliková
TEL.: +420 377 224 260
MOB.: +420 775 731 351
E-MAIL: barbora.choulikova@cnpk.cz
DATUM: 27. 12. 2013

Uchazečům nadlimitní veřejné zakázky:
„Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“

Dodatečné informace č. 2

Stodská nemocnice, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1072, se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod, IČO: 26361086 (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723, se sídlem Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČO: 72046635), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“, ev. č. VVZ: 370780.

I.

Zadavatel poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“, a to na základě předchozí žádosti uchazeče podle ustanovení § 49 odst. 2 ZVZ. Zadavatel upřesňuje původní zadávací podmínky tak, jak je dále uvedeno. Poskytnutím níže uvedených dodatečných informací zadavatel nemění, ale pouze zpřesňuje zadávací podmínky.

Dotaz č. 1:

Trvá zadavatel na parametru „Motorizované i manuální výškové nastavení detektoru“ a „Možnost provádění snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatického krokového posunu rentgenky a detektoru“ nebo lze nabídnout skiagrafické zařízení s možností provádění snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatického posunu rentgenky vůči manuálně posouvanému detektoru?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že trvá na požadavku „motorizované i manuální výškové nastavení detektoru“ u vertigrafu a „možnost provádění snímků dlouhých kostí a páteře pomocí automatického krokového posunu rentgenky a detektoru“. Manuální

ovládání posunu detektoru při provádění snímků dlouhých struktur by neúměrně prodloužilo celkový snímkovací čas u daného pacienta, což by mohlo způsobit pohybové artefakty. Současně by to znamenalo zhoršení podmínek obsluhy (nutnost opakovaně opustit snímkovnu po každém posunutí detektoru).


II.

Vzhledem k tomu, že zadavatel těmito dodatečnými informacemi nezměnil ani nijak významně neupravil zadávací podmínky, nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne **28. 01. 2014 v 09:00 hodin**. Uchazeč je povinen doručit nabídku nejpozději **do 28. 01. 2014 v 09:00 hodin**, a to do sídla Centrálního zadavatele (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejeprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) nebo elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na příslušném profilu veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2076.html, a to po předchozí registraci.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dle ust. § 71 odst. 4 ZVZ, v sídle Centrálního zadavatele (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejeprnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) v zasedací místnosti č. 9, a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne **28. 01. 2014 v 09:00 hodin**.

V Plzni dne 27. 12. 2013


Centrální nákup, ...
příspěvková organizace
Vejeprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 72046635

Mgr. Barbora Chouliková

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace