



# CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/381/CN/13  
ČÍSLO JEDN.: 150/14/CN  
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Chouliková  
TEL.: +420 377 224 260  
MOB.: +420 775 731 351  
E-MAIL: barbora.choulikova@cnpk.cz  
DATUM: 09. 01. 2014

Uchazečům nadlimitní veřejné zakázky:  
**„Skiografické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“**

## Dodatečné informace č. 3

**Stodská nemocnice, a.s.**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1072, se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod, IČO: 26361086 (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím pověřené osoby (Centrální nákup, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723, se sídlem Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČO: 72046635), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Skiografické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“, ev. č. VVZ: 370780.

### I.

Zadavatel poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Skiografické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“, a to na základě předchozí žádosti uchazeče podle ustanovení § 49 odst. 2 ZVZ. Zadavatel upřesňuje původní zadávací podmínky tak, jak je dále uvedeno. Poskytnutím níže uvedených dodatečných informací zadavatel nemění, ale pouze zpřesňuje zadávací podmínky.

### Dotaz č. 1:

**Dotaz k dokumentu Příloha č. 2 – Technická specifikace:**

Předmět plnění zakázky:

V kapitole č. 2.1.2 **Vyšetřovací stůl s 1. detektorem** na straně 2. v bodě č. 10 je uvedeno citují: "*Dobíjení detektoru musí probíhat automaticky během jeho umístění v kazetovém slotu ve stole (není přípustné technické řešení s externím dobíjením baterií)*", která je podmínkou plnění veřejné zakázky.



**Dotaz:** Podle nám dostupných informací existuje jen jeden výrobce, který dodává popsanou technologii. Z tohoto důvodu si myslíme, že tato podmínka je omezující až diskriminační. Řada světových výrobců používá dobíjení detektorů mimo stůl v nabíječce. Výhody tohoto řešení:

1. Při poruše nabíječky se vymění jen externí díl – není třeba demontovat stůl, což je většinou složitější úkon a hlavně znamená zastavení provozu RTG systému.
2. Systém s externím dobíjením baterií je cenově výhodnější než integrovaná nabíječka ve stole a to jak při počátečním nákupu, tak i v nastávajícím provozu

**Dotaz proto zní:** „Bude zadavatel akceptovat řešení s externím dobíjením baterií detektoru?“

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel k dotazu uchazeče sděluje, že trvá na požadavku uvedeném v Zadávací dokumentaci, v příloze č. 2 – Technické specifikace, kde v kapitole 2.1.2, v bodě 10 je uvedeno: " *Dobíjení detektoru musí probíhat automaticky během jeho umístění v kazetovém slotu ve stole (není přípustné technické řešení s externím dobíjením baterií)*". Tento požadavek považuje zadavatel za zcela zásadní pro dosažení snadné obsluhy přístroje a technické řešení s externím dobíjením baterií detektoru tak zadavatel nebude akceptovat.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že se jedná o technický parametr označený jako **absolutní**, tedy nepodkročitelný.

Zadavatel zároveň upozorňuje na znění Zadávací dokumentace, bod 2.4 Technická specifikace, kde je uvedeno: „*Dodavatel se zaváže, že dodané výrobky zcela odpovídají technicko – kvalitativním parametrům uvedeným v nabídce. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a po jejím vyřazení zadavatel vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení*“.

K tvrzení uchazeče, že výše uvedená technická specifikace je omezující až diskriminační, zadavatel uvádí, že dle jeho zjištění uvedenou technickou specifikaci splňuje řada světových výrobců.

### **Dotaz č. 2:**

V ZD se uvádí ... **6.3 Návrh smlouvy o pozáručním servisu**

Uchazeč v nabídce předloží jeden vlastní návrh Smlouvy o pozáručním servisu na oba přístroje. Rozhodným právem pro účely smlouvy je právo české a pro výklad smlouvy její text v českém jazyce. Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebo nezahrnutí níže uvedených požadovaných



bodů (6.3 a) až h) není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Uchazeč bude při zpracování návrhu smlouvy vycházet také z Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují k provádění příslušné zakázky a musí obsahovat zejména:

- a) Označení smluvních stran, včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny.
- b) Vymezení předmětu plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně) dle předmětu veřejné zakázky dle bodu 2.2 d), Zadávací dokumentace.
- c) Termíny a lhůty plnění, jak je uvedeno v čl. 2.2 ve vymezení předmětu zakázky a v čl. 3.1 této Zadávací dokumentace. - Trváte na uvedení ve smlouvě o pozáručním servisu? Myslíte si, že to nesouvisí s pozáručním servisem?
- d) Místo plnění.
- e) Cenu dle předmětu veřejné zakázky dle bodu 2.2 d), Zadávací dokumentace, v členění bez DPH, s uvedením veškerých nákladů, jimiž je tvořena, samostatně vyčíslenou DPH s uvedením % sazby a včetně DPH (příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH).
- f) Podmínky pozáručního servisu. Zadavatel požaduje uzavření pozáručního servisu na dobu 5 let počínaje následující den, kdy skončí záruční doba. Pozáruční servis bude zahrnovat veškeré práce jako např. preventivní údržbu, kontroly a nastavení obrazu, zkoušky stálosti, preventivní bezpečnostní kontroly, opravy závad, cestovné, (bližší - viz Příloha č. 4 – Pozáruční servis). Podmínky pozáručního servisu musí obsahovat záruku zprovoznění zařízení do max. 48 hodin (pracovní dny) od ohlášení poruchy, nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. Zadavatel požaduje sankci za překročení maximální doby zprovoznění zařízení od ohlášení poruchy nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. Sankce (smluvní pokuta) bude v takovém případě činit částku ve výši 30 000,- Kč za každých 24 hodin, kdy zařízení nebylo v provozu. Uchazeč zapracuje do návrhu smlouvy o pozáručním servisu sankční ustanovení uvedené v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace.
- g) Platební podmínky dle čl. 6.2 b), Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
- h) V návrhu smlouvy o pozáručním servisu bude uvedeno místo, odkud bude servis zajišťován a bude uveden počet pracovníků, kteří jsou schopni kvalifikovaně zajišťovat servis nabízeného zařízení.

#### **A v Příloze č. 4**

Pozáruční servis musí obsahovat záruku zprovoznění zařízení do max. 48 hodin (pracovní dny) od ohlášení poruchy, nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. Zadavatel požaduje sankci za překročení maximální doby zprovoznění zařízení od ohlášení poruchy nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. Sankce (smluvní pokuta) bude v takovém případě činit částku ve výši

50 000,- Kč za každých 24 hodin, kdy zařízení nebylo v provozu. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuta může být požadována opakovaně za každých 24 hodin, kdy zařízení nebylo v provozu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků ze smlouvy vyplývajících, ani na povinnosti nahradit škodu způsobenou druhé smluvní straně. Uchazeč zapracuje ustanovení o smluvní pokutě do návrhu smlouvy o pozáručním servisu dle čl. 6.3 Zadávací dokumentace.

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel k dotazu uchazeče k bodu c) sděluje, že uchazeč zapracuje do návrhu **Smlouvy o pozáručním servisu na oba přístroje** takové termíny a lhůty plnění, jak je uvedeno v čl. 2.2 ve vymezení předmětu zakázky a v čl. 3.1 Zadávací dokumentace, které se přímo vztahují k pozáručnímu servisu.

Zadavatel k dotazu uchazeče k bodu f) sděluje, že upřesňuje původní podmínky v Příloze č. 4 – Pozáruční servis (Příloha č. 4 ZD) v bodě 2) věta: „Pozáruční servis musí obsahovat záruku zprovoznění zařízení do max. 48 hodin (pracovní dny) od ohlášení poruchy, nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. Zadavatel požaduje sankci za překročení maximální doby zprovoznění zařízení od ohlášení poruchy nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. **Sankce (smluvní pokuta) bude v takovém případě činit částku ve výši 50 000,- Kč za každých 24 hodin, kdy zařízení nebylo v provozu.** Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuta může být požadována opakovaně za každých 24 hodin, kdy zařízení nebylo v provozu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků ze smlouvy vyplývajících, ani na povinnosti nahradit škodu způsobenou druhé smluvní straně. Uchazeč zapracuje ustanovení o smluvní pokutě do návrhu smlouvy o pozáručním servisu dle čl. 6.3 Zadávací dokumentace.“ **tak, že konkrétně nahrazuje v Příloze č. 4 – Pozáruční servis (Příloha č. 4 ZD) bod 2) větou:**

2. „Pozáruční servis musí obsahovat záruku zprovoznění zařízení do max. 48 hodin (pracovní dny) od ohlášení poruchy, nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. Zadavatel požaduje sankci za překročení maximální doby zprovoznění zařízení od ohlášení poruchy nebo od schválení nákupu většího náhradního dílu. **Sankce (smluvní pokuta) bude v takovém případě činit částku ve výši 30 000,- Kč za každých 24 hodin, kdy zařízení nebylo v provozu.** Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuta může být požadována opakovaně za každých 24 hodin, kdy zařízení nebylo v provozu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků ze smlouvy vyplývajících, ani na povinnosti nahradit škodu způsobenou druhé smluvní straně. Uchazeč zapracuje



ustanovení o smluvní pokutě do návrhu smlouvy o pozáručním servisu dle čl. 6.3 Zadávací dokumentace.“

### **Dotaz č. 3:**

Zadavatel požaduje v ZD:

- a) předložením **seznamu významných dodávek** realizovaných uchazečem v posledních 3 letech (§ 56 odst. 1 písm. a) ZVZ)

Rozsah požadovaných informací a dokladů: Uchazeč předloží **seznam významných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění**. Přílohou tohoto seznamu musí být 1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží vydáno veřejnému zadavateli, 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Uchazeč předloží seznam ve formě čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z jehož obsahu bude zřejmé, že požadované technické kvalifikační předpoklady splňuje. Osvědčení, smlouva nebo doklad mohou být předloženy v prosté kopii.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Uchazeč v seznamu uvede alespoň **3 dodávky obdobného charakteru a rozsahu jako předmět této zakázky (tj. poskytnutí dodávky zdravotnických přístrojů – skiagrafických přístrojů), které realizoval v posledních 3 letech, přičemž minimální rozsah musí činit alespoň 9 mil. Kč bez DPH celkem v součtu dokladovaných dodávek. Současně musí předložit alespoň tři osvědčení (reference) ze seznamu dodávek, podepsané zadavatelem s uvedením typu dodávky, ceny, termínu dodání. Každá z osvědčení (referencí) musí mít hodnotu minimálně 3 mil. Kč (bez DPH). Každá z osvědčení (referencí) musí mít hodnotu minimálně 3 mil. Kč (bez DPH).**

**Budete nám akceptovat jedno osvědčení na dodávku/za posledních 3 letech) tj. z roku 2010?**

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Zadavatel k dotazu uchazeče k čl. 4.1.4. Technické kvalifikační předpoklady k bodu a) zadávací dokumentace sděluje, že upřesňuje původní podmínky, a to tak, že:

Rozsah požadovaných informací a dokladů: Uchazeč předloží seznam významných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být 1) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží vydáno veřejnému zadavateli, 2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

**II.**

Zadavatel zveřejňuje vzorovou Přílohu č. 3 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (Příloha č. 3 ZD), dle čl. 4.1.3 Ekonomická a finanční způsobilost, kterou mohou uchazeči využít při zpracování nabídky.

**4.1.3 Ekonomická a finanční způsobilost**

K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace). Čestné prohlášení musí být datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti je k dispozici na profilu veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK v položce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ a „Dokumenty veřejné zakázky“ na URL adrese: [https://ezak.cnpk.cz/contract\\_display\\_2076.html](https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2076.html). Změněná a doplněná ustanovení jsou v ZD vyznačena žlutou barvou.

**III.**

**Vzhledem k tomu, že zadavatel těmito dodatečnými informacemi nezměnil ani nijak významně neupravil zadávací podmínky, nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**



# CENTRÁLNÍ NÁKUP

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Vejrnická 663/56, 318 00 Plzeň

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne **28. 01. 2014 v 09:00 hodin**. Uchazeč je povinen doručit nabídku nejpozději **do 28. 01. 2014 v 09:00 hodin**, a to do sídla Centrálního zadavatele (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejrnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) nebo elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na příslušném profilu veřejné zakázky: [https://ezak.cnpk.cz/contract\\_display\\_2076.html](https://ezak.cnpk.cz/contract_display_2076.html), a to po předchozí registraci.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dle ust. § 71 odst. 4 ZVZ, v sídle Centrálního zadavatele (Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejrnická 663/56, 318 00 Plzeň, 3. patro) v zasedací místnosti č. 9, a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne **28. 01. 2014 v 09:00 hodin**.

V Plzni dne 09. 01. 2014

Centrální nákup, příspěvková organizace  
Vejrnická 663/56, 318 00 Plzeň  
IČ: 720 46 635

**Mgr. Barbora Choulíková**

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace

**Příloha Dodatečné informace č. 3 – Vzorová Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti**

## **Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.**

### **„Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“**

Uchazeč: .....

IČO/DIČ: .....

se sídlem: .....

jednající: .....

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit shora uvedenou veřejnou zakázku.

V ..... dne .....

.....  
podpis a razítko oprávněné osoby za uchazeče  
(titul, jméno, příjmení, funkce)