



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: CN/159/CN/14

ČÍSLO JEDNACÍ: 3392/14/CN

VYŘÍZUJE: Ing. Petr Stehlík

TEL.: +420 377 224 260

MOB.: +420 777 357 964

E-MAIL: petr.stehlik@cnpk.cz

DATUM: 22.5.2014

Věc: Dodatečné informace č. 2 ze dne 22. 5. 2014

Dobrý den,

zadavatel **Centrální nákup, příspěvková organizace** se sídlem Vejpnická 663/56, Plzeň, PSČ 31800, IČ: 72046635 v rámci veřejné zakázky „**Jednorázové rouškování**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení **dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 25 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na základě **Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace** odeslané dne 25.4.2014 a uveřejněné následující den na profilu zadavatele na konkrétní adrese VZ (<https://ezak.cnpk.cz/vz00002518>) předkládá následující dodatečné informace včetně přesného znění původních dotazů, které zadavatel obdržel dne 19.5.2014 a 21.5.2014 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK:

Dotaz č. 1:**Dotaz č. 1 - Varixový set I**

Umožní zadavatel nabídnout místo samolepící roušky 75x90 návlek na nohu (tzv. botičku)?
Námi navrhované řešení je standardní a v současné době je mimo jiné používáno i v nemocnicích Plzeňského kraje.

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel umožní navrhovanou změnu.

Dotaz č. 2:**Dotaz č. 2 – Končetinový set**

Zadavatel požaduje otvor s manžetou 7cm. Trvá zadavatel na velikosti tohoto otvoru?

Ze zkušenosti na trhu víme, že se běžně používá pro tyto operace otvor o velikosti 3 cm.
Otvor 7cm bývá používán u výkonů v oblasti kolen.

Odpověď č. 2:

Zadavateli trvá na roušce s otvorem 7 cm s manžetou.

Dotaz č. 3:

Varixový set II – v požadovaném složení setu chybí rouška na pomocný stolek, do které by byl set zároveň zabalen. Požadujete tuto roušku?

Odpověď č. 3:

Zadavatel děkuje za upozornění, ano požadujeme roušku na pomocný stolek o velikosti 150x160cm. Tolerance rozměrů platí tak, jak je uvedena ve znění zadávací dokumentace.



Dotaz č. 4: Varix oboustranný - v požadovaném složení setu chybí rouška na pomocný stolek, do které by byl set zároveň zabalen. Požadujete tuto roušku?

Odpověď č. 4: Zadavatel děkuje za upozornění, ano požadujeme roušku na pomocný stolek o velikosti 150x160cm. Tolerance rozměrů platí tak, jak je uvedena ve znění zadávací dokumentace.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Centrální nákup, ⑦
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635



Ing. Jiří Heran
ředitel

Centrální nákup, příspěvková organizace