



jako centrální zadavatel

a



jako odborný poradce

vypisují veřejnou zakázku s názvem:

Jednorázové rouškování – 1. část

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

V souladu s § 38 ZVZ Vás zadavatel vyzývá k

PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

ve výše uvedeném zadávacím řízení

Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy a bude k dispozici volně a neomezeně ode dne následujícím po odeslání výzvy na adrese <https://ezak.cnpk.cz/vz00002842> v části Zadávací dokumentace.

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

1.1 Centrální zadavatel

Název:	Centrální nákup, příspěvková organizace
Sídlo:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jiří Heran, ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Stehlík
telefon:	+420 777 357 964; +420 377 224 260
email:	petr.stehlik@cnpk.cz

Centrální nákup, příspěvková organizace vystupuje v pozici centrálního zadavatele podle § 3 odst. 1 písm. b) ZVZ, když provádí centralizované zadávání a zadává VZ na účet zadavatelů uvedených v bodě 1.2 této výzvy.

1.2 Zúčastnění zadavatelé

Název:	Klatovská nemocnice, a.s.
Sídlo:	Plzeňská 569, 339 38 Klatovy II
	zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1070
Jednající:	Ing. František Lešundák, předseda představenstva
IČ / DIČ:	26360527 / CZ26360527

Název:	Domažlická nemocnice, a.s.
Sídlo:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice
	zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1073
Jednající:	Ing. Alena Vyrutová, předsedkyně představenstva
IČ / DIČ:	26361078 / CZ26361078

Název:	Stodská nemocnice, a.s.
Sídlo:	Hradecká 600, 333 01 Stod
	zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1072
Jednající:	MUDr. Alan Sutnar Ph.D., předseda představenstva
IČ / DIČ:	26361086 / CZ26361086

Název:	Rokycanská nemocnice, a.s.
Sídlo:	Voldušská 750, 337 22 Rokycany
	zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1071
Jednající:	MUDr. Hana Perková, MBA předsedkyně představenstva
IČ / DIČ:	26360900 / CZ26360900

2 INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1 Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Jednorázové rouškování – 1. část

Podlimitní VZ na uzavření rámcové smlouvy (dále jen „RS“) s jedním uchazečem zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a § 25 písm. a) ve znění § 38 a násl. ZVZ. **Doba trvání RS činí 1 rok.**

Jde o nové vyhlášení 1. části původní VZ. Tato nově vyhlášená VZ není rozdělena na části dle § 98 ZVZ.

2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kód CPV	Popis
33140000-3	Zdravotnický spotřební materiál
33141620-2	Zdravotnické sady

2.3 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této VZ jsou průběžné dodávky jednorázových rouškových setů dle specifikace uvedené v příloze ZD č. 1. Vítěz veřejné zakázky bude zajišťovat po dobu 1 roku dodávky do nemocničních zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. na základě dílčích objednávek. Nedílnou součástí dodávky bude možnost využít zdarma praktické produktové školení.

Bližší specifikace rouškových setů je uvedena v příloze ZD č. 1 Cenová nabídka.

Pokud uchazeč nenabízí určitou velikost pláště, nabídne plášť s nejbližší možnou velikostí, odpovídající daným podmínkám.

Zadavatel umožňuje toleranci rozměrů jednotlivých položek rouškových setů (mimo operačních plášťů):

- uchazeči mohou nabídnout menší rozměr maximálně o 5 cm, větší rozměr mohou uchazeči nabídnout bez omezení, u roušek s otvorem je povoleno nabídnout libovolný tvar otvoru (např. ovál, kruh atd.), který však musí odpovídat požadované velikosti a medicínskému účelu pro daný výkon. **Veškeré tolerance jsou přípustné za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.**

Zboží, se kterým se uchazeč přihlásí do VZ, musí splňovat následující podmínky:

Jednorázové operační sety:

- sety musí být sterilní
- roušky musí být odolné proti penetraci tekutin a mikrobům za suchého i mokrého stavu
- roušky musí být splývavé a přizpůsobivé k povrchu
- roušky musí dobře držet na místě, nesmějí sklouzávat
- roušky musí být odolné proti protrhnutí za sucha i mokra
- roušky musí být pevné v tahu za sucha i mokra
- roušky musí mít příjemnou povrchovou úpravu
- lepicí prostředek adhezivní roušky používané přímo na kůži pacienta nesmí způsobit poškození kůže
- jednoduchý způsob rozložení
- výrobky nesmí obsahovat latex
- všechny sety musí mít minimálně dvě samonalepovací dokumentační etikety standardního značení, které lze snadno sejmout
- obal každého setu musí zaručit minimální sterilitu 3 roky
- složení obsahu jednotlivých setů a schéma jejich zabalení musí být orientováno podle pořadí jednotlivých kroků během zákroku
- obal každého setu se musí dát snadno otevřít
- srozumitelné piktogramy
- identifikační štítek musí obsahovat složení setu v českém jazyce
- operační plášť, které jsou součástí setu, musí mít minimální délku u velikosti M 125 cm, u velikosti L 135 cm a u velikosti XL 145 cm a u velikosti XXL 150 cm, svařované švy, délku manžety 8 cm, být vyrobeny z hydrofobní netkané textilie minimálně typu SMS
- materiál musí splňovat technologické parametry normy ČSN EN 13795+A1

- všechny definované části setu budou zabaleny společně v jednom sterilním obalu
- balení setů ve dvou obalech – transportní karton + vnitřní karton

V setech, kde není bližší specifikace roušek (příloha ZD č. 1 Cenová nabídka), je požadován **minimálně dvouvrstvý materiál**. U třívrstvých roušek je **požadován minimálně třívrstvý materiál**. Uchazeč tedy může nabídnout i materiál vícevrstvý, lepších vlastností.

Operační pláště obsažené v setech musí:

- být vyrobeny z hydrofobní netkané textilie minimálně typu SMS
- být prodyšné pro komfort personálu
- mít zavinovací střih pro sterilitu zádové části operátora
- být odolné proti penetraci tekutin a mikrobům za suchého i mokrého stavu
- odolné proti protržení za sucha i vlhka
- být pevné v tahu za sucha i za vlhka
- splňovat technologické parametry normy ČSN EN 13795+A1
- mít svařované švy
- mít délku manžety 8 cm
- mít min. délku u velikosti M 125 cm, u velikosti L 135cm, u velikosti XL 145cm a u velikosti XXL 150cm

Samotné počty kusů včetně podrobnější specifikace tvoří přílohu č. 1 ZD.

Uchazeč musí nacenit (nabízet) všechny položky. Uchazeč musí nabízet minimálně takové vlastnosti, jaké jsou specifikovány výše. Uchazeč je povinen respektovat uvedené vlastnosti. U vlastností, kde je uveden minimální požadavek, je možné nabízet větší / vyšší / lepší apod. vlastnosti. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele, jeho nabídka bude vyřazena z dalšího posouzení / hodnocení a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, že nabízené zboží splňuje veškeré požadavky zadavatele.

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, že nabízené zboží je zdravotně nezávadné. Je vhodné toto čestné prohlášení podložit doložením certifikátů, testů a dalších dokladů.

2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaný objem a hodnota VZ:

1. část - Sety	Předpokládaný objem v ks za 1 rok	Předpokládaný finanční objem za 1 rok v Kč bez DPH
Univerzální set (chirurgie a gynekologie)	986	169 592
Univerzální set (chirurgie a gynekologie) s operačními plášti	400	96 984
Varixový set I	73	17 520
Varixový set II	133	30 532
Varix oboustranný	30	13 384
Set s vertikální rouškou I	119	57 948
Set s vertikální rouškou II	44	16 586
Končetinový set	924	200 066
Set císařský řez	544	150 697
Gynekologicko-cystoskopický set	140	13 720
Set LAHV	682	241 962
Set kyčelní	172	130 720
Kolenní set	136	72 376
Ortopedický set Hallux	20	2 700

Set pro artroskopii + plastiku vazů	312	91 199
Set pro artroskopii	144	37 453
Set laparotomický	120	33 959
Set ramenní	122	54 290
Set malý zákrok	60	12 504
Celkem 1. část	5 161	1 444 192

Předpokládaná hodnota celé VZ po dobu 1 roku činí **1 444 192,- Kč bez DPH**.

2.5 Limitace nabídkové ceny

Nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v bodě 2.4 této výzvy, a to jak celkovou, TAK I V JEJÍCH JEDNOTLIVÝCH POLOŽKÁCH. V případě, že uchazeč nabídne vyšší hodnotu, než je předpokládaná hodnota, a to jak celková, TAK I JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího posouzení / hodnocení a následně zadavatel rozhodne o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení z důvodu nedodržení zadávacích podmínek.

2.6 Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané datum zahájení dodávek této VZ bude dne 1. 10. 2014. Termín zahájení může zadavatel posunout s ohledem na průběh řízení a s ohledem na konkrétní podmínky v jednotlivých zdravotnických zařízeních.

Doba plnění VZ je stanovena na dobu určitou, a to na 1 rok.

2.7 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění VZ je:

Klatovská nemocnice, a.s. se sídlem Plzeňská 569, 339 38 Klatovy 2

Domažlická nemocnice, a.s. se sídlem Kozinova 292, 344 22 Domažlice

Stodská nemocnice, a.s. se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod

Rokycanská nemocnice, a.s. se sídlem Voldušská 750, 337 22 Rokycany

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy.

Plné znění výzvy, zadávací dokumentace a příloh bude uveřejněno vhodným způsobem na profilu zadavatele (https://ezak.cnpk.cz/profile_display_3.html) volně a neomezeně k dispozici po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na adrese detailu veřejné zakázky (<https://ezak.cnpk.cz/vz00002842>).

4 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají písemně v listinné nebo elektronické podobě.

Uchazeč je povinen doručit nabídku na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň,

nebo prostřednictvím EZAK v detailu veřejné zakázky na URL adrese <https://ezak.cnpk.cz/vz00002842>.

V případě osobního podání je místem podání podatelna Centrálního nákupu, příspěvkové organizace na adrese Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň – Areál Středního odborného učiliště elektrotechnického, pavilon 5 (budova Policie ČR), III. patro. Provozní doba je v pracovní dny v úřední hodiny od 8:00 do 14:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 28. 7. 2014 do 13:00 hodin.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí (doručení) nabídky (elektronickým nástrojem nebo pověřeným zaměstnancem Centrálního nákupu, příspěvkové organizace), nikoli předání nabídky poštou či jiné kurýrní službě.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Veškeré požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

6 ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH

Veškeré údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

Na tomto místě zadavatel uvádí svůj úmysl využít jako prostředek hodnocení elektronickou aukci. Více informací o způsobu hodnocení a elektronické aukci naleznete v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

7 ZADÁVACÍ LHŮTA

V souladu s § 43 odst. 2 ZVZ zadavatel v této výzvě stanovuje zadávací lhůtu na **6 měsíců** ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž se běh této lhůty řídí ust. § 43 ZVZ.

8 PŘÍLOHA

1. Zadávací dokumentace (k dispozici na adrese <https://ezak.cnpk.cz/vz00002842> v části Zadávací dokumentace; bude dostupná dle ZVZ ode dne následujícím po odeslání výzvy).

V Plzni dne 10.7.2014

Ing. Jiří Heran
ředitel
Centrální nákup, příspěvková organizace