

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ZÁJEMCE

ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a. s.
SÍDLEM:	Kozinova 292 Hořejší Předměstí 34401 Domažlice 1
IČO:	26361078
ZASTOUPENÝ:	Ing. Alena Vyrutová, předseda představenstva

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Dodávka 1 ks Kardiokograf pro porodnické oddělení Domažlické nemocnice a.s.“

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek.

Sp.zn.: CN/153/CN/15

Č.j.: 7590/15/CN

Domažlická nemocnice, a. s., IČO: 26361078, se sídlem Kozinova 292 Hořejší Předměstí 34401 Domažlice 1, zastoupený předsedou představenstva Ing. Alenou Vyrutovou, jako **zadavatel** veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Dodávka 1 ks Kardiokograf pro porodnické oddělení Domažlické nemocnice a.s.**“, **rozhodl** na základě doporučení hodnotící komise o:

vyloučení zájemce:

BIONIK Stapro Group s. r. o., IČO: 02040638, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nabídka tohoto zájemce byla hodnotící komisí vyřazena z důvodu nesplnění požadavků zadavatele a zadávacích podmínek.

Odůvodnění:

Při posouzení obsahu nabídky byla hodnotící komisí nabídka č. E2 zájemce **BIONIK Stapro Group s. r. o.**, IČO: 02040638, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice shledána jako nepřijatelná. Nabídka nesplnila základní požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Zadavatel ve čl. 2.1. ZD uvádí požadavky na minimální technickou specifikaci, konkrétně


- Puls matky snímaný z TOCO sondy
- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

Zájemce **BIONIK Stapro Group s. r. o.** předložil nabídku, ve které nebylo jednoznačně prokázáno splnění těchto požadavků technické specifikace. Po písemném vysvětlení nabídky hodnotící komise konstatuje, že nabídka tohoto zájemce nesplnila požadavky na minimální technickou specifikaci. Z toho důvodu je povinností zadavatele zájemce vyloučit z účasti ve výběrovém řízení pro nesplnění požadavků zadavatele obsažených ve Výzvě.

Poučení:

Veřejná zakázka je zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Proti rozhodnutí o vyloučení není možné podat námítky podle zákona.

V Domažlicích dne 03. 08. 2015



Ing. Alena Vyrutová
za zadavatele