

SMLOUVA O VÝPŮJČCE ZAŘÍZENÍ

Tato Smlouva o výpůjčce zařízení a nakupování činidel (dále jen „Smlouva“), je uzavřena v souladu s ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také „NOZ“), mezi:

Zákazníkem (vypůjčitelem)

Název:	Rokycanská nemocnice a.s.
Zástupce:	MUDr. Hana Perková, MBA, předsedkyně představenstva
Sídlo:	Voldušská 750, 337 22 Rokycany
Právní forma:	akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1071
IČ: / DIČ:	26360900 / CZ26360900
Banka:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	35-0060900297/0100

dále jen „zákazník“

a

Půjčitelem

Název:	Abbott Laboratories, s.r.o.
Zástupce:	Ing. Monika Pösová –Jednatelka/ RNDr. Alan Undus - Jednatel
Sídlo:	Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ: / DIČ:	250 95 145/CZ 250 95 145
Banka:	Deutsche Bank, Jungmannova 34, Praha
Číslo účtu:	313 600 0011/7910

dále jen „půjčitel“

Zákazník a Půjčitel jsou dále společně označováni jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“.

I. Výpůjčka zařízení

- I.1 Půjčitel touto Smlouvou přenechává Zákazníkovi, jakožto vypůjčiteli, do bezplatného užívání (výpůjčky) analyzátor **ARCHITECT ci4100** (sériové číslo: uvedeno na Předávacím protokolu, dále též jen jako „Zařízení“), aby je mohl využívat v místě Oddělení klinické biochemie a hematologie, Rokycanská nemocnice, a.s., Voldušská 750, 337 22 Rokycany (dále též jen jako „Pracoviště“) za účelem provádění diagnostických vyšetření.
- I.2 Půjčitel prohlašuje, že tento analyzátor splňuje všechny požadavky zadavatele na technické parametry uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „**Dodávky diagnostických reagentů včetně zápůjčky analyzátoru (2.vyhlášení)**“. Technická specifikace analyzátoru tvoří přílohu této smlouvy.

- I.3 Výpůjčka bude poskytnuta včetně bezúplatné preventivní údržby a pravidelné validace (kalibrace) přístroje dle požadavku výrobce a validace prováděných metod, záručního i pozáručního servisu a bezúplatné uživatelské podpory.
- I.4 Součástí instalace automatického analyzátoru bude provedena kvalifikace a validace systému a dále napojení na informační systém OKL (oddělení klinických laboratoří).
- I.5 Strany souhlasí s tím, že veškeré náklady na služby a dodávky spojené s výpůjčkou (validace, údržba, servis, uživatelská podpora apod.) hradí půjčitel. Tyto náklady jsou zahrnuty v jednotkových cenách reagensů objednávaných na základě rámcové kupní smlouvy veřejné zakázky „**Dodávky diagnostických reagensů včetně zápůjčky analyzátoru (2.vyhlášení)**“.
- I.6 Strany souhlasí s tím, že náklady na dodávky spotřebních materiálů vyjma opotřebovávajících se materiálů pro zákaznickou údržbu pro Zařízení, jakož i náklady na náhradní díly jsou zahrnuty v jednotkových cenách reagensů. Tyto ceny jsou uzavřeny v rámcové kupní smlouvě na dodávky reagensů vzešlé z veřejné zakázky „**Dodávky diagnostických reagensů včetně zápůjčky analyzátoru (2.vyhlášení)**“.
- I.7 Zákazník nebude poskytovat půjčiteli v souvislosti s touto výpůjčkou a s ní souvisejícími službami a dodávkami žádné platby. Veškeré náklady jsou zahrnuty v jednotkových cenách reagensů objednávaných na základě rámcové kupní smlouvy veřejné zakázky „**Dodávky diagnostických reagensů včetně zápůjčky analyzátoru (2.vyhlášení)**“.

II. Dodání a instalace

- II.1 Půjčitel bezplatně dopraví Zařízení na Pracoviště a nainstaluje jej, a to v termínu do 3 týdnů po podpisu této Smlouvy oběma Stranami. Zákazník dále zajistí účast svého zástupce při instalaci Zařízení.
- II.2 Zákazník je povinen zajistit veškeré předpoklady pro řádnou a včasnou instalaci Zařízení, tj. připojení k elektrické/datové síti, přístup a vhodné pracovní podmínky.
- II.3 Půjčitel zajistí na své náklady úvodní školení laboratorních techniků a dalších zaměstnanců Zákazníka určených Zákazníkem pro používání nebo obsluhu Zařízení. Na požádání Půjčitele Zákazník či jeho řádně oprávněný zástupce podepíše potvrzení o tom, že školení bylo Půjčitelem řádně provedeno.

III. Vlastnictví

- III.1 Zařízení je a zůstane ve výlučném vlastnictví Půjčitele po celé období účinnosti Smlouvy a Zákazník nebude mít na Zařízení žádné právo, nárok ani účast (s výjimkou práva držet a využívat Zařízení podle podmínek a ustanovení této Smlouvy).

IV. Rizika

- IV.1 Zákazník Půjčitele okamžitě písemně uvědomí o jakémkoli případu nehody nebo újmy, která nastane v souvislosti se Zařízením.

V. Povinnosti Zákazníka

- V.1 V průběhu trvání této Smlouvy (se) Zákazník:
 - V.1.1 zajistí, že Zařízení bude uchováváno a obsluhováno ve vhodném prostředí, že bude využíváno pouze pro účely, pro které bylo navrženo, a že bude správně obsluhováno vyškoleným

kompetentním personálem v souladu s pokyny a doporučeními výrobce a v souladu s předpisy správné laboratorní praxe a všemi příslušnými předpisy nebo nařízeními, které budou v dané době platit;

- V.1.2 bude udržovat Zařízení v bezvadném a provozuschopném stavu, zejména bude provádět pravidelnou údržbu Zařízení v souladu s Operačním Manuálem dodaným Půjčitelem, a dále bude Půjčitele informovat o závadě nebo potřebě údržby či opravy Zařízení nad rámec výše uvedené pravidelné údržby, a to do 24 hodin od zjištění závady či potřeby opravy Zařízení. V případě, že Zákazník poruší své povinnosti dle tohoto odstavce, bude odpovědný za škodu způsobenou v důsledku svého porušení povinnosti.
- V.1.3 Zařízení vždy ponechá na Pracovišti a nebude žádnou část Zařízení přemísťovat, nebo se pokoušet přemísťovat, na jakékoli jiné místo bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele;
- V.1.4 na základě předchozí domluvy Stran umožní Půjčiteli, aby prostřednictvím svého zástupce zkontroloval Zařízení v jakoukoli rozumnou dobu (tj. v provozní dobu Zákazníka) a za tímto účelem umožnil vstup do prostor, ve kterých bude Zařízení umístěno.
- V.1.5 nebude bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele provádět nebo povolovat jakoukoli úpravu nebo doplnění Zařízení. Veškeré výměny, nahrazení, obnovení či doplnění Zařízení, a to jak materiál, tak práci provádí na své náklady Půjčitel. Materiál (náhradní díly apod.) je ve vlastnictví půjčitele.
- V.1.6 bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele se nevzdá kontroly nad Zařízením, neprodá je ani nenabídne k prodeji, nezastaví, nezatíží zástavním právem ani jiným právem třetí osoby, nepronajme, neposkytne k užívání ani je nepůjčí;
- V.1.7 je povinen viditelně označit Zařízení tak, aby bylo na první pohled zjevné, že se jedná o vlastnictví Půjčitele. Toto označení Zařízení dle předchozí věty musí být na Zařízení viditelně uchováno po celou dobu účinnosti této Smlouvy;
- V.1.8 nebude, vzhledem k technické složitosti Zařízení, bez předchozího písemného oprávnění Půjčitele využívat Zařízení pro jakékoli jiné diagnostické soupravy (včetně činidel a příslušenství) než jsou Zdravotnické prostředky nebo diagnostické soupravy dodávané dle této Smlouvy Půjčitelem (nebo jeho právním nástupcem).

VI. Záruka na Zařízení a jeho technická podpora / údržba

- VI.1 Půjčitel garantuje příjezd technika a provedení servisního zásahu do 24 hodin od nahlášení závady Zákazníkem dle článku V.1.2 této smlouvy
- VI.2 V případě, že nebude schopen půjčitel plně zprovoznit zapůjčený analyzátor do 72 hodin od nahlášení závady Zákazníkem, garantuje půjčitel bezplatné zapůjčení náhradního přístroje do 120 hodin od nahlášení závady Zákazníkem.
- VI.3 Půjčitel se zavazuje, ve spolupráci s poskytovatelem LIS (laboratorní informační systém), zajistit a uhradit připojení Zařízení k tomuto systému a přenos dat, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne předání Zařízení Zákazníkovi.

VII. Odpovědnost za škodu

- VII.1 S výjimkou případů vyšší moci (definovaných v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku) bude kterákoli smluvní Strana odpovídat za jakékoli újmy (zahrnující skutečnou újmu a ušlý zisk), které budou

způsobeny druhé Straně porušením jakékoli povinnosti, prohlášení nebo záruky uvedených v této Smlouvě (včetně jejích příloh), či jakéhokoli potvrzení nebo jiného písemného dokladu, či příslušného zákona nebo nařízení.

VIII. Doba trvání

VIII.1 Tato Smlouva nabude platnosti a účinnosti ihned po jejím podepsání oběma Stranami.

VIII.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 60 měsíců ode dne uzavření.

IX. Ukončení smlouvy

IX.1 Kterákoli Strana může ukončit tuto Smlouvu doručením písemné výpovědi („Výpověď“), s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně.

IX.2 Vedle odstavce IX. 1 je Půjčitel dále oprávněn, bez ohledu na jakékoli jiné právo nebo právní prostředek, který může mít k dispozici, ukončit tuto Smlouvu (jako celek, nebo její část) odstoupením s okamžitou účinností podaným Zákazníkovi písemně kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy (tj. i v průběhu Minimální doby trvání), jestliže:

IX.2.1 Zákazník bude v prodlení s jakoukoli platební povinností stanovenou v Rámcové kupní smlouvě vzešlé z VZ „Dodávky diagnostických reagentů včetně zápůjčky analyzátoru (2.vyhlášení)“ o více jak 30 dnů; nebo

IX.2.2 Zákazník poruší kterékoli ustanovení této Smlouvy a toto porušení nenapraví ke spokojenosti Půjčitele do třiceti (30) dnů od obdržení písemného oznámení, v němž jej Půjčitele vyzve k nápravě.

IX.3 V případě závažného problému instalační a procesní validace, který nebude Půjčitelem odstraněn v přiměřeném termínu, může Zákazník odstoupit od Smlouvy.

IX.4 Zákazník má právo vrátit zařízení předčasně v souladu s §2197 NOZ.

IX.5 V případě ukončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Zákazník povinen neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od ukončení účinnosti Smlouvy, protokolárně vrátit Půjčiteli Zařízení, a to ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.

X. Rozhodné právo a řešení sporů

X.1 Výklad, platnost a plnění této Smlouvy se bude řídit právními předpisy České republiky.

XI. Všeobecná ustanovení

XI.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a úmluvu mezi Stranami ohledně jejího předmětu a nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu, úmluvu nebo ujednání (pokud nějaké existuje) mezi Stranami, ať již v ústní nebo písemné formě. Žádné změny, úpravy nebo doplnění této Smlouvy nebudou platné, pokud nebudou vyhotoveny písemně a podepsány smluvními Stranami.

XI.2 Strany vylučují uplatnění poslední věty § 1764 a dále uplatnění § 1765 a 1766 Občanského zákoníku.

XI.3 Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této Smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.

- XI.4 Veškeré podmínky a ustanovení této Smlouvy budou platit ve prospěch a budou závazné pro Strany a jejich přípustné nástupce a postupníky. Tato Smlouva, ani žádná práva, zájmy, nebo povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy, nemohou být postoupeny, a ani žádné povinnosti přeneseny, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany.
- XI.5 Nevymahatelnost nebo neplatnost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost jakéhokoli jiného ustanovení Smlouvy.
- XI.6 Tato Smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý jednotlivě bude považován za originál.
- XI.7 Prodávající je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy, nebo do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předložit kupujícímu aktuální seznam svých subdodavatelů, s označením těch, kterým uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo písemnou informaci, že plnění provedl bez subdodávek. Jestliže prodávající toto oznámení neučiní, bude kupující vycházet z údajů uvedených v nabídce prodávajícího podané na veřejnou zakázku. Pokud prodávající nepředloží seznam subdodavatelů, kterým bylo uhrazeno 10 % z celkové ceny ve stanovené lhůtě, dopustí se správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, za který může být uložena pokuta do výše 2 000 000,- Kč. Pokud bude mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, přičemž tento seznam musí být vyhotoven ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- XI.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní tajemství.
- XI.9 Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 147a ZVZ.
- XI.10 Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:
- XI.10.1 Technická specifikace analyzátoru


za zákazníka:

V Rokycanech dne 31. 7. 2015


MUDr. Hana Perková, MBA
předsedkyně představenstva
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
387 22 Rokycany, Voldužská 750
IČ: 26 36 09 00

za půjčitele:

V Praze dne 31. 7. 2015


Ing. Monika Pšová/ RNDr. Alan Undus
Jednatelka/Jednatel
Abbott Laboratories s.r.o.
Diagnostics Division
Havlovka Office Park
Evropská 2590/33d
160 00 Praha 6
Tel.: 267292111, 267292222
Fax: 267292233, 267292222

Příloha

XI.10.1 Technická specifikace analyzátoru

ARCHITECT ci4100

Metody	Imunochemie: technologie na paramagnetických částicích, CHEMIFLEX Biochemie: fotometrie, turbidimetrie, potenciometrie
Maximální výkon	Až 900 testů/hod.
Typ vzorku	Sérum, plasma, moč, mozkomíšní mok, plná krev
Zkumavky	Současné použití libovolných typů zkumavek od různých výrobců (výška: 72-102 mm, průměr 9,6 - 16,1 mm), včetně vzorkových kelímků
Mrtvý objem	50 µl
Kapacita podavače	180 pozic
Typ použitého čárového kódu	Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128
Kapacita uložených výsledků	50.000
Objem vzorku	Imunochemie: 10-150 µl, průměr 50 µl Biochemie: 1,5 -35 µl, průměr 7 µl
Automatické ředění	ANO
Přenos mezi vzorky	Menší než 0,1 ppm
Kapacita reagenčního karuselu	Imunochemie: 25 chlazených pozic Biochemie: 90 chlazených pozic, tj. 55 metod plus 3 ISE metody
Stabilita reagensů na palubě	Imunochemie: 30 dnů Biochemie: 5 – 65 dnů, průměr 40 dnů
Frekvence kalibrace	Imunochemie: kalibrace při nové šarži nebo jsou-li kontroly mimo rozmezí Biochemie: 1 – 60 dnů, průměr 25 dnů
Detekce vzorku,	ANO

sraženin a bublin	
Monitorování tlaku nasávaných reagensů	ANO
Měření interferujících látek	ANO (identifikace ikterického, hemolytického nebo chylózního séra)
Řídící jednotka	1 společná řídící jednotka jak pro imunochemickou, tak biochemickou jednotku. Dotyková obrazovka, klávesnice, myš.
Ovládací software	V českém jazyce včetně veškerých varovných hlášek
Návody na provedení údržby v systému	ANO, včetně video animací, jak údržbu správně provést
Dálková správa	ANO, systém Abbott Link
Rozměry	125,1 cm (výška) x 281,2 cm (šířka) x 90,7 cm (hloubka)
Hmotnost	760,7 kg
Elektrické požadavky	180-264 V, 47-63 Hz
Požadavky na dodávku destilované vody	Pro biochemický modul: max. 15 l/hod.