

ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice a.s.
SÍDLO:	Voldušská 750, Rokycany PSČ 337 01
IČ/DIČ:	26360900/CZ26360900
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Jaroslavem Šimou, MBA, předsedou představenstva Ing. Michalem Filařem, místopředsedou představenstva
PROFIL ZADAVATELE:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro Rokycanskou nemocnici, a.s.“
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/37/CN/19
Č.j.: 1160/19/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 26. 3. 2019

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 22. 3. 2019 obdržel zadavatel od jednoho z potencionálních dodavatelů následující žádost o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1 :

Dobrý den,
zadavatel ve svém vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 21.3.2019 na dotaz č. 1. odpověděl: „Ano, zadavatel připouští variantní řešení ve smyslu užití kovových postranic“.

Rozumíme tomu tedy správně, že zadavatel připouští užití i kovových postranic (namísto plastových), nicméně na podstatných požadavcích daného parametru nadále trvá?

Zejména že:

- postranice musí být dělené (tj. nezávisle nastavitelná zádová a nožní část), nikoli jednodílné
- postranice musí mít automatickou blokaci (tj. nesmí jít odjistit a spustit) při zatížení pacientem zevnitř

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel nadále požaduje, aby postranice byly dělené, nikoli jednodílné a musí mít blokaci proti spuštění při zatížení pacientem zevnitř.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK **v detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7092.html).

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení a upřesnění zadávacích podmínek, zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Plzni dne 26. 3. 2019

Mgr. Renata Janoušková
Administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace v zastoupení zadavatele