

ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice a.s.
SÍDLO:	Voldušská 750, Rokycany PSČ 337 01
IČ/DIČ:	26360900/CZ26360900
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Jaroslavem Šimou, MBA, předsedou představenstva Ing. Michalem Filařem, místopředsedou představenstva
PROFIL ZADAVATELE:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

**„Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro Rokycanskou nemocnici, a.s.
– 2. vyhlášení“**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/84/CN/19

Č.j.: 2497/19/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 10. 6. 2019

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 5. 6. 2019 obdržel zadavatel od jednoho z potenciálních dodavatelů následující žádost o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

prosím o zodpovězení dotazů k technické specifikaci:

Dotaz č. 1

V technické specifikaci lůžka zadavatel mj. požaduje „centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, atd...)“.

Na uchazečem nabízených lůžkách je jeden ovladač (sloužící jak pro sestru, tak pro pacienta), který je odpojitelný, má možnost blokace funkcí (zámek funkcí) a lze s ním lůžko nastavit do všech zadavatelem požadovaných poloh.

Je pro zadavatele toto nabízené řešení přijatelné?

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, pro zadavatele je nabízené řešení přijatelné.

Dotaz č. 2

V technické specifikaci nočního stolků zadavatel mj. požaduje „vnitřní rozměr plochy jídelní desky mezi ochrannými lištami pro umístění jídelního tabletu musí být široký min. 370 mm, na jídelní desku tedy musí být bez problémů možné bezpečně umístit jídelní ták o rozměrech minimálně 370 x 580 mm.“

Na uchazečem nabízených stolkách je jídelní deska o rozměrech plochy mezi ochrannými lištami 345 x 600 mm, přičemž všechny ostatní požadavky stolků splňují.

Je pro zadavatele toto nabízené řešení přijatelné?

Odpověď k dotazu č. 2:

Ano, pro zadavatele je nabízené řešení přijatelné.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK v **detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7093.html).

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 7. 2019 do 10.00 hod.**

V Plzni dne 10. 6. 2019

Mgr. Renata Janoušková
Administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele