

CENTRÁLNÍ ZADAVATEL:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČO:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou
PROFIL ZADAVATELE:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_3.html

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Dodávka diagnostických reagensů vč. výpůjčky analyzátorů pro zdravotnická zařízení PK“
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/81/CN/19

Č.j.: 3088/19/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 15. 7. 2019

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 12. 7. 2019 obdržel zadavatel od jednoho z potencionálních dodavatelů následující žádosti o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Část 5 – Hematologie:

Dotaz č. 4: „V Zadávací dokumentaci je v Příloze č. 1 – Technická specifikace přístrojů pro všechny části mimo jiné uveden i požadavek:

HEM 1

- Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)

HEM 2

- Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)

HEM 3

- Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)

HEM 4

- Kontrola kvality na 3 koncentračních hladinách (nejlépe nezávislé kontrolní materiály)

Prosíme o stanovení počtu provozních dnů laboratoří např. 365 dnů (nepřetržitý provoz), 250 dnů (pouze v pracovní dny) a počtu/četnosti kontrol pro každou hladinu. Četnost kontrol i ve většině případů stanovuje laboratoř svými interními předpisy.

Dotaz zní: Může zadavatel blíže specifikovat a doplnit do níže uvedené tabulky počet provozních dnů a četnost kontrol?

1D=1xdenně / 1T=1x týdně tj. 4x měsíčně / 2T=2x týdně, tj. 8x měsíčně / 3T=3x týdně, tj. 12x měsíčně / 4T=4x týdně, tj. 16x měsíčně / 1M=1x měsíčně / 2M=2x měsíčně / 2R=2x ročně.“

Odpověď k dotazu č. 1 v části 5 - Hematologie:

Zadavatel sděluje, že nastavení vnitřní kontroly kvality pro frekvenci kontrol krevního obrazu je následující:

HEM1

počet pracovních dnů: 365

kontrolní materiál	KO		
	low	normal	high
hladina	low	normal	high
četnost	1x denně	1x denně	1x denně

HEM2

počet pracovních dnů: 365

kontrolní materiál	KO + Diff		
hladina	low	normal	high
četnost	1x denně	1x denně	1x denně

HEM3

počet pracovních dnů: 365

kontrolní materiál	KO		
hladina	low	normal	high
četnost	1x denně	1x denně	1x denně

HEM4

počet pracovních dnů: 250

kontrolní materiál	KO		
hladina	low	normal	high
četnost	1x denně	1x denně	1x denně

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK **v detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7252.html) a dále v detailech jednotlivých částí VZ, ke kterým se dotazy vztahují tj. v části 5 - Hematologie na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7257.html .

Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny podstatné změny a úpravy ZD a do konce lhůty pro podání nabídek zbývá dostatečná doba, zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 2. 8. 2019 do 10.00 hod.

V Plzni dne 15. 7. 2019

Richard Volín

Mgr. Richard Volín
Centrální nákup, příspěvková organizace
za zadavatele