

ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice a.s.
SÍDLO:	Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II
IČO/DIČ:	263 60 527/CZ263 60 527
ZASTOUPENÝ:	MUDr. Jiřím Zeithamlem, předsedou představenstva
	Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva
PROFIL ZADAVATELE:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČO:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.“
Část 01 - Příslušenství k operačnímu stolu
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/173/CN/19

Č.j.: 4822/19/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 ze dne 4. 12. 2019

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje tímto zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 3. 12. 2019 obdržel zadavatel od jednoho z potencinálních dodavatelů následující žádosti o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Část 01 - Příslušenství k operačnímu stolu

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace včetně odpovědí zadavatele:

Dobrý den,
v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si Vás dovoluji požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.“

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom zadavatele požádat o vysvětlení, zda akceptuje americké boty pro váhu pacienta do 159kg.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel neakceptuje americké boty pro váhu pacienta do 159 kg, trvá na znění, které je uvedeno v technické specifikaci, tedy boty pro maximální váhu pacienta 220 kg.

Dotaz č. 2

Dále bychom zadavatele požádali o upřesnění, zda se jedná o dodávku 2 párů bot.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o dodávku 2 kusů tj. 1 páru amerických bot.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK, **v detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7572.html) a dále v detailu jednotlivých částí VZ, ke kterým se dotazy vztahují tj. v **Části 01 - Příslušenství k operačnímu stolu** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7576.html)

Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny podstatné změny a úpravy ZD a do konce lhůty pro podání nabídek zbývá dostatečná doba, zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 6. 1. 2020 do 11.00 hod.

V Plzni dne 4. 12. 2019

Mgr. Renata Janoušková
Administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele