

ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice a.s.
SÍDLO:	Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II
IČO/DIČ:	263 60 527/CZ263 60 527
ZASTOUPENÝ:	MUDr. Jiřím Zeithamlem, předsedou představenstva
	Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva
PROFIL ZADAVATELE:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČO:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.“
Část 14 - SONOGRAF PRO OPERAČNÍ SÁLY
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/173/CN/19
Č.j.: 5120/19/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6 ze dne 20. 12. 2019

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje tímto zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 18. 12. 2019 obdržel zadavatel od jednoho z potencionálních dodavatelů následující žádost o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace včetně odpovědi zadavatele:

Dotaz 1:

Zadavatel v technických požadavcích části 14: SONOGRAF PRO OPERAČNÍ SÁLY požaduje:
Lineární sonda s min. frekvenčním rozsahem 15-5 MHz pro vyšetření nervů, cévní vyšetření, plíce, svaly, kosti, vyšetření malých částí (small parts), vyznačení střední čáry na lineární sondě a konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní s min. frekvenčním rozsahem 8-2 MHz

Umožní zadavatel nabídnout přístroj s lineární sondou s frekvenčním rozsahem 15-6 MHz a konvexní sondu s frekvenčním rozsahem 5-2 MHz při splnění medicínského účelu i všech ostatních požadavků na sondy ?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel akceptuje nabídku přístroje s lineární sondou s frekvenčním rozsahem 15-6 MHz a konvexní sondu s frekvenčním rozsahem 5-2 MHz při splnění medicínského účelu i všech ostatních požadavků na sondy.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK, **v detailu veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7572.html) a dále v detailu příslušné části 14 VZ, které se výše uvedené Vysvětlení ZD č.6 týká.

Zadavatel, vzhledem ke změnám provedeným na základě tohoto Vysvětlení ZD č. 6, prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ, lhůtu pro podání nabídek v této výše uvedené části 14 - SONOGRAF PRO OPERAČNÍ SÁLY do 30. 1. 2020 do 11:00 hodin.

V Plzni dne 20. 12. 2019

Mgr. Renata Janoušková
Administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele