

ZADAVATEL:	Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.		
SÍDLO:	Kyjovská 607, 348 15 Planá		
IČO/DIČ:	263 60 896/CZ263 60 896		
ZASTOUPENÝ:	Dagmar Špédlovou, předsedkyní rady jednatelů		
	Mgr. Jaroslavem Šimou, MBA, místopředsedou rady jednatelů		
PROFIL ZADAVATELE:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_136.html		
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace		
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň		
IČO:	72046635		
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou		
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:			
„Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro NNP Svatá Anna, s.r.o. a Klatovskou nemocnici, a.s.“			
ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Část A - Polohovatelná lůžka a jídelní stoly pro NNP Svatá Anna, s.r.o.			
Část B - Polohovatelná lůžka a jídelní stoly pro Klatovskou nemocnici, a.s.			
PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY, DĚLENÁ NA ČÁSTI, ZADÁVANÁ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (ZZVZ)			
Spisová značka:	CN/183/CN/19	Číslo jednací:	166/20/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 15. 1. 2020

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje hlavní zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 14.1.2020 obdržel zadavatel od jednoho z potencinálních dodavatelů následující žádost o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Část A: Polohovatelná lůžka a stoly pro NNP Svatá Anna, s.r.o.

Dotaz č. 1

Bod 1.6 - Matrace aktivní č.1

Parametr:

Maximální hmotnost pacienta 200kg.

Uchazeč se domnívá, že matrace s nosností 200kg je určena pro nejvyšší třídu matrace se stupněm dekubitů IV. stupně a tím pádem i s více funkcemi a lepšími parametry, nikoliv však pro matraci II. stupně.

Dotaz:

Může uchazeč zadavateli nabídnout matraci s nosností 140kg při zachování všech ostatních funkcí a parametrů dle ZD?

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano je to možné. Zadavatel bude akceptovat v bodu 1.6 nabídku matrace o nosnosti 140 kg při zachování všech ostatních funkcí a parametrů. Zadavatel si uvědomuje, že pro matrace I. a II. stupně není nosnost 200 kg.

Dotaz č. 2

Bod 1.8 - Noční stolek s jídelní deskou č.1

Zadavatel v popisu "Minimální technické parametry" nikde nepopisuje provedení jídelní desky, tak jako tomu je např. v bodě 1.9 Noční stolek s jídelní deskou č.2.

Dotaz:

Požaduje zadavatel v bodě 1.8 - Noční stůl s jídelní deskou č.1

- Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice
- Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích
- Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem po celém obvodu

Odpověď k dotazu č. 2:

Ano, zadavatel požaduje v bodu 1.8 noční stůl s jídelní deskou č.1 a s minimálními parametry:

- Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice
- Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích
- Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem po celém obvodu

Část B: Polohovatelná lůžka a stolky pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Dotaz č. 3

Bod 1.4 - Matrace aktivní

Parametr:

Maximální hmotnost pacienta 200kg.

Uchazeč se domnívá, že matrace s nosností 200kg je určena pro nejvyšší třídu matrace se stupněm dekubitů IV. stupně a tím pádem i s více funkcemi a lepšími parametry, nikoliv však pro matraci I. - II. stupně.

Dotaz:

Může uchazeč zadavateli nabídnout matraci s nosností 140kg při zachování všech ostatních funkcí a parametrů dle ZD?

Odpověď k dotazu č. 3:

Ano je to možné. Zadavatel bude akceptovat v bodu 1.4.nabídku matrace o nosnosti 140 kg při zachování všech ostatních funkcí a parametrů. Zadavatel si uvědomuje, že pro matrace I. a II. stupně není nosnost 200 kg.

Dotaz č. 4

Bod 1.6 - Noční stůl s jídelní deskou

Zadavatel v popisu "Minimální technické parametry" nikde nepopisuje provedení jídelní desky.

Dotaz:

Požaduje zadavatel v bodě 1.6 - Noční stůl s jídelní deskou

- Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice
- Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích
- Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem po celém obvodu?

Odpověď k dotazu č. 4:

Ano, zadavatel požaduje v bodu 1.6 noční stůl s jídelní deskou a s minimálními parametry:

- Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice
- Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích
- Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem po celém obvodu

Upravená technická specifikace dle výše uvedených bodů je v aktuálním znění Příloh č. 1.1 a 1.2.ZD v hlavním detailu VZ v přiložených souborech Příloha č. 1.1 ZD_Technická specifikace_NNP SvA_ve znění Vysvětlení č.1_15.1.2020 a Příloha č. 1.2 ZD_Technická specifikace_KTN_ve znění Vysvětlení č.1_15.1.2020.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK v **detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7681.html).

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, upřesní a doplnění zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 2. 2020 do 10.00 hod.**

V Plzni dne 15.1.2020

Mgr. Renata Janoušková
Administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele