

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ze dne 7. 7. 2020

NÁZEV ZAKÁZKY

MOBILNÍ RENTGEN PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S.

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/72/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	2789/CN/20	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000182
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7860.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/173302				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Alan Sutnar PhD., předseda představenstva Ing. Marek Kýhos, MBA, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Janoušková Renata			E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 2. 7. 2020 obdržel zadavatel od jednoho z potencionálních dodavatelů následující žádost o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na kterou tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1 :

Zadavatelem požadované technické parametry / uchazečem nabízené parametry

U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10 %.

Minimální požadované parametry zadavatele	Požadovaný počet ks	Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně
---	---------------------	---

				popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky
Položky	Požadavky	Parametry		
Pojízdný digitální přístroj pro RDG oddělení	Min. vzdálenost ohniska rentgenky od podlahy	max. 60 cm	1 ks	NE 69 cm
Vysokofrekvenční Generátor	Výkon	min. 40 kW		NE 32 kW
	Rozsah kV	min. 40 - 150 kV		NE 40-130 kV
	Rozsah mA	min. 0,1 - 500 mA		NE 0,1-400 mA
Rentgenka	Ohnisko rentgenky malé	max. 0,6 mm		NE 0,7 mm
Kolimátor	Asymetrické nastavení clon	ANO		NE
	Integrovaný dotykový LCD display pro zobrazení a úpravu exp. parametrů	min. 6"		NE
	Přenos úhlu detektoru na display	ANO		NE
Integrovaná pracovní stanice	Úložná kapacita	min. 20.000 snímků		NE min. 15 000 snímků
	Software pro zvýraznění nízkokontrastních objektů	ANO		NE
Digitální detektor	Velikost aktivní plochy	min. 430 mm x 430 mm		NE 350 x 430 mm

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče obsahující výše uvedené technické parametry, příp. neobsahující uvedené funkcionality?

Uchazeč má v ČR nainstalováno více než 20 ks digitálních pojezdých RTG přístrojů světově renomovaného výrobce s uvedenými technickými parametry, které jsou dostatečně vyhovující pro skiografická vyšetření i ve velkých fakultních nemocnicích a RDG klinikách a rovněž jako záložní přístroje pro většinu základních RTG vyšetření v menších nemocnicích.

Uchazeč je přesvědčen, že zadavatel tímto způsobem postupuje diskriminačně vůči většině možných uchazečů o tuto veřejnou zakázku, protože jednoznačně zvýhodňuje jednoho konkrétního výrobce skiografických RTG přístrojů, který je v ČR zastoupen dvěma spolupracujícími obchodními společnostmi.

Domníváme se rovněž, že zadavatel by při možnosti účasti dalších významných výrobců / dodavatelů s nabídkou špičkové RTG techniky dosáhl výrazných ekonomických úspor při pořízení tohoto nového RTG přístroje.

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel trvá na původním znění zadávací dokumentace. Důvodů je několik. Přístroj musí být schopný nahradit stacionární přístroj v plném rozsahu a provozu, protože nemocnice nemá jinou zálohu na rozdíl od fakultních nemocnic. Nemocnice musí především myslet na provozuschopnost a dostupnost péče pro nemocné. Tady nestačí provést většinu vyšetření, ale plně nahradit stacionární rentgen. Parametry jsou dány tak, aby přístroj tuto zátěž vydržel, např. kapacitou generátoru. Zadavatel rozhodně nikoho nechce diskriminovat, ale chce za své peníze vyšší kategorii přístroje, který jeho požadavky splní. Jako je např. velikost digitálního detektoru, který zajistí provést 1 snímek i u obézních nemocných, místo provedení 2 snímků, pokud by detektor rozměrově nevyhovoval. Nemocný by tak byl vystaven daleko větší radiační zátěži.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK **v detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7860.html).

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Plzni dne 7. 7. 2020

Mgr. Renata Janoušková
Administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele